



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
KLIENTŲ APTARNAVIMO TARNYBA

MATAVIMO PRIEMONIŲ REMONTO PASLAUGOS PIRKIMO SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. AB “Panevėžio energija” priklausančių, priskirtų teisei metrologijai, šilumos energijos ir skysčio tūrio/kiekio matavimo priemonių (toliau, jei minimi bendrai – matavimo priemonės) remonto ir, esant reikalui, poremontinės ar periodinės metrologinės patikros atlikimo paslaugų (toliau – remonto paslauga), pirkimas.

1.2. Remonto paslaugai planuojamų pateikti matavimo priemonių pagrindiniai rodikliai ir tipai bei tikėtini kiekiai nurodomi priede 1.

2. PERKAMOS PASLAUGOS APIMTYS IR SĄLYGOS

2.1. Remonto paslaugos pirkimo terminas – dveji metai.

2.2. Remonto paslaugos vykdymui matavimo priemonės pateikiamos neparuoštos paslaugos atlikimui. Jas, po įgaliotų AB “Panevėžio energija” asmenų pranešimo raštu, ne vėliau, kaip iki kitos darbo dienos 15 val. (penktadienį iki 13 val.), paslaugos tiekėjas pasiima ir į remonto atlikimo vietą savo ar jo pasamdytos siuntų gabenimo firmos transportu išgabena iš AB “Panevėžio energija”, Panevėžys, Senamiesčio g.113. Matavimo priemonių priėmimas įforminamas paslaugos tiekėjui pasirašant AB “Panevėžio energija” pateiktą krovinio važtaraštį, kuriame, be privalomų duomenų, nurodoma: matavimo priemonės tipas, srauto matuoklio sąlyginis skerspjūvis ir numeris, skaičiuotuvo ir temperatūros jutiklių (jei pastarieji pateikiami) numeriai, pagaminimo metai, jei yra- pridedama AB “Panevėžio energija” ar metrologinės patikros atlikėjo defektinio akto kopija. Jei krovinį atsiima siuntų gabentojas, paslaugos tiekėjui važtaraštis pateikiamas siuntos viduje, pastarojo nepasirašytas.

2.3. Suremontuotas ir metrologiškai patikrintas arba neremontuotinas matavimo priemonės paslaugos tiekėjas arba jo pasamdyta siuntų gabenimo firma pristato į AB “Panevėžio energija”, Panevėžys, Senamiesčio g. 113 darbo dienomis nuo 8 iki 13 val., prieš tai telefonu suderinę (šis reikalavimas taikomas ir siuntų gabenimo firmai) priėmimo faktą ir laiką. Išankstinis laiko Perduodamas matavimo priemonės, paslaugos tiekėjas pateikia jų krovinio važtaraštį, kuriame, be privalomų duomenų ir rekvizitų, kaip ir p.2.2. minimo važtaraščio atveju, turi būti pateikiami matavimo priemonę identifikuojantys duomenys. Jei krovinį pristato siuntų gabentojas, paslaugos tiekėjas pasirašytą važtaraštį pateikia siuntos viduje. Suremontuotoms matavimo priemonėms metrologinė patikra atliekama pagal šias LR Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas metodikas: BPM 111955219-45:2023 (*Šilumos skaitikliai*) ir BPM 111955219-29:2023 (*Šalto ir karšto vandens skaitikliai*). Neremontuotinos ar reikalaujančios kelių komponentų (dalių) keitimo (žr. p.2.8) matavimo priemonės grąžinamos su paslaugos tiekėjo defektiniu aktu.

2.4. Matavimo priemonės remonto paslaugos atlikimui pateikiamos ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę. Bendras pateikiamų matavimo priemonių skaičius negali viršyti 20 vnt. per savaitę;

2.5. Remonto paslaugos atlikimo terminas ne ilgiau kaip 15 darbo dienų (laikotarpis tarp pateikimo ir grąžinimo datų). Be AB “Panevėžio energija” leidimo paslaugos atlikimo terminui viršijus 45 kalendorines dienas, už paslaugą paslaugos tiekėjui mokama 30 proc. mažesnė, nei sutarta, kaina.

2.6. Remonto paslaugos tiekėjas turi atlikti šiuos remonto darbus:

2.6.1. *bendrosios nuostatos:*

2.6.1.1. suremontuotos matavimo priemonės grąžinamos su atlikta metrologine patikra išlaikant tuos pačius parametrus (LoRa, Mbus, modbus adresai ir pan.);

2.6.1.2. suremontuotos matavimo priemonės grąžinamos su pašalinta buvusių gedimų indikavimo žyme;

2.6.1.3. suremontuotos matavimo priemonės grąžinamos su aktualiais kalendoriaus –laikrodžio rodmenimis;

2.6.1.4. suremontuotos matavimo priemonės grąžinamos su pakeistu maitinimo elementu, jei esamo galiojimo terminas yra trumpesnis už patikros galiojimo laiką;

2.6.2. *šilumos skaitiklis:*

2.6.2.1. skaičiuoklio gedimas;

2.6.2.2. šilumnešio srauto matuoklio, jo kabelio gedimas;

2.6.2.3. šilumnešio temperatūros matuoklio, jo kabelio gedimas;

2.6.2.4. skaičiuoklio perprogramavimas, keičiant srauto jutiklio įrengimo vietą (grįžtama-paduodama linija);

2.6.3. *skysčio tūrio/kiekio matavimo priemonės:*

2.6.3.1. skaičiuoklio gedimas;

2.6.3.2. srauto matuoklio, jo kabelio gedimas;

2.7. Remonto paslaugos tiekėjas pateikia patikros protokolo kopiją.

2.8. Remonto paslaugos tiekėjui nustačius kelių matavimo priemonės komponentų (dalių) gedimą, jos remontas vykdomas tik su AB “Panevėžio energija” raštu suderinus galutinę remonto kainą. Tokiu atveju matavimo priemonės remonto trukmė atskirai derinama su AB “Panevėžio energija”, bet ne ilgesniam kaip 45 darbo dienų laikotarpiui.

2.9. Remonto paslaugos vykdymo metu pakeistiems matavimo priemonių mazgams ar detalėms paslaugos tiekėjas suteikia 24 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo matavimo priemonių grąžinimo ar poremontinės metrologinės patikros atlikimo datos (jei tokia atlikta). Maitinimo elementams ir temperatūros jutikliams suteikiama 36 mėnesių garantija.

PRIDEDAMA:

1. Remonto paslaugai planuojamų pateikti matavimo priemonių pagrindinių rodiklių ir tipų bei tikėtinų kiekių lentelė -1 lapas.

1 PRIEDAS

Matavimo priemonės, kurioms numatomas remonto, poremontinės ar periodinės metrologinės patikros atlikimas (24 mėn.)

1. Šilumos skaitikliai pas vartotojus:

Pildomas skaitikliai pas vartotojus.				
Eil. Nr.	Tipas, charakteristika	Debito jutiklio sąlyginis skersmuo	Maksimalus srautas, m3/h	Vnt.
1	SKU-03, Qalcosonic, Sharky ir analogiški ultragarsiniai šil.skaitikliai 2013-2024 m. gamybos	15	1; 2	20
		20	1,2; 3; 5	20
		25	7; 12	30
		40	20	4
		50	30	4
		65	50	2
		80	80	2
2	Ultraheat 2WR5, Ultraheat UH-50 ir analogiški ultragarsiniai šil.skaitikliai 2005-2018 m. gamybos	65	50	2
		80	80	2
Iš viso				86

2. Ultragarsiniai vandens skaitikliai pas vartotojus:

Eil. Nr.	Tipas, charakteristika	Debito jutiklio sąlyginis skersmuo,	Maksimalus srautas, m ³ /h	Vnt.
1	Qalcosonic W1 ir analogiški ultragarsiniai karšto vandens skaitikliai	15	3,125	20
Iš viso				20