

4.	Peties sąnario rotatorių manžetės prisūvimui naudojami lateralinės eilės inkariniai siūlai	Vnt.	30	1. Sterilioje pakuotėje 2. Cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" 3. Įvedimo būdas - įkalamas 4. Susideda iš pagrindinio korpuso ir viduje esančios užsukamos siūlą fiksuojančios dalies 5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implantu fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą 6. Inkaro diametrai - nuo 4,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)	
Bendra orientacinė pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM					
PVM (5 %) suma					4950,00
Bendra orientacinė pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM					247,50
Bendra orientacinė pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM					5197,50
7.	Menisko siuvimo sistema	Vnt.	114	1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasitinkimas) 3. Dviguba "U" formos fiksacija 4. Turi iš anksto paruoštą slystančių mazgą 5. Nepalieka implantu sąnarinėje dalyje 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasitinkimas visų rūšių)	
Bendra orientacinė pasiūlymo suma 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM					12038,40
PVM (5 %) suma					601,92
Bendra orientacinė pasiūlymo suma 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM					12640,32