

UAB „Dameda”
Sėlių g. 8, LT-08124 Vilnius
Tel. +370 5 2621547, tel./faks. +370 5 2313956
Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialas
Įmonės kodas 123322285
PVM mokėtojo kodas LT233222811

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

PASIŪLYMAS

**DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ IR TIRPALŲ DIALIZĖMS, HEMOSORBCIJAI,
GYDOMOSIOMS AFEREZĖMS IR KITOMS INVAZINĖMS PROCEDŪROMS PIRKIMO**

2020.04.27 Nr. 20/04-27

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Dameda”
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sėlių g. 8, LT-08124 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įmonės kodas 123322285 PVM mokėtojo kodas LT233222811
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT667300010000040384 AB „Swedbank“ b.k. 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vygantas Kazlauskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vygantas Kazlauskas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktoriaus pavaduotojas Darius Stankevičius
Telefono numeris	Tel. +370 5 2621547
Fakso numeris	tel./faks. +370 5 2313956
El. pašto adresas	milda@dameda.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiektėjai.

3
lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma lentelė „Vienkartinių priemonių ir tirpalų dializėms, hemosorbcijai, gydomosioms aferezėms ir kitoms invazinėms procedūroms sąrašas“ (4 priedas).

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
1.	0,9–1,1 m ² dializatorius su mažo laidumo sintetine membrana Fx5	1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3.Apirogeniški. 4.Kapiliariniai. 5.Sintetinė mažo laidumo (<i>low flux</i>) polisulfono (heliksono) membrana. 6. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti <i>in vitro</i> su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B ₁₂ klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m ² : 1,0 Klirensai: šlapalo -228, kreatinino - 200, fosfatų - 164, Vit. B ₁₂ – 94. UFK 8. Klirensai nustatyti <i>in vitro</i> esant šioms parametrams: - kraujo srovės greitis (Q _B) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (Q _D) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (Q _F) 0 ml/min.
2	1,3–1,4 m ² dializatorius su mažo laidumo sintetine membrana Fx8	1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3.Apirogeniški. 4.Kapiliariniai. 5.Sintetinė mažo laidumo (<i>low flux</i>) polisulfono (heliksono) membrana. 6. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti <i>in vitro</i> su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B ₁₂ klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m ² : 1,4 Klirensai: šlapalo -254, kreatinino - 225, fosfatų - 194, Vit. B ₁₂ – 120. UFK 12. Klirensai nustatyti <i>in vitro</i> esant šioms parametrams: - kraujo srovės greitis (Q _B) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (Q _D) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (Q _F) 0 ml/min.
4	1,7–1,8 m ² dializatorius su mažo laidumo sintetine membrana Fx10	1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3.Apirogeniški. 4.Kapiliariniai. 5.Sintetinė mažo laidumo (<i>low flux</i>) polisulfono (heliksono) membrana. 6. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti <i>in vitro</i> su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B ₁₂ klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m ² : 1,8 Klirensai: šlapalo -261, kreatinino - 231, fosfatų - 210, Vit. B ₁₂ – 138. UFK 14. Klirensai nustatyti <i>in vitro</i> esant šioms parametrams: - kraujo srovės greitis (Q _B) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (Q _D) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (Q _F) 0 ml/min.
9	0,2–0,3 m ² dializatorius su didelio laidumo sintetine membrana FxPaed	1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3.Apirogeniški. 4.Kapiliariniai. 5.Sintetinė didelio laidumo (<i>high flux</i>) polisulfono (heliksono) membrana. 6. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti <i>in vitro</i> su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B ₁₂ klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m ² : 0,2 Klirensai: šlapalo - 76, kreatinino - 64, fosfatų - 57, Vit. B ₁₂ – 34, inulino - 20 UFK 7.

		Klirensai nustatyti <i>in vitro</i> esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (Q_B) 100 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (Q_D) 300 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (Q_F) 0 ml/min.
10	0,6–0,7 m ² dializatorius su didelio laidumo sintetine membrana Fx40Cordiax	1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3.Apirogeniški. 4.Kapiliariniai. 5.Sintetinė didelio laidumo (<i>high flux</i>) polisulfono (heliksono) membrana. 6. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti <i>in vitro</i> su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B₁₂ klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m² : 0,6 Klirensai: šlapalo - 175, kreatinino - 155, fosfatų - 142, Vit. B₁₂ – 96, inulino - 56 UFK 21. Klirensai nustatyti <i>in vitro</i> esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (Q_B) 200 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (Q_D) 500 ml/min.; ultrafiltracijos greitis (Q_F) 0 ml/min.
11	1,4–2,2 m ² dializatoriai su didelio laidumo sintetine membrana Fx60Cordiax, Fx80Cordiax, Fx100Cordiax	1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3.Apirogeniški. 4.Kapiliariniai. 5.Sintetinė didelio laidumo (<i>high flux</i>) polisulfono (heliksono) membrana. 6. Darbiniai membranos plotai 1,4; 1,8 ir 2,2 m². 7. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti <i>in vitro</i> su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B₁₂ klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m² : 1,4 Klirensai: šlapalo -271, kreatinino - 252, fosfatų - 237, Vit. B₁₂ – 175, inulino 116. UFK 47. 1,8 Klirensai: šlapalo -280, kreatinino - 261, fosfatų - 248, Vit. B₁₂ – 190, inulino 127. UFK 64. 2,2 Klirensai: šlapalo -283, kreatinino - 272, fosfatų - 258, Vit. B₁₂ – 207, inulino 144. UFK 74. Klirensai nustatyti <i>in vitro</i> esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (Q_B) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (Q_D) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (Q_F) 0 ml/min. 9. Filtracijos (<i>sieving</i>) koeficientai: beta2 mikroglobulino – 0,9, mioglobino 0,5 ir albumino <0,001.
12	2,4–2,6 m ² dializatorius su didelio laidumo sintetine membrana Fx120Cordiax	1.Vienkartiniai. 2.Sterilizuojami vandens garais. 3.Apirogeniški. 4.Kapiliariniai. 5.Sintetinė didelio laidumo (<i>high flux</i>) polisulfono (heliksono) membrana. 6. Darbinis membranos plotas 2,5 m². 7. Ultrafiltracijos koeficientai (nustatyti <i>in vitro</i> su krauju), šlapalo, kreatinino, fosfatų ir vitamino B₁₂ klirensai (ml/min.) Darbinis plotas m² : 2,5 Klirensai: šlapalo -284, kreatinino - 274, fosfatų - 262, Vit. B₁₂ – 213, inulino 149. UFK 87. Klirensai nustatyti <i>in vitro</i> esant šiems parametrams: - kraujo srovės greitis (Q_B) 300 ml/min.; - dializato tėkmės greitis (Q_D) 500 ml/min.; - ultrafiltracijos greitis (Q_F) 0 ml/min. 9. Filtracijos (<i>sieving</i>) koeficientai: beta2 mikroglobulino – 0,9, mioglobino 0,5 ir albumino <0,001.
16	Universalios kraujo magistralės AV- Set SRB-R	1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Apirogeniškos. 4. Elastingos. 5. Į komplekto sudėtį turi įeiti arterinė ir veninė magistralės. 6. Ant magistralių galų ir visų atšakų turi būti plastmasiniai spaustukai, ant visų atšakų turi būti kamšteliai. 7. Arterinės magistralės tarpo kraujo siurbliui elastingosios dalies parametrai: 7.1. ilgis 33–36 cm, vidinis diametras – 8±0,1 mm. 8. Arterinės magistralės su prisukta stora plastmasine adata ir atšaka heparinui dozuoti. 9. Veninės magistralės: 9.1. Tarpas tarp dializatoriaus ir oro gaudyklės - 70–105 cm.

		9.2. Su 22Ø konusine oro gaudykle, kurios konuso smailėjimas „darbinėje zonoje” 70 mm ilgyje sudaro 1,5–2,5 mm. 9.3. Kraujo grąžinimo pacientui galas su kamšteliu, prisukta stora plastmasine adata arba prisuktas prie drenažo maišo. 10. Su atšakomis arterinio ir veninio spaudimo kontrolei ir matavimui, atšakos su filtrais prieš spaudimo daviklį. 11. 2 ltr. drenažo maišas. 13. magistralių komplektas tinka hemodializės aparatams Dialog, Fresenius 4008B, Gambro AK100, AK200, AK200 S ir AK200 Ultra S, o 17 pozicijoje – hemodializės aparatams Gambro AK200 S ir AK200 Ultra S.
22	Magistralių rinkinys dializatoriaus ar filtro pakeitimui	1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Apirogeniškos. 4. Elastingos. 5. Į komplekto sudėtį įeina: 5.1. Intarpas arterinės ir veninės magistralių sujungimui. 5.2. Magistralė dializatoriui užpildyti (su plastmasine adata). 5.3. Magistralė su drenažo maišu praplovimo tirpalui surinkti.
25	Trišakis perjungėjas „vienos adatos” hemodializei SN adapteris	1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs. 3. Apirogeniški. 4. Su dviem 5–10 cm atšakomis, skirtomis sujungimui su magistralėmis. 5. Su konusinio tipo (2 <i>female</i>, 1 <i>male</i>) sujungimais. 6. Galimas kraujo greitis iki 200 ml/min.
29.1	Arterioveninių fistulių punkcinės adatos Fistulinės adatos	1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Apirogeniškos. 4. poroje yra arterinė ir veninė adatos. 5. Adatų diametras – 14G, 15G, 16G ir 17G, 6. Adatų ilgis 2,5 cm. 7. Arterinė adata ir adata „vienos adatos” hemodializei su papildoma atraumine skylute. 8. Konusinio (<i>female</i>) tipo sujungimai. 9. Sparneliai besisukantys adatos atžvilgiu (aplink jos ašį). 10. 10–20 cm elastingi, užlenkimams atsparūs prailginimai su spaustukais. 15. Visos adatos ir priemonės atskirose pozicijose yra to paties gamintojo.
29.2	Arterioveninių fistulių punkcinės adatos Fistulinės saugios adatos	1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Apirogeniškos. 4. poroje yra arterinė ir veninė adatos. 5. Adatų diametras 29.2 pozicijoje – 15G ir 16G, 6. Adatų ilgis 2,5 cm. 7. Arterinė hemodializei su papildoma atraumine skylute. 8. Konusinio (<i>female</i>) tipo sujungimai. 9. Sparneliai besisukantys adatos atžvilgiu (aplink jos ašį). 10. 10–20 cm elastingi, užlenkimams atsparūs prailginimai su spaustukais. 11. adatos turi būti su apsauginėmis movomis, užmaunamomis ant adatų, ištraukus jas iš punkcijų vietų. 15. Visos adatos ir priemonės atskirose pozicijose yra to paties gamintojo.
31	Adata „vienos adatos” hemodializei SN adata	1. Vienkartinės. 2. Sterilios. 3. Apirogeniškos. 5. Adatų diametras 31 pozicijoje – 15G ir 16G. 6. Adatų ilgis 2,5 cm. 7. Arterinė adata „vienos adatos” hemodializei su papildoma atraumine skylute. 8. Konusinio (<i>female</i>) tipo sujungimai. 9. Sparneliai besisukantys adatos atžvilgiu (aplink jos ašį). 10. 10–20 cm elastingi, užlenkimams atsparūs prailginimai su spaustukais. 14. Trumpesnė bendra atšaka 31 pozicijoje būtų privalumas, esant vienodoms kainoms. 15. Visos adatos ir priemonės atskirose pozicijose yra to paties gamintojo.
33.1	Vienkanalis kateteris Medcomp, Sublavian.	1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai, kurių minimali sudėtis: kateteris, punkcinė <i>Seldinger</i>’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę.

		3. Kateterių charakteristikos: 3.2. Medžiaga – poliuretanas 3.3. Parametrai pateikti lentelėje: <table><tr><td>Kanalų kiekis*</td><td>Dydis</td><td>Ilgis</td><td>Kraujo greitis</td></tr><tr><td>vienas</td><td>8–10Fr</td><td>15–20 cm</td><td>≥200 ml/min.</td></tr></table>	Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis	vienas	8–10Fr	15–20 cm	≥200 ml/min.
Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis							
vienas	8–10Fr	15–20 cm	≥200 ml/min.							
33.2	Dvikanalis kateteris Medcomp, Duoflow	1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai, kurių minimali sudėtis: kateteris, punkcinė <i>Seldinger</i>’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas turi būti su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę. 3. Kateterių charakteristikos: 3.2. Medžiaga – poliuretanas. 3.3. Parametrai pateikti lentelėje: <table><tr><td>Kanalų kiekis*</td><td>Dydis</td><td>Ilgis</td><td>Kraujo greitis</td></tr><tr><td>du</td><td>11,5Fr</td><td>15–17,5 ir 18–21 cm</td><td>≥200 ml/min.</td></tr></table>	Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis	du	11,5Fr	15–17,5 ir 18–21 cm	≥200 ml/min.
Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis							
du	11,5Fr	15–17,5 ir 18–21 cm	≥200 ml/min.							
33.3	Trikanalis kateteris, Medcomp Tri-flow	1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai, kurių minimali sudėtis: kateteris, punkcinė <i>Seldinger</i>’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas turi būti su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę. 3. Kateterių charakteristikos: 3.2. Medžiaga – poliuretanas. 3.3. Parametrai pateikti lentelėje: <table><tr><td>Kanalų kiekis*</td><td>Dydis</td><td>Ilgis</td><td>Kraujo greitis</td></tr><tr><td>trys</td><td>11,5Fr</td><td>15–17,5 ir 18–21 cm</td><td>≥200 ml/min.</td></tr></table>	Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis	trys	11,5Fr	15–17,5 ir 18–21 cm	≥200 ml/min.
Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis							
trys	11,5Fr	15–17,5 ir 18–21 cm	≥200 ml/min.							
33.4	Kateteris su antimikrobine apsauga, Medcomp, Duo flow	1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai, kurių minimali sudėtis: kateteris, punkcinė <i>Seldinger</i>’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas turi būti su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę. 3. Kateterių charakteristikos: 3.2. Medžiaga – poliuretanas. 3.3. Parametrai pateikti lentelėje: <table><tr><td>Kanalų kiekis*</td><td>Dydis</td><td>Ilgis</td><td>Kraujo greitis</td></tr><tr><td>du ir trys</td><td>11,5Fr</td><td>15–17,5 ir 18–21 cm</td><td>≥200 ml/min.</td></tr></table>	Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis	du ir trys	11,5Fr	15–17,5 ir 18–21 cm	≥200 ml/min.
Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis							
du ir trys	11,5Fr	15–17,5 ir 18–21 cm	≥200 ml/min.							
33.5	Dvikanalis kateteris Medcomp Duo flow	1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai, kurių minimali sudėtis: kateteris, punkcinė <i>Seldinger</i>’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas turi būti su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę. 3. Kateterių charakteristikos: 3.2. Medžiaga – poliuretanas. 3.3. Parametrai pateikti lentelėje:								

			Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis	
			du	11,5Fr	15 cm	≥100 ml/min.	
33.6	Trikanalis kateteris Medcomp, Tri-flow	1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai, kurių minimali sudėtis: kateteris, punkcinė <i>Seldinger</i> ’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas su konusiniu galu leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę. 3. Kateterių charakteristikos: 3.1. Skirti hemodializei, 33.6 pozicijoje tinkamas kraujodaros kamieninių ląstelių perpylimui (transplantacijai). 3.2. Medžiaga – poliuretanai 3.3. Parametrai pateikti lentelėje:					
			Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis	
			trys (14G ir du 16G)	11,5Fr	15 cm	–	
34.1	Didelio greičio dvikanalis kateteris MedComp DUO-FLOW400XL	dviejų kanalų kateteris, skirtas didelio kraujo greičio hemodializei (<u>turi būti pasiūlyti</u> mažiausiai dviejų skirtingų dydžių visų ilgių kateteriai). Abu kanalai turi būti vienodi, taisyklingo apskritimo formos, arterinio kanalo galas turi būti atviras, 3–4 cm aukščiau veninio galo, šoninės skylutės gali būti tik pačiame kanalo gale. 1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai, kurių minimali sudėtis: kateteris, punkcinė <i>Seldinger</i> ’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas turi būti su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę. 3. Kateterių charakteristikos: 3.2. Medžiaga – poliuretanai. 3.3. Parametrai pateikti lentelėje: 3.4. Su sparneliais kateterio fiksavimui. 3.5. Radiokontrastiniai. 3.6. Elastingi. 3.7. Su konusinio tipo sujungimais. 3.8. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. 3.9. Su nurodytais kanalų užpildymo tūriais. 3.10. Įpakavimas komplektais.					
			Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis	
			du	14Fr	12, 15, 20 ir 24 cm	≥300 ml/min.	
34.2	Didelio greičio trikanalis kateteris Medcomp Trio CT	trijų kanalų kateteris, skirtas didelio kraujo greičio hemodializei, lenktas ir tiesus (siūlomi visų ilgių kateteriai, o 12–13 cm ir 30 cm bent vienos rūšies (lenktas arba tiesus). Hemodializei skirtos atšakos lenktos ir (arba) tiesios, infuzijoms skirta atšaka tiesi. Hemodializei skirti kanalai vienodi, taisyklingo apskritimo formos, vienodo ilgio. Proksimalinis arterinio kanalo galas simetriškas, bet su minimalizuota recirkuliacijos galimybe. 1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai, kurių minimali sudėtis: kateteris, punkcinė <i>Seldinger</i> ’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas turi būti su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę. 3. Kateterių charakteristikos: 3.2. Medžiaga – poliuretanai. 3.3. Parametrai pateikti lentelėje: 3.4. Su sparneliais kateterio fiksavimui.					

		3.5. Radiokontrastiniai. 3.6. Elastingi. 3.7. Su konusinio tipo sujungimais. 3.8. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. 3.9. Su nurodytais kanalų užpildymo tūriais. 3.10. Įpakavimas komplektais. <table><tr><td>Kanalų kiekis*</td><td>Dydis</td><td>Ilgis</td><td>Kraujo greitis</td></tr><tr><td>trys</td><td>13,5Fr</td><td>12, 15, 20, 24 ir 30cm</td><td>≥300 ml/min</td></tr></table>	Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis	trys	13,5Fr	12, 15, 20, 24 ir 30cm	≥300 ml/min
Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis							
trys	13,5Fr	12, 15, 20, 24 ir 30cm	≥300 ml/min							
35.	Vaikiškas kateteris FMC Provencare FDC kodai	1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniais centrinių kraujagyslių punkcijai, kurių minimali sudėtis: kateteris, punkcinė <i>Seldinger</i>’io arba analogiško tipo adata, į plastmasinį nukreipėją įkištas metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius. Metalinio pravedėjo nukreipėjas su konusiniu galu, leidžiančiu jį įkišti į punkcinės adatos kaniulę. 3. Kateterių charakteristikos: 3.2. Medžiaga – poliuretanai. 3.3. Parametrai pateikti lentelėje: 3.4. Su sparneliais kateterio fiksavimui. 3.5. Radiokontrastiniai. 3.6. Elastingi. 3.7. Su konusinio tipo sujungimais. 3.8. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. 3.9. Su nurodytais kanalų užpildymo tūriais. 3.10. Įpakavimas komplektais. <table><tr><td>Kanalų kiekis*</td><td>Dydis</td><td>Ilgis</td><td>Kraujo greitis</td></tr><tr><td>du</td><td>6,5Fr</td><td>7,5, 10 ir 12,5 cm</td><td>≥100 ml/min.</td></tr></table>	Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis	du	6,5Fr	7,5, 10 ir 12,5 cm	≥100 ml/min.
Kanalų kiekis*	Dydis	Ilgis	Kraujo greitis							
du	6,5Fr	7,5, 10 ir 12,5 cm	≥100 ml/min.							
37.	Dvikanalis ilgalaikis implantuojamas kateteris MedComp/Split Cath III	lenktas ir tiesus, dydis 14 ir16Fr (<u>siūlomi dviejų dydžių</u> kateteriai,visų ilgių): 1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniu implantacijai, kurio minimali sudėtis: kateteris, punkcinė adata, metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius, instrumentai kateterio tuneliavimui, papildomas skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu. 3. Kateterių charakteristikos: 3.1. Skirti hemodializei. 3.2. Implantuojami, ilgalaikio naudojimo: 3.2.1. Su viena mova. 3.2.2. Distaliniai galai Y formos (dvišaki). 3.2.3. Proksimalinis arterinio kanalo galas (sujungtas arba atsišakojantis nuo veninio kanalo galo) trumpesnis arba simetriškas, bet su minimalizuota recirkuliacijos galimybe. 3.3. Medžiaga – poliuretanai. 3.4. Galimas kraujo greitis, ne mažesnis kaip 200 ml/min. 3.5. Žemo trombogeniškumo. 3.6. Su sparneliais kateterio fiksavimui. 3.7. Radiokontrastiniai. 3.8. Elastingi. 3.9. Su konusinio tipo sujungimais. 3.10. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. 3.11. Turi būti nurodyti kanalų užpildymo tūriai. 3.12. Kateterių parametrai: <u>Lenktas:</u> <table><tr><td>nuo movos iki kateterio galo</td><td>nuo bifurkacijos iki kateterio galo</td></tr><tr><td>24 cm</td><td>29 cm</td></tr><tr><td>28 cm</td><td>33 cm</td></tr><tr><td>36 cm</td><td>37 cm</td></tr></table>	nuo movos iki kateterio galo	nuo bifurkacijos iki kateterio galo	24 cm	29 cm	28 cm	33 cm	36 cm	37 cm
nuo movos iki kateterio galo	nuo bifurkacijos iki kateterio galo									
24 cm	29 cm									
28 cm	33 cm									
36 cm	37 cm									

			40 cm	45 cm
		<u>Tiesūs:</u>		
			nuo movos iki kateterio galo	nuo bifurkacijos iki kateterio galo
			24 cm	28 cm
			28 cm	32 cm
			36 cm	36 cm
			40 cm	47 cm
			55 cm	55 cm
39.	Vienkanaliai ilgalaikiai implantuojami kateteriai Medcomp Tesio , BFR-6, BFL-6	pozicijoje vienkanaliai, tiesūs, dydis 10Fr, arterinio kateterio ilgis iki movos 22 cm, veninio – 25 cm (su $\pm 0,5$ cm paklaida) ir 27cm ir 30 cm siūloma dviejų ilgių arterinis ir veninis kateteriai, veninis kateteris ilgesnis už atitinkamą arterinį kateterį $3\pm 0,5$ cm. 1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniu implantacijai, kurio minimali sudėtis: kateteris, punkcinė adata, metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius, instrumentai kateterio tuneliavimui, papildomas skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu. 39 pozicijoje komplekte yra priemonės atitinkamai dviejų kateterių implantacijai. 3. Kateterių charakteristikos: 3.1. Skirti hemodializei. 3.2. Implantuojami, ilgalaikio naudojimo: 3.2.1. Su ne mažiau kaip su viena mova. 3.3. Medžiaga – poliuretanai. 3.5. Žemo trombogeniškumo. 3.7. Radiokontrastiniai. 3.8. Elastingi. 3.10. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. 3.11. Nurodyti kanalų užpildymo būdais.		
40.	Dvikanalis ilgalaikis implantuojamas vaikiškas kateteris MedComp/ Hemo-Cath - SL18P, SL24P	pozicijoje dydis – 8Fr, bendras ilgis 18 ir 24 cm (gali būti su $\pm 0,5$ cm paklaida). 1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniu implantacijai, kurio minimali sudėtis: kateteris, punkcinė adata, metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius, instrumentai kateterio tuneliavimui, papildomas skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu. 3. Kateterių charakteristikos: 3.1. Skirti hemodializei. 3.2. Implantuojami, ilgalaikio naudojimo: 3.2.1. Su ne mažiau kaip su viena mova. 3.3. Medžiaga – silikonas. 3.5. Žemo trombogeniškumo. 3.7. Radiokontrastiniai. 3.8. Elastingi. 3.10. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. 3.11. Nurodyti kanalų užpildymo būdais.		
41.	Dvikanalis ilgalaikis implantuojamas kateteris MedComp/ Split Cath III, ASPC55-3TLE	pozicijoje skirtas v.cava inf. kateterizavimui, punktuojant juosmens srityje iš nugaros pusės, dydis 14Fr, bendras ilgis 55 cm. 1. Priemonės: 1.1. Vienkartinės. 1.2. Sterilios. 1.3. Apirogeniškos. 2. Kateteriai sukomplektuoti su rinkiniu implantacijai, kurio minimali sudėtis: kateteris, punkcinė adata, metalinis pravedėjas lanksčiu J formos galu, dilatatorius, instrumentai kateterio tuneliavimui, papildomas skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu. 3. Kateterių charakteristikos: 3.1. Skirti hemodializei.		

		3.2. Implantuojami, ilgalaikio naudojimo: 3.2.1. Su viena mova. 3.2.2. Distaliniai galai Y formos (dvišaki). 3.2.3. Proksimalinis arterinio kanalo galas (sujungtas arba atsišakojantis nuo veninio kanalo galo) trumpesnis arba simetriškas, bet su minimalizuota recirkuliacijos galimybe. 3.3. Medžiaga – poliuretanai. 3.4. Galimas kraujo greitis, ne mažesnis kaip 200 ml/min. 3.5. Žemo trombogeniškumo. 3.6. Su sparneliais kateterio fiksavimui. 3.7. Radiokontrastiniai. 3.8. Elastingi. 3.9. Su konusinio tipo sujungimais. 3.10. Kateterio atšakos elastingos, su spaustukais ir užsukamais kamšteliais. 3.11. Turi būti nurodyti kanalų užpildymo tūriai.
43.1	Tripalas kateterių kanalams užpildyti, Intralock	1. Sterilūs. 2. Apirogeniški. 3. Skaidrūs. 4. Bespalviai. 5. Pagaminti trinatrio citrato pagrindu, išfasuoti į 5 ml flakonus. 6. Tirpalų koncentracijos 43.1 pozicijoje 4 proc.
43.2	Tirpalas kateterių kanalams užpildyti, Duralock-C	1. Sterilūs. 2. Apirogeniški. 3. Skaidrūs. 4. Bespalviai. 5. Pozicijoje pagaminti trinatrio citrato pagrindu, išfasuoti į 2,5 ml švirkštus. 6. Tirpalų koncentracijos - 30 proc. ir 46,7 proc. tirpalai.
53.	Rinkinys hemodializei pro centrinės venos kateterį Fresenius, proHD S,M, L,	pozicijoje komplektas su užrašu „Pro HD set“, pakuotės pagrindas skaidrus, pagamintas iš tvirto plastiko, popierinė dalis tvirta, tačiau lengvai atplėšiama. 8.1. Komplekto sudėtis: 1 (viena) pora M dydžio nitrilinių pirštinių be talko, 1 (vienas) 40×50 cm dydžio skysčius sugeriantis (absorbuojantis) apklotėlis, 10 (dešimt) 5×5 cm dydžio marlinių tvarstukų + 10 (dešimt) 1,25–2,5×15 cm dydžio pleistro juostelių. 8.2. Priemonių sudėjimo pakuotėje tvarka (iš viršaus žemyn): apklotėlis, pirštinės, kitos priemonės.
60.1	Purškiamas antiseptinis tirpalas Fresenius Frekaderm	1. Pagamintas 80° etilo spirito pagrindu. 2. Flakono talpa 250 ml. 3. Tinkamas ir skirtas įvairių vienkartinę hemodializės ir peritoninės dializės priemonių dezinfekavimui, nekeičiantis jų charakteristikų.
60.2	Antiseptinis tirpalas Fresenius Frekaderm	1. Pagamintas 80° etilo spirito pagrindu. 2. Flakono talpa 250 ml. 3. Tinkamas ir skirtas įvairių vienkartinę hemodializės ir peritoninės dializės priemonių dezinfekavimui, nekeičiantis jų charakteristikų.
69	Kalio jodido testo juostelė	Juostelė, skirta vienam tyrimui atlikti
79.	Pakaitinis sodos ir elektrolitų tirpalas Fresenius MultiBic	1. Pakaitiniai tirpalai hemofiltracijai ir hemodiafiltracijai ir jų tara: 1.1. Sterilūs. 1.2. Apirogeniški. 1.3. Skaidrūs. 1.4. Bespalviai.
80.	Pakaitinis sodos ir elektrolitų tirpalas be laktato Fresenius MultiBic	2. 79 pozicijoje: 2.1. Komplekto sudėtyje pakaitiniai sodos ir elektrolitų tirpalai, kurie prieš vartojimą yra sumaišomi. 2.2. Išfasavimas po 5 000 ml. Sodos ir elektrolitų tirpalai išfasuoti viename maiše atskirose kamerose 2.3. Maišai tiesiogiai arba per adapterį sujungiami tarpusavyje ir tiesiogiai arba per adapterį (įtrauktą į komplektą) prijungiami prie atitinkamų tipų aparatų magistralių komplektų pakaitinio tirpalo magistralės. 2.4. Siūlome skirtingą K⁺ kiekį (tirpalus sumaišius) turintys tirpalai: 0, 2 ir 4 mmol/ltr. koncentracijos. Į tirpalų sudėtį taip pat turi įeiti Na⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, Cl⁻ ir gliukozė. 3. Abiejose pozicijose pakaitiniai sodos ir elektrolitų tirpalai, atitinkantys 2 punkto reikalavimus, tačiau sudėtyje neturintys laktato.
85	Plazmos filtras FMC/ PlasmaFluxP1dry-5008021,	1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs. 3. Apirogeniški. 4. Kapiliariniai.

	PlasmaFluxP2dry-5008031	5. Iš sintetinės medžiagos - polieterosulfono, pagaminta membrana, 85 pozicijoje laidi plazmai. 6. Pozicijoje turi būti pasiūlyti dviejų darbinių membranos plotų filtrai – 0,3 m ² ir 0,6 m ² , pradinis plazmos filtravimo greitis ne mažesnis kaip 1 000 ml/val. Sterilizacija – vandens garais
95	Peridoninės dializės kateteris Medcomp	1. Vienkartinis, ilgalaikio naudojimo. 2. Sterilus. 3. Apirogeniškas. 4. Elastingas. 5. Implantuojamas į pilvo sieną. 6. Spiralinės formos, su dviem movomis. 7. Medžiaga – silikonas arba jo modifikacijos. 8. Ilgis 62-63 cm. 9. Skirtas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei, tinkamas naudoti su Baxter gamybos peritoninės dializės tirpalų maišais ir automatinėmis HomeChoice peritoninės dializės sistemomis.

5 lent.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	EBVPD	13	Pasiūlymas
2.	Techniniai prekių aprašymai	35	Pasiūlymas
3.	CE Sertifikatai	6	Pasiūlymas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija konfidenciali):

Visi techniniai prekių aprašymai.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vygantas Kazlauskas
(Vardas ir pavardė)