

MEDICINOS PRIETAISAI VIDAUS LIGŲ, ŠEIMOS MEDICINOS IR ENDOKRINOLOGIJOS CENTRAMS (636;642;643)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 pirkimo dalis. Medikamentų spinta, 3 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, <u>puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras</u> , prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) Titanox srl, M600270
1.	Korpusas pagamintas iš metalo, dažyto milteliniu būdu	Būtina	Korpusas pagamintas iš metalo, dažyto milteliniu būdu
2.	Spintos durelės rakinamos	Būtina	Spintos durelės rakinamos
3.	Dviejų durų	Būtina	Dviejų durų
4.	Durys įstiklintos grūdintu stiklu	Būtina	Durys įstiklintos grūdintu stiklu
5.	Spintoje yra ne mažiau 3 lentynos	Būtina	Spintoje yra 3 lentynos
6.	Lentynos klijuoto stiklo ar nerūdijančio plieno	Būtina	Lentynos nerūdijančio plieno
7.	Lentynos keliamoji galia	Ne mažiau 20 kg	Lentynos keliamoji galia 20 kg
8.	Lentynų aukštį galima keisti kas 25 mm	Būtina	Lentynų aukštį galima keisti kas 25 mm
9.	Spintos išmatavimai (aukštis x plotis x gylis)	(165cm x 80cm x 40 cm) ± 5 cm	Spintos išmatavimai (aukštis x plotis x gylis): 164x75x37 cm

5 pirkimo dalis. Lašelinės stovas, 10 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, <u>puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras</u> , prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) Juventas, JSK 2
1.	Stovo medžiaga	Stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Plieno markė AISI 304 arba lygiavertė	Stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Plieno markė AISI 304
2.	Stovas atsparus mechaniniam poveikiui	Būtina	Stovas atsparus mechaniniam poveikiui
3.	Stovas atsparus dezinfekcinėms medžiagoms	Būtina	Stovas atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
4.	Sujungimuose nėra plastiko detalių	Būtina	Sujungimuose nėra plastiko detalių
5.	Stovo paviršiai	Lygūs, lengvai valomi	Lygūs, lengvai valomi

6.	Stovo aukščio reguliavimo ribos	Ne siauresnės nei nuo 1600 mm iki 1950 mm	nuo 1280 mm iki 2230 mm
7.	Aukščio fiksavimas	Fiksavimas atliekamas išoriniu užveržiančiu varžtu, kurį atsukus lašinės stovo viršutinė dalis nusileidžia savaime arba lygiavertis.	Fiksavimas atliekamas išoriniu užveržiančiu varžtu, kurį atsukus lašinės stovo viršutinė dalis nusileidžia savaime.
8.	Viršutinio vamzdžio diametras	20±2 mm	18 mm
9.	Apatinio vamzdžio diametras	25±2 mm	25 mm
10.	Stovas	Mobilus, su ratukais	Mobilus, su ratukais
11.	Ratukai	Ne mažiau kaip 5. Gumuoti, netepantys grindų, laisvai besisukantys apie savo ašį (įvairiapusis judėjimas)	5. Gumuoti, netepantys grindų, laisvai besisukantys apie savo ašį (įvairiapusis judėjimas)
12.	Ratukų diametras	50±5 mm	50 mm
13.	Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais	Būtina	du ratukai su stabdžiais
14.	Stovo pagrindo vienos atšakos ilgis	290±20 mm	310 mm
15.	Lašinės laikikliai	Ne mažiau 4, pagaminti iš ne blogesnio nei AISI 304 nerūdijančio plieno ar lygiavertio. Pritvirtinti vamzdžio viršuje.	4, pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno. Pritvirtinti vamzdžio viršuje.
16.	Lašinės laikiklių skersmuo	5±1 mm	5 mm
17.	Maksimali apkrova, leidžiama vienam laikikliui	Ne mažiau 5 kg	5 kg

9 pirkimo dalis. Procedūrinė kėdė, 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, <u>puslapio Nr.</u> , kuriame aprašytas nurodytas parametras, prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
			Juventas, JFZ 2
1.	Kėdės konstrukcija:	1. Trijų dalių: nugaros, sėdimoji ir kojų 2. Nugaros atlošas ir kojų dalias reguliuojami dujinės spyruoklės pagalba. 3. Visomis kryptimis reguliuojami porankiai 4. Pagalvėlė galvai 5. Kėdės paviršius (uždangalai) - besiulės dirbtinės odos (ar lygiavertės medžiagos), lengvai valomas dezinfektantais 6. Gulimasis paviršius pagamintas iš gniuždymui atsparaus porolono (ar lygiavertis)	1. Trijų dalių: nugaros, sėdimoji ir kojų 2. Nugaros atlošas ir kojų dalias reguliuojami dujinės spyruoklės pagalba. 3. Visomis kryptimis reguliuojami porankiai 4. Pagalvėlė galvai 5. Kėdės paviršius (uždangalai) - besiulės dirbtinės odos, lengvai valomas dezinfektantais 6. Gulimasis paviršius pagamintas iš gniuždymui atsparaus porolono

2.	Kėdė fiksuoto aukščio	Sėdimosios dalies aukštis 55 ± 5 cm	55 cm
3.	Bendras kėdės ilgis horizontalioje padėtyje	Ne mažiau 170 cm	186 cm
4.	Sėdynės ir nugaros atramos plotis	Ne mažiau 58 cm	66 cm
5.	Nugarinės, kojų dalies, pasvyrimo kampų reguliavimas	1. Nugarinės dalies – ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 70° . 2. Kojų dalies – ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki -25°	1. Nugarinės dalies – nuo 0° iki 70° . 2. Kojų dalies – nuo 0° iki -25°
6.	Saugus darbinis apkrovimas	Ne mažiau 150 kg	150 kg

10 pirkimo dalis. Kėdė diabetinės pėdos priežiūrai, 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, <u>puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras</u> , prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) Brusafferi and Co. Srl, PODO Slinder
1.	Kėdės konstrukcija:	1. Sėdimoji ir nugarinė dalys. Nugarinė dalis – su pagalvėle galvai. 2. Šoniniai ranktūriai ir reguliuojami kojų laikikliai (2 vnt.). 3. Kėdės paviršius (uždangalai) - besiulės dirbtinės odos (ar lygiavertės medžiagos), lengvai valomas dezinfekantais. 4. Visi sėdimieji paviršiai paminkštinti (pagaminti iš gniuždymui atsparaus porolono ar lygiaverčio).	1. Sėdimoji ir nugarinė dalys. Nugarinė dalis – su pagalvėle galvai. 2. Šoniniai ranktūriai ir reguliuojami kojų laikikliai (2 vnt.). 3. Kėdės paviršius (uždangalai) - besiulės dirbtinės odos, lengvai valomas dezinfekantais. 4. Visi sėdimieji paviršiai paminkštinti (pagaminti iš gniuždymui atsparaus porolono).
2.	Kėdės valdymas	1. Aukščio ir trendelenburgo valdymas – elektrinis, kojiniu pulteliu. 2. Kojų laikiklių valdymas – mechaninis, dujinės spyruoklės pagalba.	1. Aukščio ir trendelenburgo valdymas – elektrinis, kojiniu pulteliu. 2. Kojų laikiklių valdymas – mechaninis, dujinės spyruoklės pagalba.
3.	Matmenys	Sėdimosios ir nugarinės dalies plotis 550 ± 50 mm.	Sėdimosios ir nugarinės dalies plotis 520 mm.
4.	Kėdės pasukimas	Ne mažiau kaip $\pm 90^\circ$ į šonus	$\pm 90^\circ$ į šonus
5.	Sėdynės aukščio reguliavimo ribos	Ne mažiau kaip 55 – 100 cm	47 – 100 cm
6.	Nugarinės dalies pasvyrimo kampo reguliavimas (trendelenburgas)	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 30° .	nuo 0° iki 30° .

7.	Kojų laikikliai ir jų reguliavimas	1. Laikiklių ilgis ne mažiau kaip 35 cm. 2. Laikikliai išstumiami į priekį ne mažiau kaip 20 cm. 3. Laikikliai rotuojami ne mažiau kaip 30° į šonus. 4. Maksimalus darbinis laikiklių aukštis (nuo grindų lygio) ne mažiau kaip 130 cm.	1. Laikiklių ilgis 35 cm. 2. Laikikliai išstumiami į priekį 20 cm. 3. Laikikliai rotuojami 50° į šonus. 4. Maksimalus darbinis laikiklių aukštis (nuo grindų lygio) 135 cm.
8.	Saugus darbinis apkrovimas	Ne mažiau 150 kg	200 kg
9.	Spalvų pasirinkimas	Ne mažiau 4 (iš spalvų paletės)	Iš 28 spalvų paletės