

Priedų chirurginiam prietaisui techninė specifikacija

Eilės Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Pjovimo antgalis su silikonine rankena (kiekis 1 vnt)	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „NSK-Nakanishi Inc.“ chirurgine konsole „Surgic Pro+“. 2. Maksimalus greitis: ne mažesnis kaip 20.000 aps/min. 3. Tinkamas darbui su 0,35 ± 0,05 mm storio pjovimo ašmenimis. 4. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	Modelis: Sachse 68.24.03 Gamintojas: „Medicon“, Vokietija 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „NSK-Nakanishi Inc.“ chirurgine konsole „Surgic Pro+“. 2. Maksimalus greitis: 20.000 aps/min. 3. Tinkamas darbui su 0,35 mm storio pjovimo ašmenimis. 4. Garantinis terminas 12 mėn.
1.1.	Ašmuo sagitaliniam pjovimui (kiekis 2 pakuotės; pakuotėje yra 12 vnt)	1. Techniškai suderinamas su techninėje specifikacijoje 1 punkte aprašytu pjovimo antgaliu. 2. Darbinės dalies plotis 6 mm ± 1 mm;	Modelis: 68.24.72 Gamintojas: „Medicon“, Vokietija 1. Techniškai suderinamas su techninėje specifikacijoje 1 punkte aprašytu pjovimo antgaliu. 2. Darbinės dalies plotis 6 mm.
1.2.	Peiliukas (kiekis 2 pakuotės; pakuotėje yra 12 vnt)	1. Techniškai suderinamas su techninėje specifikacijoje 1 punkte aprašytu antgaliu. 2. Darbinės dalies plotis 24 mm ± 1 mm.	Modelis: 68.24.37 Gamintojas: „Medicon“, Vokietija 1. Techniškai suderinamas su techninėje specifikacijoje 1 punkte aprašytu antgaliu. 2. Darbinės dalies plotis 24 mm.

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
2. Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.