



V.A. Graičiūno str. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (+370 5) 2649696, fax (+370 5) 2602055, e-mail vilnius@limeta.lt, Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras.



VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras
(Adresatas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMUI
2023-01-10, Nr. 644338

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Limeta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241, Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Į.k.: 221906050, PVM LT219060515
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s:LT257044060001645641, AB „SEB bankas“, banko kodas 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Virginijus Domarkas
Tiekėjo darbuotojas, atsakingas už sutarties vykdymą	Projektų vadovė Julija Kurilova
Telefono numeris	(8 5) 2649696
Fakso numeris	(8 5) 2602055
El. pašto adresas	vilnius@limeta.lt
Asmuo įgaliotas pasiūlymą pasirašyti ir jį pateikti	Viešųjų pirkimų specialistė Aušra Silickienė

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina € be PVM	Vieneto kaina € su PVM	Pasiūlymo kaina € su PVM skaičiais	Pasiūlymo kaina € su PVM žodžiu
1	Odontologinė įranga	Komp l.	1	14941,00	18078,61	18078,61	Aštuoniolika tūkstančių septyniasdešimt aštuoni Eur 61 ct

Mes siūlome garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimą (po privalomų 24 mėn.):
Tiekėjo techninis pasiūlymas*:

Pirkimo dalies Nr. ir pavadinimas	Tiekėjo siūloma papildoma garantija
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė (T)
1. Odontologinė įranga	24 mėnesiai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendrieji reikalavimai

1. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė atitinka Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. **Pateikiami CE sertifikatai arba jam lygiaverčiai dokumentai (CE ženklিনimas su notifikuotos įstaigos numeriu)**, liudijantys, kad prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus, arba valstybėse narėse akredituotų kompetentingų įstaigų išduotos prekių kokybę patvirtinančios pažymos (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

2. Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus. Pateikti išsamius prekių techninius aprašymus lietuvių kalba, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje (originalai ar tinkamai patvirtintos kopijos), pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Tiekėjas privalo instaliuoti siūlomas prekes bei teikti prekių techninį aptarnavimą arba turi būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti įrangos instaliavimo ir techninės priežiūros darbus. Pateikti gamintojo išduotus dokumentus įrangos instaliavimui ir techniniam aptarnavimui vykdyti (su vertimu į lietuvių kalbą), (turėti serviso inžinierių apmokymo sertifikatus, pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

4. Su įranga teiktinų paslaugų pobūdis: tiekėjas savo sąskaita prekes turi pristatyti, surinkti, sumontuoti, instaliuoti, paruošti darbui ir suderinti, išbandyti, apmokyti personalą (toliau – prekių pristatymas). Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti perkančiajai organizacijai įrangos vartotojo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis, techninę dokumentaciją (techninius aprašymus ir / ar pan.), CE sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus.

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas	Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar lygiaverčius dokumentus, nurodant pasiūlymo lapą
1. Odontologinė įranga:		
1.1.	Paciento kėdė:	Paciento kėdė Modelis: ECO.next Gamintojas: Tecnodent S.r.l., Italija Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.1.1	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz.	Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 (±10) V, 50/60 Hz. ECO.next Naudojimo instrukcija, 24 psl.
1.1.2	Kėdė netvirtinama prie grindų.	Kėdė netvirtinama prie grindų. ECO.next Naudojimo instrukcija, 27 psl.
1.1.3	Kėdės keliamoji galia – ne mažiau kaip 135 kg (paciento svoris).	Kėdės keliamoji galia – 135 kg (paciento svoris). ECO.next Naudojimo instrukcija, 33 psl.; ECO.next Bukletas, 2 psl.
1.1.4	Kėdės sėdimoji dalis turi kilti/leisti intervalė: apatinė pozicija ne aukščiau 45 cm, viršutinė pozicija ne žemiau 74 cm nuo grindų	Kėdės sėdimoji dalis kyla/leidžiasi intervalė: apatinė pozicija 39,5 cm, viršutinė pozicija 79,5 cm nuo grindų ECO.next Naudojimo instrukcija, 24 psl.;

		ECO.next Bukletas, 2 psl.
1.1.5	Kėdės valdymas elektrinis – hidraulinis arba elektrinis – mechaninis	Kėdės valdymas elektrinis – mechaninis ECO.next Naudojimo instrukcija, 22 psl.; ECO.next Bukletas, 2 psl.
1.1.6	Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde.	Automatinis kėdės judesio stabdis esant kliūčiai po kėde. ECO.next Naudojimo instrukcija, 22 psl.; ECO.next Bukletas, 2 psl.
1.1.7	Paciento kėdės apmušalo dangą turi būti besiūlė.	Paciento kėdės apmušalo dangą yra besiūlė. ECO.next Bukletas, 2 psl.
1.1.8	Kėdės sėdima dalis turi būti pasukama apie vertikalią ašį ne mažiau kaip po 30° į abi puses nuo centrinės ašies (padėties).	Kėdės sėdima dalis pasukama apie vertikalią ašį po 30° į abi puses nuo centrinės ašies (padėties). ECO.next Naudojimo instrukcija, 24 psl.; ECO.next Bukletas, 2 psl.
1.1.9	Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa.	3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėties, papildomai paciento išlaipinimo programa ir grįžimo į prieš tai buvusią padėtį programa. ECO.next Bukletas, 1 psl.; 2 psl.
1.1.10	Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto ir asistento instrumentų pulto arba kojiniu pedalu	Kėdės valdymas nuo gydytojo instrumentų pulto ir asistento instrumentų pulto arba kojiniu pedalu Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1 ECO.next Bukletas, 2 psl.
1.1.11	Galvos atlošo artikuliacija ne mažiau kaip 2 ašimis.	Galvos atlošo artikuliacija 3 ašimis. ECO.next Bukletas, 1 psl.
1.1.12	Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nusukamas ne mažiau kaip 90° kampu arba nulenkiamas.	Kairysis ir dešinysis porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas. ECO.next Bukletas, 1 psl.; 2 psl.
1.1.13	Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau kaip 1800 mm.	Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis 1900 mm. ECO.next Naudojimo instrukcija, 24 psl.
1.1.14	Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.	Kojūgalis turi skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. ECO.next Gamintojo patvirtinimo laiškas
1.1.15	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę.	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę. Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.2.	Gydytojo instrumentų dalis:	Gydytojo instrumentų dalis: Modelis: Stomadent NEO Gamintojas: Stomadent SK s.r.o., Slovakija

1.2.1	Gydytojo instrumentai: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; 4) vieta ultragarsiniam skaleriui; 5) vieta polimerizacinei lempai	Gydytojo instrumentai: 1) 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2) rankovė turbinai su pašvietimu; 3) rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; 4) vieta ultragarsiniam skaleriui; 5) vieta polimerizacinei lempai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; Luzzani MINI MATE Naudojimo instrukcija; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.2
1.2.2	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko arba kėdės	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. Stomadent NEO plakatas-nuotrauka
1.2.3	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimas automatinio stabdžiu.	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimas automatinio stabdžiu. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 14 psl.
1.2.4	Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/ijungiantis elektros, vandens ir suspausto oro maitinimą.	Vienas bendras jungiklis, kartu atjungiantis/ijungiantis elektros, vandens ir suspausto oro maitinimą. Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.2.5	Nuspaudžiamas instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija.	Nuspaudžiamas instrumentų valdymo pedalas su vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 8 psl.; 17 psl.
1.2.6	Gydytojo instrumentai yra įstatomi: 	Gydytojo instrumentai yra įstatomi:  Stomadent NEO plakatas-nuotrauka
1.2.7	Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus prapūtiklį).	Instrumentų vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai (išskyrus prapūtiklį). Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 14 psl.
1.2.8	Instrumentų, naudojančių vandenį, rankovių praplovimo funkcija.	Instrumentų, naudojančių vandenį, rankovių praplovimo funkcija. Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.2.9	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo

	mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai.	įjungimo/išjungimo, vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 10 psl.; 12 psl.; 11 psl.; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.3.	Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis:	Spjaudyklės blokas/asistento instrumentų dalis: Modelis: Stomadent NEO Gamintojas: Stomadent SK s.r.o., Slovakija
1.3.1	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės Stomadent NEO plakatas-nuotrauka
1.3.2	Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis	4-ių lizdų asistento instrumentų laikiklis Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.
1.3.3	3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo).	3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.2
1.3.4	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais.	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.
1.3.5	Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius (indo talpa ne mažiau kaip 1 litras).	Švaraus vandens sistema distiliuotam vandeniui tiekti į antgalius (indo talpa 1,5 litro). Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 20 psl.; 36 psl.
1.3.6	Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas.	Programuojamas vandens į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 11 psl.; 12 psl.; 13 psl.
1.3.7	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukai.	Kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo mygtukai, programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo, paskutinės dirbtos pozicijos mygtukai, šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukai. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 9 psl.; 12 psl.; 11 psl.; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.3.8	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai.	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 9 psl.; 11 psl.
1.3.9	Integruotas skysčių separatorius	Integruotas skysčių separatorius Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 7 psl.
1.4.	Apšvietimo sistema:	Apšvietimo sistema: Modelis: LOOK Gamintojas: Stomadent SK s.r.o., Slovakija

1.4.1	Bešešėlinis šviestuvai su ne mažiau 2 LED šviesos šaltinių	Bešešėlinis šviestuvai su 2 LED šviesos šaltinių Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.4.2	Apšvietimo lempa montuojama prie spjaudyklės bloko	Apšvietimo lempa montuojama prie spjaudyklės bloko Stomadent NEO plakatas-nuotrauka
1.4.3	Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų pusių	Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų pusių Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.
1.4.4	Spalvos temperatūra ne mažiau 4900 K.	Spalvos temperatūra 4900 K. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 36 psl.
1.4.5	Plombavimo režimas	Plombavimo režimas Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.; Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.4.6	Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 25000 Lux	Maksimalus šviesos intensyvumas 35000 Lux Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl.; 36 psl.
1.4.7	Spalvos atkūrimo indeksas CRI ≥90	Spalvos atkūrimo indeksas CRI 90 Stomadent NEO Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.4.8	Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti).	Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; 18 psl.
1.5.	Kėdutė gydytojui	Kėdutė gydytojui Modelis: DENTAL Gamintojas: Stomadent SK s.r.o., Slovakija
1.5.1	Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų.	Laisvai stumdoma ant 5 ratukų. Stomadent kėdutės – plakatas-nuotrauka, modelis DENTAL
1.5.2	Atlošas nugarai.	Atlošas nugarai. Stomadent kėdutės – plakatas-nuotrauka, modelis DENTAL
1.5.3	Reguliuojamas kėdutės aukštis.	Reguliuojamas kėdutės aukštis. Stomadent kėdutės – plakatas-nuotrauka, modelis DENTAL
1.6.	Elektrinis mikrovariklis:	Elektrinis mikrovariklis: Modelis: NLX Gamintojas: NSK, Japonija
1.6.1	Bešepetėlinis.	Bešepetėlinis. Katalogas, 90 psl.
1.6.2	Maksimalus sukimas ne mažiau 40 000 aps/min.	Maksimalus sukimas 40 000 aps/min. Katalogas, 90 psl.

1.6.3	Sūkimo momentas ne mažiau 3 Ncm	Sūkimo momentas 4 Ncm. Katalogas, 90 psl.
1.6.4	Su vidiniu oro/vandens aušinimu.	Su vidiniu oro/vandens aušinimu. Katalogas, 90 psl.
1.6.5	Su LED šviesos šaltiniu.	Su LED šviesos šaltiniu. Katalogas, 90 psl.
1.6.6	Sterilizuojamas.	Sterilizuojamas. Katalogas, 90 psl.
1.7.	Kampinis antgalis mikrovarikliui:	Kampinis antgalis mikrovarikliui: Modelis: CA 1:1 L Gamintojas: Bien-Air, Šveicarija
1.7.1	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš ne mažiau 3 taškų.	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu iš 3 taškų. Brošiūra, 5 psl.; Internetinis puslapis; Patvirtinimo laiškas Nr.1
1.7.2	Perdavimo santykis 1:1.	Perdavimo santykis 1:1. Brošiūra, 13 psl.
1.7.3	Grąžto fiksacija mygtuku.	Grąžto fiksacija mygtuku. Brošiūra, 13 psl.
1.7.4	Su pašvietimu	Su pašvietimu. Brošiūra, 13 psl.
1.7.5	Sterilizuojamas	Sterilizuojamas. Brošiūra, 13 psl.; Patvirtinimo laiškas Nr.2
1.8.	Turbininis antgalis su pašvietimu:	Turbininis antgalis su pašvietimu: Modelis: HC22KL Gamintojas: MK-dent, Vokietija
1.8.1	Su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 3 taškų	Su vandens – oro aušinimu iš 3 taškų MK-dent katalogas, 49 psl.; MK-dent Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.1
1.8.2	Sūkiai: ne mažiau kaip 380.000 rpm.	Sūkiai: 420.000 rpm. MK-dent katalogas, 49 psl.
1.8.3	Maksimali galia: ne mažiau 18 W.	Maksimali galia: 18 W. MK-dent katalogas, 49 psl.
1.8.4	LED tipo pašvietimas.	LED tipo pašvietimas.

		MK-dent katalogas, 49 psl.
1.8.5	Jungiamas prie žarnos per Midwest jungtį.	Jungiamas prie žarnos per Midwest jungtį. MK-dent Gamintojo patvirtinimo laiškas Nr.2
1.8.6	Sterilizuojamas.	Sterilizuojamas. Naudojimo instrukcija, 1 psl.
1.9.	Ultragarsinis skaleris:	Ultragarsinis skaleris: Modelis: Compact Piezo LED Gamintojas: Mectron, Italija
1.9.1	Piezokeraminis su LED pašvietimu	Piezokeraminis su LED pašvietimu Katalogas, 54 psl.
1.9.2	Veikimo dažnis ne mažesnėse ribose kaip 28 kHz – 36 kHz.	Veikimo dažnis ribose 24 kHz – 36 kHz. Katalogas, 54 psl.
1.9.3	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai.	Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas, keičiantis apkrovai. Katalogas, 54 psl.
1.9.4	Komplekte ne mažiau 4 instrumentų, instrumentų priveržimo raktas.	Komplekte 4 instrumentai, instrumentų priveržimo raktas. Katalogas, 55 psl.; 64 psl.; 65 psl.
1.10.	Polimerizuojanti lempa:	Polimerizuojanti lempa: Modelis: Built-IN C Gamintojas: Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., LTD, Kinija
1.10.1	Šviesos intensyvumas - ne mažiau kaip 1.200 mW/cm ² ;	Šviesos intensyvumas - 1.200mW/cm ² ; Naudojimo instrukcija, 2 psl.
1.10.2	Bangos ilgis – ne siauresniame diapazone kaip 440-465 nm.	Bangos ilgis –diapazone 420-480 nm. Naudojimo instrukcija, 2 psl.
1.10.3	Šviesolaidis, ne mažiau kaip 8mm skersmens	Šviesolaidis, 8mm skersmens Woodpecker katalogas, 74 psl.
1.10.4	Ne mažiau kaip 2 skirtingos kietinimo programos	3 skirtingos kietinimo programos. Naudojimo instrukcija, 2 psl.
1.10.5	Sukiojamas ir sterilizuojamas ne mažiau kaip 134° šviesolaidis	Sukiojamas ir sterilizuojamas 135° šviesolaidis. Naudojimo instrukcija, 2 psl.
1.11.	Vakuuminis siurblys	Vakuuminis siurblys Modelis: UNI – JET 75 Gamintojas: Cattani Air Technology, Italija

1.11.1	Maitinimas įtampos tinklo 230 V (±10 V), 50/60 Hz.	Maitinimas iš įtampos tinklo 230 V (±10 V), 50/60 Hz. UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.11.2	Galingumas ne daugiau 0,5 kW	Galingumas 0,4 kW UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.11.3	Srautas ne mažiau 1200 l/min	Srautas 1250 l/min UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.11.4	Vakuumo gylis ne mažiau 1260 mm H ₂ O	Vakuumo gylis 1300 mm H ₂ O UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.11.5	Komplektuojamas garsą slopinančioje dėžėje	Komplektuojamas garsą slopinančioje dėžėje UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, viršelis
1.11.6	Triukšmingumas ne daugiau 60 dB	Triukšmingumas 58 dB UNI – JET 75 Naudojimo instrukcija, 8 psl.
1.12	Odontologinis kompresorius	Odontologinis kompresorius Modelis: DK50-10Z Gamintojas: EKOM Spol s r.o., Slovakija
1.12.1	Betepalinis	Betepalinis Ekom Internetinis puslapis, 1 psl.
1.12.2	Skirtas aptarnauti 1 odontologiniui įrenginiui	Skirtas aptarnauti 1 odontologiniui įrenginiui Ekom Internetinis puslapis, 2 psl.
1.12.	Garantijos 1.1.-1.11. pozicijoms turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai	Garantijos 1.1.-1.11. pozicijoms 24 mėnesiai ir su 24 mėn pratęsimu.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekejus (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1	Konfidencialu.pdf	3 eilutėje

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD, deklaracija, įgaliojimas pasirašyti	16
2	Gamintojo dokumnetai	245
3	UAB „Limeta“ patvirtinimo raštas	1

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

Viešųjų pirkimų specialistė

(Parašas*)



(Parašas)

(Vardas ir pavardė*)

Aušra Silickienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)