

Artroskopinės įrangos dalių techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės
1.	Artroskopinės irigacinės sistemos jungiama dalis prie pompos (orientacinis kiekis 600 vnt.)	- Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; - Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ artroskopine įranga „ArthroCart“ (inv. nr. 13717129) (<i>būtiną pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>); - Vienkartinė, sterili; - Skirta naudoti visą dieną; - Pritaikyta irigacijai su slėgio kontrole, kurios maksimalus slėgis siekia 150 mmHg; - Su vandens slėgio matavimo kamera; - Irigacinio skysčio paėmimui naudojamas sistemos galas Y formos, su dviem jungtimis prijungimui prie skysčio talpos (-ų) bei dviem skysčio tėkmės sustabdymui skirtais spaustukais; - Spalvinis atskirų dalių žymėjimas.	- Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; Katalogas 1 psl 2 Katalogas 3 - Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ artroskopine įranga „ArthroCart“ (inv. nr. 13717129) (2022-12-22_LSMULKK_patvirtinimas.pdf); Katalogas 1 psl 1 Katalogas 3 psl 1 - Vienkartinė, sterili; Katalogas 2 - Skirta naudoti visą dieną; Katalogas 1 psl 2 - Pritaikyta irigacijai su slėgio kontrole, kurios maksimalus slėgis siekia 150 mmHg; Katalogas 3 psl 5 - Su vandens slėgio matavimo kamera; Katalogas 3 psl 3 - Irigacinio skysčio paėmimui naudojamas sistemos galas Y formos, su dviem jungtimis prijungimui prie skysčio talpos (-ų) bei dviem skysčio tėkmės sustabdymui skirtais spaustukais; Katalogas 2, Katalogas 3, 3psl. - Spalvinis atskirų dalių žymėjimas. Katalogas 1 psl 2 AR-6415, AR-6420

2.	Artroskopinės irigacinės sistemos paciento jungtis (orientacinis kiekis 300 vnt.)	1. Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; 2. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ artroskopine įranga „ArthroCart“ (inv. nr. 13717129) (<i>būtiną pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>); 3. Vienkartinė, sterili; 4. Jungiama prie dienai skirtos artroskopinės irigacinės sistemos jungiamos dalies (nurodytos techninės specifikacijos 1 punkte); 5. Abiejuose galuose su „Luer lock“ (arba lygiavertėmis) jungtimis; 6. Su integruotu vienos eigos vožtuvu; 7. Su skysčių tekėjimo stabdymui skirtais spaustukais; 8. Paciento jungties ilgis $\geq 1,8$ m.	1. Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; Katalogas 3, Katalogas 1 psl 2 2. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ artroskopine įranga „ArthroCart“ (inv. nr. 13717129) (<i>2022-12-22_LSMULKK_patvirtinimas.pdf</i>); Katalogas 1 psl 1 Katalogas 3 psl 1 3. Vienkartinė, sterili; Katalogas 2 4. Jungiama prie dienai skirtos artroskopinės irigacinės sistemos jungiamos dalies (nurodytos techninės specifikacijos 1 punkte); Katalogas 3 psl 3 5. Abiejuose galuose su „Luer lock“ jungtimis; Katalogas 3 psl 3 6. Su integruotu vienos eigos vožtuvu; Katalogas 3 psl 3 7. Su skysčių tekėjimo stabdymui skirtais spaustukais; Katalogas 3 psl 3 8. Paciento jungties ilgis 2,4 m. Katalogas 3 psl 6 Ar-6220; AR-6425 Katalogas 1 psl 2
3.	Artroskopinės irigacinės sistemos skysčio ištraukimo kasetė (orientacinis kiekis 600 vnt.)	1. Skirta skysčių surinkimui iš šeiverio rankenos kaniulės ir prailginimo linijos; 2. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ artroskopine įranga „ArthroCart“ (inv. nr. 13717129) (<i>būtiną pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>); 3. Vienkartinė, sterili; 4. Kasetė sudaryta iš trijų spalviškai sužymėtų dalių; a) Linija, kuri jungiasi prie kaniulės/troakaro, turinti „Luer lock“ (arba lygiavertę) jungtį, su spalviniu žymėjimu; b) Prailginimo linija, kuri jungiasi prie šeiverio rankenos, su spalviniu žymėjimu; c) Prailginimo linija, skirta jungti	1. Skirta skysčių surinkimui iš šeiverio rankenos kaniulės ir prailginimo linijos; Katalogas 1 psl 2 2. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ artroskopine įranga „ArthroCart“ (inv. nr. 13717129) (<i>2022-12-22_LSMULKK_patvirtinimas.pdf</i>); Katalogas 1 psl 1 Katalogas 3 psl 1 3. Vienkartinė, sterili; Katalogas 2 4. Kasetė sudaryta iš trijų spalviškai sužymėtų dalių; Katalogas 1 psl 2 a) Linija, kuri jungiasi prie kaniulės/troakaro, turinti „Luer lock“ jungtį, su spalviniu žymėjimu; Katalogas 3 psl 4 b) Prailginimo linija, kuri jungiasi prie šeiverio rankenos, su spalviniu žymėjimu; Katalogas 3 psl 4 c) Prailginimo linija, skirta jungti į surinkimo indą, su spalviniu žymėjimu. Katalogas 3 psl 4

		į surinkimo indą, su spalviniu žymėjimu.	AR-6430 Katalogas 1 psl 2
4.	Siūlomų prekių žymėjimas CE ženklų	Būtinai. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.	Yra (<i>CE Arthrex.pdf</i>)

Papildomi reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.