

Platforminių svarstyklių techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Pacientų svėrimui sėdint vežimėlyje ar stovint ant platformos	Platforminės svarstyklės MS3830 - sverti sėdint vežimėlyje arba stovint ant platformos KAT: 1 psl.
2.	Platformos matmenys (ilgis×plotis×aukštis)	Ne mažesni kaip 900×740×55 mm	Matmenys: - bendri (ilgis/plotis/aukštis) 1150x800x66 mm - platforma (ilgis/plotis) 900x740 mm KAT: 2; 7 psl.
3.	Reikalavimai platformos konstrukcijai	1. Platforma turi užvažiavimo ir nuvažiavimo nuolydžius iš abiejų pusių; 2. Svarstyklės yra su rankena ir ratukais patogiam pervežimui.	3.1. Platforma turi 2 rampas/nuolydžius iš abiejų pusių 3.2. Su rankena ir ratukais patogiam transportavimui KAT: 2 psl.
4.	Reikalavimai svarstyklėms	1. Elektroninės; 2. Su ekranu matavimo duomenų atvaizdavimui.	Svarstyklės elektroninės – su LCD ekranu rezultatams atvaizduoti/stebėti KAT: 1; 4; 7 psl.
5.	Tikslumo klasė	Ne blogesnė kaip III (vidutinio tikslumo)	III tikslumo klasė (vidutinio tikslumo) KAT: 3; 7 psl.
6.	Matavimo vienetai	kg	Matavimo vienetai – kg KAT: 8 psl.
7.	Maksimali leistina apkrova/maksimalus sveriamas svoris	≥ 300 kg	Svėrimas iki 300 kg KAT: 2; 7 psl.
8.	Matavimo diskretiškumas (padalos vertė)	≤ 100 g	Matavimo diskretiškumas – 100 g KAT: 2; 7 psl.
9.	Įdiegtos funkcijos	1. Nulinės vertės nustatymas (automatinis arba mygtuko paspaudimu); 2. Papildomo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė); 3. Svėrimo rezultatų rodymas pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė); 4. Kūno masės indekso skaičiavimo funkcija (BMI arba lygiavertė); 5. Automatinis išsijungimas.	1. Nulinės vertės – ZERO - funkcija 2. Papildomo svorio – TARE – funkcija 3. Svorio fiksavimo - HOLD – funkcija 4. KMI (kūno masės indeksas) skaičiavimo funkcija 5. Auto-OFF išsijungimas KAT: 2; 4; 5; 7; 9 psl.
10.	Ekране vienu metu matomi skaitmeniniai duomenys	1. Svoris; 2. Ūgis; 3. Kūno masės indeksas.	Vienu metu ekranoose matyti 3 rodmenys: svoris, ūgis, KMI KAT: 6 psl.
11.	Maitinimo šaltinis	1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas;	Maitinimas: vidiniai AA tipo

		2. Vidiniai maitinimo elementai; (komplekte su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo)	elementai ir laidas į el.tinklą. Bus pateikta komplekte su svarstyklėmis. KAT: 2; 7 psl.
12.	Pirminė metrologinė patikra	Svarstyklės pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos.	Svarstyklės bus pateiktos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių nuo pristatymo dienos. KAT: 1; 3 psl.
13.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Patvirtiname - įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo/utilizavimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
14.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Patvirtiname - vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
15.	Kartu su svarstyklėmis pateikiama dokumentacija	Naudotojo instrukcija lietuvių kalba	Kartu su svarstyklėmis bus pateikiama naudojimosi instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis.
16.	Žymėjimas CE ženklų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 ar Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42/EEB reikalavimus	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	Žymėjimas CE ženklų pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42/EEB reikalavimus – pridedama CE sertifikato kopija. KAT: 3 psl.
17.	Garantinis terminas	≥ 24 mėnesiai	Garantinis terminas – 24 mėn.

Papildomas reikalavimas:

Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.