

+370 5 2729054
info@laisvalinija.com
www.laisvalinija.com

UAB "LAISVA LINIJA"

(Uždaroji akcinė bendrovė, Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius, tel.: +370 5 2729054, el. paštas: info@laisvalinija.com, juridinio asmens kodas: 123014889, PVM kodas: LT230148811. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centras registre)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO**

2023-06-16 Nr. 1-82330703
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB "LAISVA LINIJA"
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 12A, LT-08412 Vilnius
Juridinio asmens kodas	123014889
PVM mokėtojo kodas	LT230148811
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT047044060001093895, AB SEB bankas, 70440
Juridinio asmens vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorė Audronė Juknienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	+370 5 2729054
El. pašto adresas	info@laisvalinija.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
	-

***Pastaba:** Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

**Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“
(dokumentas yra pateikiamas redaguojamu formatu)
5 priedas UABLL KAINŲ PASIŪLYMO LENTELE 1-82330703.xls**

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	14	espd-response_LAISVA LINIJA
2	Igaliojimas Pasirašyti ir pateikti pasiūlymą	1	LAISVA LINIJA_Igaliojimas_Evaldui_Burbuliui_KONFIDENCIALU
3	Patvirtinimas apie prekių atsarginių dalių palaikymą	1	Patvirtinimas apie prekių atsarginių dalių palaikymą
4	Techninė informacija	28	Tech. dokumentacija
5	CE deklaracija	1	CE deklaracija

Pastaba. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti pirkimo sąlygų 5.11.2, 5.11.6, 5.11.7, 5.11.9 punktuose nurodyti dokumentai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai **turi nurodyti**, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) (žr. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą (<http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kuriame nurodoma, kad pasiūlyme nurodytos **kainos bei įkainiai**, taip pat **nuolaidos dydis ar įkainio bazė**, tiekėjo **siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai**, tiekėjo **siūlomų prekių techninės specifikacijos**, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, tiekėjo **siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija**).


Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia Tiekėjų dėmesį, kad negalima piktnaudžiauti „konfidencialumo“ sąvoka ir šių duomenų nurodyti esant konfidencialiais).

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (nurodyti): konfidencialūs duomenys apie fizinius asmenis, elektroninių parašų metaduomenys.

Produktų specialistas	(pasirašyta saugiu elektroniniu parašu)	
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

**Vakuuminio siurblio (pompos) diafragminio su monometru ir reguliavimo vožtuvu
techninė specifikacija (orientacinis kiekis 2 vnt.)**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametų reikšmės
1.	Vakuuminis siurblys	KNF LABOPORT® N 938.50 KT.18	
1.1.	Konstrukcija	1. Vakuuminis diafragminis (arba lygiavertis) siurblys su monometru ir reguliavimo vožtuvu; 2. Atsparus korozijai; 3. Perkėlimas be alyvos;	1. Vakuuminis diafragminis siurblys su monometru ir reguliavimo vožtuvu (tech. dokumentacija, 1 psl. – pateikiamas siurblys su priedu p/k 112432); 2. Atsparus korozijai (tech. dokumentacija, 1 psl.); 3. Perkėlimas be alyvos (tech. dokumentacija, 1 psl.);
1.2.	Siurblio našumas	Ne mažiau kaip 1,8 m ³ /val arba 30 l/min	1,8 m ³ /val / 30 l/min (tech. dokumentacija, 1 psl.)
1.3.	Vakuumas (absorbcijos)	Ne mažiau kaip 15 mbar	15 mbar (tech. dokumentacija, 1 psl.)
1.4.	Viršslėgis	Ne daugiau kaip 0,5 bar	0,5 bar (tech. dokumentacija, 1 psl.)
1.5.	Terpės temperatūros intervalas (ne siauresnis už nurodytą)	+5 – +40 °C	+5 – +40 °C (tech. dokumentacija, 1 psl.)
1.6.	Variklio galia	Ne mažiau kaip 110 W	110 W (tech. dokumentacija, 1 psl.)
1.7.	Žarnelių vidinis diametras prijungimui	Ne daugiau kaip 10 mm	10 mm (tech. dokumentacija, 1 psl.)
1.8.	Svoris	≤ 7 kg	6,8 kg (tech. dokumentacija, 1 psl.)
1.9.	Elektros maitinimas	Iš 230V/50Hz elektros tinklo	Iš 230V/50Hz elektros tinklo (tech. dokumentacija, 1 psl.)
1.10.	Komplektacija	1. Vakuuminis siurblys; 2. Tikslus valdymo vožtuvas su vakuumo matuokliu; 3. Duslintuvas; 4. Žarnelių jungtys; 5. Žarnelės (ne mažiau kaip 2 metrai);	1. Vakuuminis siurblys (atitinka punktą 1.1.1 - tech. dokumentacija, 1 psl. – pateikiamas siurblys su priedu p/k 112432); 2. Tikslus valdymo vožtuvas su vakuumo matuokliu (atitinka punktą 1.1.1 - tech.

		6. Prietaisas pilnos komplektacijos ir paruoštas darbui arba pridedamos dalys, reikalingos siurbliui pajungti ir dirbti;	dokumentacija, 1 psl. – pateikiamas siurblys su priedu p/k 112432); 3. Duslintuvas (tech. dokumentacija, 1 psl. – pateikiama papildoma dalis p/k 007006); 4. Žarnelių jungtys, 2 vnt. (tech. dokumentacija, 1 psl. – pateikiama 2 vnt. papildomų dalių p/k 112004); 5. Žarnelės, 2 m. nuoroda: https://www.drifton.eu/shop/18-standard-pump-tubing/743-norprene-a-60-g-tubing-15-m/ ir tech. dokumentacija, 27-28 psl.); 6. Prietaisas pilnos komplektacijos ir paruoštas darbui (atitinka punktą 1.10 - tech. dokumentacija, 1 psl.);
2.	Reikalavimai reguliavimo vožtuvui	Matavimo intervalas ne siauresnis už 1050 – 0 mbar;	Matavimo intervalas (mechaninis): 1200 – 0 mbar (realaus siurblio monometro pavyzdys - nuotrauka apačioje) 
3.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	Pateikiame

4.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
5.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
6.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
7.	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėnesiai	Užtikriname 24 mėnesių garantiją
8.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba;	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba;
9.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (<i>būtinai tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas</i>). <u>Pastaba:</u> Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401	Užtikriname (žr. dokumentą - Patvirtinimas apie prekių atsarginių dalių palaikymą)

		patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	
--	--	--	--