

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Chirurginiai ir urologiniai rinkiniai, tinklėliai, instrumentai plėtimui, sistemos, koagulatorius

- 1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklintas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

						SIŪLOMA					PLANUOJAMA		
Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vnt. įkainis Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	PVM tarifas, %	PVM suma, Eur	Kaina Eur su PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM	BPVŽ kodas
21	Šlaiplės fiksavimo sistemos										39780,00	41769,00	33141620-2

21.1	Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema	Vienkartinis rinkinys sterilioje pakuotėje. Rinkinį sudaro tinklėlis kartu su dvejomis įvedimo adatomis su plastikinėmis ergonominėmis rankenomis. Halo (ratilo) tipo adatos, ne storesnės kaip 3 mm, turinčios griovelį distaliniaame gale tinklėlio kilpai patikimai užkabinti. Tinklėlis pagamintas iš polipropileno. Mėlynos spalvos. Tinklėlio pynimas tvirtas, užsibaigiantis dantytu kraštu su nedideliais burbuliukais. Neišsiardantis. Tinklėlis turi viduriui žymėti plastikinį žymeklį. Tinklėlis yra ne daugiau kaip 22 cm ilgio, aptrauktas permatoma mova, kuri procedūros pabaigoje ištraukiama. Neaptrauktos mova tinklėlio ilgis ne ilgesnis nei 4 cm. Tinklėlio plotis ne didesnis nei 1,2 cm; Storis ne mažesnis kaip 0,60 mm; porų dydis ne didesnis nei 1190 µm; pluošto diametras ne didesnis nei 0,15 mm; svoris (g/m²) ne mažesnis nei 100.	Rink.	80	Obtryx II System, M0068505110/M0068505000Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.14;15-23	306,0	24480,00	5	1224,00	25704,00	24480,00	25 704,00	
21.2	Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema	Vienkartinis rinkinys sterilioje pakuotėje. Rinkinį sudaro tinklėlis kartu su viena įvedimo adata, turinčia plastikinę ergonominę rankeną, su įstūmėjo slinktimi. Adata išlenkta Curved tipo, skersmuo 2,7 mm, 19 cm ilgio, išlenkimas 115 ° arba 82,55 mm spindulio, pritaikytas gaktikauliui apeiti. Turi griovelį distaliniaame gale tinklėlio kilpai patikimai užkabinti. Tinklėlis pagamintas iš polipropileno, baltos spalvos, turi 17 cm, mėlynos spalvos plastikines movas, geresniai vizualizacijai. Tinklėlio pynimas tvirtas, užsibaigiantis dantytu kraštu su nedideliais burbuliukais. Neišsiardantis. Tinklėlis turi viduriui žymėti plastikinį žymeklį. Tinklėlis ne daugiau kaip 44,5 cm ilgio, aptrauktas permatoma mova, kuri procedūros pabaigoje ištraukiama. Tinklėlio plotis ne didesnis nei 1,2 cm; Storis ne mažesnis kaip 0,65 mm; porų dydis ne didesnis nei 1182 µm; pluošto diametras ne didesnis nei 0,15 mm; svoris (g/m²) ne mažesnis nei 100.	Rink.	50	Advantage Fit system, M008502120/M0068502110. Gam. Boston Scientific. Katalogo psl.13;24-31	306,0	15300,00	5	765,00	16065,00	15300,00	16 065,00	
Viso 21 pirkimo daliai							39780,00		1989,00	41769,00			