

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Rinkinio hemofiltracijai pirkimas (Nr.9910)

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams, turi būti CE ženklintas, **pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.**
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.

Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge	Vieno vieneto įkainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM	BVPŽ kodas	Pirkimui skirtos lėšos Eur su PVM
1	Inkstų pakaitinės terapijos priemonės	Pateikti gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją.										
1.1	Rinkinys citratinei hemofiltracijai (CVVHD)	Rinkinys atlikti hemofiltraciją ar hemodiafiltraciją su multiFiltrate PRO aparatu. Ne mažesnio kaip 1.8 m² paviršiaus ploto, sterilizuotas garais, polisulfono (sintetinės) membranos hemofiltratas, pakaitinio tirpalo ir dializato magistralės su saugia SecuNect jungtimi citrato ir kalcio tirpalų pajungimui.	vnt.	1000	multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca HD 1000; Fresenius Medical Care; F00008264	360	5	360000	18000	378000	33140000-3	
1.2	Rinkinys citratinei hemodiafiltracijai (postCVVHDF)	Rinkinys atlikti postdiliucinę hemodiafiltraciją su multiFiltrate PRO aparatu. Rinkinys turi būti sudarytas iš ne mažesnio kaip 1.8 m² paviršiaus ploto, sterilizuotas garais, polisulfono (sintetinės) membranos hemofiltratas, kraujo, pakaitinio tirpalo ir dializato magistralės su saugia SecuNect jungtimi citrato ir kalcio tirpalų pajungimui.	vnt.	95	multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca HDF 1000; Fresenius Medical Care; F00008266	360	5	34200	1710	35910	33140000-3	
					Bendra pasiūlymo kaina			394200,00	19710,00	413910,00		420000,00