

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė (su nuoroda į puslapį pasiūlyme, kur gamintojo originalo techniniame lape nurodytas parametras)
1.	Aukštos raiškos medicininiai monitoriai (mamografijai) (2 vnt.) su gydytojo radiologo diagnostikos darbo vieta		
1.1	Spalvoti medicininiai mamografiniai diagnostiniai monitoriai	Būtina, ne mažiau kaip 2 monitoriai ne mažiau kaip 5 megapikselių	2 spalvoti medicininiai mamografiniai diagnostiniai monitoriai 5,8 MP. <i>Failo „Gamintojo dokumentai“ (Brošiūra-monitoriai) pdf 1 p.</i>
1.2	Medicininė vaizdo plokštė	Būtina, ne mažiau kaip 10 bitų, suderinama su medicininiais monitoriais	Medicininė vaizdo plokštė, palaikanti 32 bitus pikselius (10 bitų pikselio gylis juodai baltiems vaizdams, 30 bitų spalvotiems vaizdams). 128 bitų atmintinės sąsaja. <i>Failo „Gamintojo dokumentai“ (Brošiūra-monitoriai.Brošiūra – vaizdo plokštė, Suderinamumo lentelė.Suderinamumas su kompiuterine įranga) pdf.6-7,9 p.</i>
1.3	Monitorius pacientų sąrašui	Būtina, įstrižainė ne mažiau 23"	Pacientų sąrašo monitoriaus įstrižainė 23,8". <i>Monitorius pacientų sąrašui, p. 3</i>
1.4	Radiologo darbo vietos kompiuteris	1 vnt.	1 vnt.
1.4.1	Procesorius	Procesoriaus našumas pagal viešai skelbiamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu - ne mažiau nei 20000	Procesoriaus našumas pagal viešai skelbiamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus 31132. Pateikiamas https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-12700&id=4669 <i>Failo „Gamintojo dokumentai“ pdf. 10 p.</i>
1.4.2	Operatyvioji atmintis	≥ 16 GB	16 GB <i>Kompiuteris, p. 9.</i>
1.4.3	SSD diskas	≥ 500 GB	512 GB <i>Kompiuteris, p. 7.</i>
1.4.4	Operacinė sistema	Būtina, Windows 11 arba analogiška, suderinama su siūloma programine įranga	Windows 11 (Windows 10 Pro“ (pasiekama naudojant ankstesnės versijos

			„Windows 11 Pro“ teises), suderinama su siūloma įranga <i>Kompiuteris, p.2</i>
2.	Kiti reikalavimai		
2.1	Programinės ir aparatūrinės įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai, naudotojų apmokymai	Būtina	Į pasiūlymo kainą įskaičiuota programinės ir aparatūrinės įrangos diegimo ir konfigūravimo darbai, naudotojų apmokymai <i>Failo „Gamintojo įgaliojimas. CE. UAB Limeta patvirtinimo raštas“ 26 pdf.p.</i>
2.2	Garantinio periodo trukmė	≥ 12 mėnesių	12 mėnesių <i>Failo „Gamintojo įgaliojimas. CE. UAB Limeta patvirtinimo raštas“ 26 pdf.p.</i>