

INTERVENCINĖS KARDIOLOGIJOS PRIEMONĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: Pirkimo dalių **atskirų pozicijų kaina** gali būti išreikšta po kabelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma be PVM ir su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kabelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 7 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos eurai, be PVM (6 stulpelis). 8 stulpelyje nurodomas taikomo PVM dydis procentais. 9 stulpelio bendra kaina skaičiuojama prie 7 stulpelio kainos pridedant PVM.

Užpildyta(-os) techninės specifikacijos lentelė(-ės) pateikiamos kartu su užpildyta Pasiūlymo forma.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	NC tipo balioninis angioplastikos kateteris, žemo profilio - Specialaus atskiro dizaino- padidintam lankstumui ir praeinamumui; - Monorail tipo; - Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga OptiLeap baliono medžiaga; - Vidinė šerdis turi tureti Bi-Segmenta optimaliam balansui tarp “track&push” judesio - Balionėlių diametrai 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,50; 5,0; - Balionėlių ilgiai 6; 8; 12; 15; 20; 27; mm visiems balionų diametrams išskyrus 4,5; 5,0 mm diametro balionus; - Nominalus baliono slėgis (NP) nemažiau 12 atm., RBP nemažiau 18 atm. 4,5 ir 5,0 mm diametro balionams, RBP nemažiau 20 atm. 2,0 - 4,0 mm diametro balionams;	250	NC Solarice, NCSLCXXXXX, NCSLCXXXXXX. NC tipo balioninis angioplastikos kateteris, žemo profilio - Specialaus atskiro dizaino- padidintam lankstumui ir praeinamumui; - Monorail tipo; - Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga Dura Trac. Patentuota nailono pagrindu baliono medžiaga; - Vidinė šerdis turi Bi-Segmenta optimaliam balansui tarp “track&push” judesio - Balionėlių diametrai 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,50; 5,0; - Balionėlių ilgiai 6; 8; 12; 15; 20; 27; mm visiems balionų	Medtronic, NCSLCXXXXX, NCSLCXXXXXX	54.00	13500.00	5	14175.00

Pirkim dalis Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perka- mas pre- limina- rus kie- kis (me- tams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvir- tinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas para- metras	Gamintojas, prekės kodas kata- loge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PV M pro- cent o dydi s	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Pritaikyti 0.014" diametro PTKA vielai; - Du rentgeno kontrastiniai platinium-iridium markeriai, markerio dydis 0.037"; - Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos; įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017".		- diametrams išskyrus 4,5; 5,0 mm diametro balionus; - Nominalus baliono slėgis (NP) 12 atm., RBP 20 atm. 2,0 - 5,0 mm diametro balionams; - Pritaikyti 0.014" diametro PTKA vielai; - Du rentgeno kontrastiniai platinium-iridium markeriai, markerio dydis 0.037"; - Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos; - įėjimo profilis (Lesion entry profile) 0,015". 3 p.d. Konfidencialu. Brosiuos NC Solarice – 2-5, 7, 25 psl.					
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: Keturiolika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt penki eurai 00 ct								
4	Kateteriai nukreipėjai, pritaikyti renalinėms procedūroms - Dydis: 6F, 7F, 8F; - Specialios modifikacijos inkstų kraujagyslių procedūroms. - Ilgis nuo 47 cm iki 116 cm.; - Geras pralaidumas: >1000 ps.; - Su šoninėmis skylėmis ir be jų; - Didelio vidinio diametro: - 6F ne mažesnis .071", - 7F ne mažesnis .081", - 8F ne mažesnis .091"; - Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis; - Multisegmentinė konstrukcija.	20	Launcher, Kreivės: (RDC, RDCK, CHAMPK, IMAK, MPH, PK1) LA6XXXX(X)(X)(X)(SH) LA7XXXX(X)(X)(X)(SH) LA8XXXX(X)(X)(X)(SH) Kateteriai nukreipėjai, pritaikyti renalinėms procedūroms - Dydis: 6F, 7F, 8F; - Specialios modifikacijos inkstų kraujagyslių procedūroms. - Ilgis nuo 47 cm iki 116 cm.; - Geras pralaidumas: >1000 ps.; - Su šoninėmis skylėmis ir be jų;	Medtronic, LA6XXXX(X)(X)(X)(S H) LA7XXXX(X)(X)(X)(S H) LA8XXXX(X)(X)(X)(S H)	28.50	570.00	5	598.50

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Didelio vidinio diametro: - 6F -.071", - 7F -.081", - 8F -.091", - Galiukas yra labai minkštas ir rentgenokontrastinis; - Multisegmentinė konstrukcija 4 p.d. Konfidencialu. Brosiura Launcher. – 1-40 psl.					
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: Penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 50 ct								
8	Katetris - elektrodas inkstų arterijų denervacijai - Inkstų arterijų denervacijos kateteris medikamentiniam gydymui atspariai hipertenzijai gydyti. - Veikimo principas Nervinių skaidulų destrukcija inkstų arterijų sienelėse radiodažninės abliacijos būdu, siekiant nutraukti simpatinės nervų sistemos padidėjusią įtaką širdies ir kraujagyslių sistemai - Konstrukcija Kateteris turi būti suderinamas su ≤6F renalinės kreivės PTA nukreipėju (guiding-catheter); - Minkštas atraumatiškas kateterio galiukas; Tiksliai ir lengvai valdoma kateterio galiuko rotacija (žingsnis ≤45°) bei automatiškai dozuojama slėgio į arterijos sienelę jėga, leidžiančios optimaliai parinkti denervacijos taškus arterijų sienelėse. - Generatorius radiodažnuminei abliacinei energijai gydymo įstaigai turi būti pateikiamas nemokamai.	2	Simplicity Spyral RDN016 Katetris - elektrodas inkstų arterijų denervacijai - Inkstų arterijų denervacijos kateteris medikamentiniam gydymui atspariai hipertenzijai gydyti. - Veikimo principas Nervinių skaidulų destrukcija inkstų arterijų sienelėse radiodažninės abliacijos būdu, siekiant nutraukti simpatinės nervų sistemos padidėjusią įtaką širdies ir kraujagyslių sistemai - Konstrukcija Kateteris yra suderinamas su 6F renalinės kreivės PTA nukreipėju (guiding-catheter); - Minkštas atraumatiškas kateterio galiukas; Tiksliai ir lengvai valdoma kateterio galiuko rotacija (žingsnis ≤45°) bei automatiškai dozuojama slėgio į arterijos sienelę jėga,	Medtronic, RDN016	5900.00	11800.00	5	12390.00

Pirkim dalis Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perka- mas pre- limina- rus kie- kis (me- tams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvir- tinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas para- metras	Gamintojas, prekės kodas kata- loge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PV M pro- cent o dydi s	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Stebimi parametrai procedūros metu – varža ir temperatūra kateterio ir arterijos sienelės kontakto vietoje. - Abliacijos proceso valdymas – pilnai automatizuotas. - Pavojaus pranešimai galimai pavojingais ar neefektyviais abliacijos proceso atvejais – būtini (varžos, temperatūros ir kitų parametrų ribų viršijimas). - Terapijos efektyvumo įrodymai Pu- blikuotos multicentrinės, prospektyvios, randomizuotos studijos, įrodančios poveikio efektą su ne trumpesniais nei 6 mėnesių se- kamų pacientų rezultatais.		leidžiančios optimaliai parinkti denervacijos taškus arterijų sienelėse. - Generatorius radiodažnuminei abliacinei energijai gydymo įstaigai bus pateikiamas nemokamai. - Stebimi parametrai procedūros metu – varža ir temperatūra kateterio ir arterijos sienelės kontakto vietoje. - Abliacijos proceso valdymas – pilnai automatizuotas. - Yra būtini pavojaus pranešimai galimai pavojingais ar neefektyviais abliacijos proceso atvejais (varžos, temperatūros ir kitų parametrų ribų viršijimas). 8 p.d. Konfidencialu. Brosiura. RDN_simplicity_Spyral.. – 1-12 psl. - Terapijos efektyvumo įrodymai Publikuotos multicentrinės, prospektyvios, randomizuotos studijos, įrodančios poveikio efektą 2 metų sekamų pacientų rezultatais. 8 pd. Konfidencialu. Klinik. studija HTN-2 (Lancet 2010) – 1-7 psl. 8 pd.d. Konfidencialu. Klinik. studija HYPERTENSION_HTN 1_2 years data – 1-8 psl. https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/renal-denervation/symplcity.html					

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: Dvylika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct								
10	Speciali žemo profilio įėjimo “re-entry“ sistema skirta CTO procedūrai - Sistema sudaro: mikrokateris ir viela - Viela: 0.014” viela su lenktu (apie 30°) distaliniu galiuku - Distalinis galiukas spiralinio tipo ne mažiau 20 cm - Du rentgeno kontrastiniai markeriai - Mikro kateteris: hidrofilinis padengimas - Žemas įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,020” - Darbinis ilgis ne mažiau 135 cm - Mikro kateterio distalinis galas “plokščio balionelio“ formos su išėjimo angą - Sistema suderinama su 6F introduseriu	3	Enteer + viela ENB-XXX-XX-XXX + ENW-XX-XXX-XXX Speciali žemo profilio įėjimo “re-entry“ sistema skirta CTO procedūrai - Sistema sudaro: mikrokateris ir viela - Viela: 0.014” viela su lenktu (28°) distaliniu galiuku - Distalinis galiukas spiralinio 20 cm - Du rentgeno kontrastiniai markeriai - Mikro kateteris: hidrofilinis padengimas - Žemas įėjimo profilis (Lesion entry profile) 0,020” - Darbinis ilgis 135 cm - Mikro kateterio distalinis galas “plokščio balionelio“ formos su išėjimo angą - Sistema suderinama su 6F introduseriu 10 p.d. Konfidencialu. Brošiūra Enteer – 5 – 6 psl. 10 p.d. Gamintojo patvirtinimas – 1 psl.	Medtronic, ENB-XXX-XX-XXX + ENW-XX-XXX-XXX	650.00	1950.00	5	2047.50
Bendra pasiūlymo 10 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: Du tūkstančiai keturiasdešimt septyni eurai 50 ct								
12	Koronarinis tromboaspiracinis kateteris - Nerūdijančio plieno kateterio konstrukcija užtikrina kateterio tvirtumą ir atsparumą užlinkimams; - Proksimalinė kateterio dalis kieta;	135	Export Advance / Export 7F ADVANCECE GEZ62007B Koronarinis tromboaspiracinis kateteris - Nerūdijančio plieno kateterio konstrukcija	Medtronic, ADVANCECE GEZ62007B	135.00	18225.00	5	19136.25

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Vidinis stiletas - Du 30cm2 aspiraciniai švirkštai - Distalinė kateterio dalis minkšta; - Hidrofilinės dangos padengimas 40 cm, užtikrinantis gerą kateterio praeinamumą; - Distalinės dalies vidinis diametras - 1.00/1.25 mm; išorinis diametras - 1.70/1.96 mm; - Proksimalinės dalies vidinis diametras - 1.10/1.30 mm; išorinis diametras - 1.40/1.60 mm; - Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje - 0.95/ 1.33 mm²; - Kateteris dviejų dydžių - 6F; 7F; - Kateterio ovalaus galo ilgis - 6 mm		užtikrina kateterio tvirtumą ir atsparumą užlinkimams; - Proksimalinė kateterio dalis kieta; - Vidinis stiletas - Du 30cm2 aspiraciniai švirkštai - Distalinė kateterio dalis minkšta; - Hidrofilinės dangos padengimas 40 cm, užtikrinantis gerą kateterio praeinamumą; - Distalinės dalies vidinis diametras - 1.00/1.25 mm; išorinis diametras - 1.70/1.96 mm; - Proksimalinės dalies vidinis diametras - 1.10/1.30 mm; išorinis diametras - 1.40/1.60 mm; - Kateterio pašalinimo paviršius distalinėje dalyje - 0.95/ 1.33 mm²; - Kateteris dviejų dydžių - 6F; 7F; - Kateterio ovalaus galo ilgis - 6 mm 12 p.d. Brosiura Export AP_Export Advance – 1-10 psl. https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiovascular/catheters/export-advance.html					
Bendra pasiūlymo 12 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: Devyniolika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt šeši eurai 25 ct								