UŽSAKYMAS NEATNAUJINTAM VARŽYMUISI
Preliminari sutartis Nr. SUT-P-334

UŽSAKYMO Nr.: 36 TR21-485
2021-06-02
Data
Vilnius

Oficialus pavadinimas: UAB „Axioma servisas“	
Kodas: 304602530	
Atsakingas asmuo: Artūras Baronas	Šalis: Lietuva

UAB „Vilniaus vandenys“ kviečia Jus pateikti galutinę kainą žemiau nurodytoms prekėms.

1.	**Pasiūlymą pateikti ne vėliau kaip iki** *(nurodyti datą)*:*	**2021-06-03, 9:00 val.**

INFORMACIJA APIE UŽSAKYMĄ

Pildo Klientas:

Atsakingas asmuo:	
Paslaugų suteikimo data:	**Per 40 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos**

Duomenys apie Užsakymą *(nereikalinga išbraukti):*

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM
1.	Nešiojamas automatinis mėginių semtuvas	***Prekės suteikiamos pagal pateiktą techninę specifikaciją*** 1. Automatinio mėginių paėmimo bloko techniniai • Komplektuojamas kartu su mėginių laikymo indų talpykla; • Veikiantis vakuuminio pasiurbimo principu;	Nešiojamas automatinis vandens mėginių semtuvas, kurio komplektą sudaro: 1. „WS Porti 24“ nešiojamas automatinis vandens mėginių semtuvas. 2. GPT10N Siurblys, įsiurbimo aukštis iki	***Vnt.***	***4***	***5939,44***	***23757,76***

			duomenys	• Su korpuse įmontuotu valdikliu; • Mėginio tūrio dozavimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 20 ml iki 200 ml; • Maitinimas be baterijų: (220-240 V AC), 50/60 HZ; • Maitinimas iš integruotų baterijų (akumuliatorių) nuo 12 iki 24 V DC. Pakraunamų iš 110-240 V AC; 50/60 HZ maitinimo tinklo; • Dozavimo į mėginių indus išvestis; • Automatizuotas mėginių paskirstymas į ne mažiau kaip 12 vnt. mėginių indų esančių mėginių laikymo talpykloje.	8,0m; 3. GPB04 PE transportavimo dėžė su paskirstymo plokšte 24-iems indams; 4. GPB08 termostatinis aušintuvas* su paskirstymo plokšte 24-iems indams (kompresoriaus šaldymas šaldymo agentu, klaviatūra, skaitmeninis ekranas, reguliuojama temperatūra +10°C...-18C°, vidinis tūris apie 79 ltr, skirta 12/24 V DC ir 100-240 V AC, su kabeliu, aušintuvas nėra atsparus vandeniui ir naudojant lauke turi būti apsaugotas užtikrinant oro cirkuliaciją kompresoriui aušinti); 5. 24 vnt PE indų, talpa 1 ltr, su dangčiu FP06 6. Kompozitinis 10,4 ltr PE konteineris su dangčiu FS11 (2vnt); 7. Sustiprinta PVC įsiurbimo žarna 7m ilgio, S01 Siūlomos įrangos aprašymą žiūrėti dokumentuose: Naudojimo vadovas.pdf Techniniai duomenys.pdf				
			1.1.	įmontuoto valdiklio techniniai duomenys	• Mėginio paėmimo programavimo galimybės pagal laiką ir / arba imamo mėginio kiekį; • Ne mažesnio kaip 100 x 100 taškų grafiniu ir apšviečiamu LCD displėjumi; • Įranga turi turėti jungiamąsias sąsajas USB arba USB mini jungtys; • Ne mažiau kaip 5 mėginio ėmimo programuojamų rėžimų.					
			1.2.	Vakuuminio mėginio paėmimo siurblio techniniai duomenys	• Integruotas; Mėginio pakėlimo aukštis ne mažiau 8 m imant mėginį savitakos zonose.				
			1.3.	Mėginių indų laikymo talpyklos techniniai duomenys	• Termo izuoliuota; • Talpinanti ne mažiau kaip 12 x 1 l indų mėginiams; • Talpinanti ne mažiau kaip 1 vnt. ≥6 l skirtą kompoziciniam				

				mėginiui imti talpyklą; • Su pasyvaus šaldymo įkrova; • Mėginio paėmimo blokas statomas arba sumontuotas ant viršaus; • Užtikrinanti mėginių laikymo temperatūrinį rėžimą 5°C ne trumpiau kaip 12 valandų.					
			2.	Minimalūs Reikalavimai darbinei aplinkai	• Atsparumas darbinės aplinkos santykiniam oro drėgnumui ne mažiau kaip 80 %; • Darbinės aplinkos oro temperatūra ribose ne prastesnės nei nuo 1°C iki 42°C.				
			3.	Reikalavimai komplektacijai	Į komplektaciją privalo būtį įtraukta: • Ne mažiau kaip 2 vnt. talpyklų skirtų kompoziciniam mėginiui ; • Ne mažiau kaip 12 vnt. po 1 l mėginių indų dedamų į laikymo talpyklą; • Sustiprinto PVC pluošto ne mažesnė kaip 10 mm (vidinio diametro) mėginių paėmimo žarna su greito pajungimo antgaliais ir nerūdijančio plieno pasiurbimo antgaliu.				
			4.	Papildomi reikalavimai įrangai	• Nešiojamas automatinis mėginių semtuvas privalo atitikti ISO 5667-10-1992 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 10 dalies 4.2.2 punkte mėginių ėmimo įrangai keliamus techninius reikalavimus.				
			5.	Garantinis laikas	• Ne trumpesnis nei 12 mėnesių.				
			6.	Papildomos sąlygos	• Įranga turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, saugos ir sveikatos įstatymus, būti				

				pažymėta ženklu CE.				
					Išorinė baterija GPAB10N 12V 67Ah, jungties laidas, įkroviklis	***Vnt.***	***2***	***630,00***	***1260,00***
								Bendra Prekių kaina <u>be PVM</u>	***25017,76***
								PVM EUR	***5253,73***
								Bendra Prekių kaina <u>su PVM</u>	***30271,49***

<u>*Aušintuvui reikalingas maitinimas iš elektros tinklo arba išorinė baterija (baterija 12V 67Ah, jungties laidas, jkroviklis). Baterijos vidutinė trukmė 24 val. (priklausomai nuo aplinkos temp.). Nuolatiniam darbui būtų reikalingos 2 išorinės baterijos. Baterija užsakoma atskirai pagal poreikj, 1 vnt baterijos kaina 630.00 EUR be PVM.</u>

KLIENTO VARDU ĮGALIOTAS ASMUO

.