

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė** – Nešiojamas automatinis mėginių semtuvas (toliau – Prekė).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Nešiojamas automatinis mėginių semtuvas (toliau – Prekė).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA

- 3.1. Prekė bus perkama pagal vienkartinį Pirkėjo pateiktą rašytinį užsakymą
- 3.2. Numatomas įsigyti prekės kiekis :

Eil. Nr.	Prekė/paslauga	Aprašymas/charakteristika			kiekis	Mato Vnt.
1.	Nešiojamas automatinis mėginių semtuvas	1.	Automatinio mėginių paėmimo bloko techniniai duomenys	• Komplektuojamas kartu su mėginių laikymo indų talpykla; • Veikiantis vakuuminio pasiurbimo principu; • Su korpuse įmontuotu valdikliu; • Mėginio tūrio dozavimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 20 ml iki 200 ml; • Maitinimas be baterijų: (220-240 V AC), 50/60 HZ; • Maitinimas iš integruotų baterijų (akumuliatorių) nuo 12 iki 24 V DC. Pakraunamų iš 110-240 V AC; 50/60 HZ maitinimo tinklo; • Dozavimo į mėginių indus išvestis; • Automatizuotas mėginių paskirstymas į ne mažiau kaip 12 vnt. mėginių indų esančių mėginių laikymo talpykloje.	4	Vnt.
		1.1.	Įmontuoto valdiklio techniniai duomenys	• Mėginio paėmimo programavimo galimybės pagal laiką ir / arba imamo mėginio kiekį; • Ne mažesnis kaip 100 x 100 taškų grafiniu ir apšviečiamu LCD displejumi; • Įranga turi turėti jungiamąsias sąsajas USB arba USB mini jungtys; • Ne mažiau kaip 5 mėginio ėmimo programuojamų režimų.		

		1.2.	Vakuuminio mėginio paėmimo siurblio techniniai duomenys	• Integruotas; Mėginio pakėlimo aukštis ne mažiau 8 m imant mėginį savitakos zonose.		
		1.3.	Mėginių indų laikymo talpyklos techniniai duomenys	• Termo izuoliuota; • Talpinanti ne mažiau kaip 12 x 1 l indų mėginiams; • Talpinanti ne mažiau kaip 1 vnt. ≥6l skirtą kompoziciniam mėginiui imti talpyklą; • Su pasyvaus šaldymo įkrova; • Mėginio paėmimo blokas statomas arba sumontuotas ant viršaus; • Užtikrinanti mėginių laikymo temperatūrinį režimą 5°C ne trumpiau kaip 12 valandų.		
		2.	Minimalūs Reikalavimai darbinei aplinkai	• Atsparumas darbinės aplinkos santykiniam oro drėgnumui ne mažiau kaip 80 %; • Darbinės aplinkos oro temperatūra ribose ne prastesnės nei nuo 1°C iki 42°C.		
		3.	Reikalavimai komplektacijai	Į komplektaciją privalo būti įtraukta: • Ne mažiau kaip 2 vnt. talpyklų skirtų kompoziciniam mėginiui ; • Ne mažiau kaip 12 vnt. po 1 l mėginių indų dedamų į laikymo talpyklą; • Sustiprinto PVC pluošto ne mažesnė kaip 10 mm (vidinio diametro) mėginių paėmimo žarna su greito pajungimo antgaliais ir nerūdijančio plieno pasiurbimo antgaliu.		
		4.	Papildomi reikalavimai įrangai	• Nešiojamas automatinis mėginių semtuvas privalo atitikti ISO 5667-10-1992 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 10 dalies 4.2.2 punkte mėginių ėmimo įrangai keliamus techninius reikalavimus.		
		5.	Garantinis laikas	• Ne trumpesnis nei 12 mėnesių.		
		6.	Papildomos sąlygos	• Įranga turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, saugos ir sveikatos įstatymus, būti pažymėta ženklu CE.		

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Vilniaus miesto nuotekų valykla, Titnago g. 74, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.3. Turi pilnai atitikti Pirkėjo reikalavimams pateiktiems 3.2. punkte.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekė turi būti pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per **40 darbo dienų** nuo užsakymo pateikimo dienos, Pirkėjo nurodytu adresu.

7. PREKĖS KOKYBĖ

7.1. Prekė turi būti kokybiška ir visiškai atitikti Pirkėjo turimai įrangai, jei dėl netinkamos prekės kokybės Pirkėjas patirs nuostolių, Tiekėjas privalės juos atlyginti.
