

Chirurginės konsolės techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametru reikšmės
1.	Chirurginė (implantavimo) konsolė (kiekis 1 vnt.)	1. Su ne mažiau kaip 6 įvestomis į atmintį implantų sistemomis; 2. Su ne mažiau kaip 8 programomis ir programų keitimo mygtuku; 3. Su bešepetėliniu varikliu, kurio svoris su rankove ne daugiau 300 g; 4. Variklio apsisukimų skaičius reguliuojamas, maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps./min.; 5. Su variklio sukimosi krypties keitimo mygtuku; 6. Variklio maksimalus sukimo momentas ne mažiau 80 Ncm; 7. Variklis tinkamas sterilizuoti $\geq 134^{\circ}\text{C}$ temperatūroje; 8. Su galimybe sukalibruoti mikrovariklio ir antgalio sukimosi pasipriešinimą kiekvienam antgaliui individualiai prieš operaciją; 9. Su kojinių valdymo pedalų; 10. Su LED arba lygiaverčio tipo pašvietimu, kurio intensyvumas ne mažiau kaip 32 000 lx; 11. Pašvietimo intensyvumas reguliuojamas ne mažiau kaip 3 reguliavimo režimais; 12. Maksimalus aušinančio vandens tiekimo greitis ne mažiau 75 ml/min.; 13. Su aušinančio vandens intensyvumo keitimo mygtuku; 14. Su USB jungtimi darbinių parametru įrašymui.	Modelis: „Surgic Pro+“ Gamintojas: „NSK-Nakanishi Inc.“, Japonija <i>Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, 1-6 psl.</i> 1. Su 8 įvestomis į atmintį implantų sistemomis - <i>Psl.: 1, 2;</i> 2. Su 8 programomis ir programų keitimo mygtuku - <i>Psl.: 1, 2, 3;</i> 3. Su bešepetėliniu varikliu, kurio svoris su rankove 280 g. - <i>Psl.: 4;</i> 4. Variklio apsisukimų skaičius reguliuojamas, maksimalus apsisukimų skaičius 40 000 aps./min. - <i>Psl.: 1, 3, 4;</i> 5. Su variklio sukimosi krypties keitimo mygtuku - <i>Psl.: 3;</i> 6. Variklio maksimalus sukimo momentas 80 Ncm - <i>Psl.: 1, 4;</i> 7. Variklis tinkamas sterilizuoti 134°C temperatūroje - <i>Psl.: 4, 5;</i> 8. Su galimybe sukalibruoti mikrovariklio ir antgalio sukimosi pasipriešinimą kiekvienam antgaliui individualiai prieš operaciją - <i>Psl.: 3, 6;</i> 9. Su kojinių valdymo pedalų - <i>Psl.: 1;</i> 10. Su LED pašvietimu, kurio intensyvumas 32 000 lx - <i>Psl.: 1, 4;</i> 11. Pašvietimo intensyvumas reguliuojamas 3 reguliavimo režimais - <i>Psl.: 3;</i> 12. Maksimalus aušinančio vandens tiekimo greitis 75 ml/min. – <i>Psl.: 1;</i> 13. Su aušinančio vandens intensyvumo keitimo mygtuku - <i>Psl.: 3;</i> 14. Su USB jungtimi darbinių parametru įrašymui - <i>Psl.: 1, 2, 3;</i>

2.	Tiesus chirurginis antgali (kiekis 1 vnt.)	1. Korpusas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; 2. Su pašvietimu; 3. Sūkių perdavimo santykis 1:1; 4. Su išoriniu aušinimu; 5. Skirta darbui su 2,35 mm diametro grąžtais; 6. Tinkamas sterilizuoti $\geq 134^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.	Modelis: „X-SG65L“ Gamintojas: „NSK-Nakanishi Inc.“, Japonija <i>Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, 7 psl.</i> 1. Korpusas pagamintas iš titano; 2. Su pašvietimu; 3. Sūkių perdavimo santykis 1:1; 4. Su išoriniu aušinimu; 5. Skirta darbui su 2,35 mm diametro grąžtais; 6. Tinkamas sterilizuoti 134°C temperatūroje.
3.	Kampinis chirurginis antgali (kiekis 1 vnt.)	1. Su pašvietimu; 2. Sūkių perdavimo santykis 20:1; 3. Su išoriniu aušinimu; 4. Lengvai ardomas valymui; 5. Skirta darbui su 2,35 mm diametro grąžtais; 6. Tinkamas sterilizuoti $\geq 134^{\circ}\text{C}$ temperatūroje; 7. Grąžto (boro) fiksacija mygtuku.	Modelis: „X-SG20L“ Gamintojas: „NSK-Nakanishi Inc.“, Japonija <i>Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, 8-10 psl.</i> 1. Su pašvietimu - <i>Psl.: 8;;</i> 2. Sūkių perdavimo santykis 20:1 - <i>Psl.: 8;</i> 3. Su išoriniu aušinimu - <i>Psl.: 8;</i> 4. Lengvai ardomas valymui - <i>Psl.: 9;</i> 5. Skirta darbui su 2,35 mm diametro grąžtais - <i>Psl.: 10;</i> 6. Tinkamas sterilizuoti 134°C temperatūroje - <i>Psl.: 8;</i> 7. Grąžto (boro) fiksacija mygtuku - <i>Psl.: 8.</i>
4.	Chirurginės konsolės ir antgalių žymėjimas CE ženklų	Būtinai. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją.	Kartu su pasiūlymu pateikiamos galiojančio CE sertifikato ir EB atitikties deklaracijų kopijos. <i>Failas: CE Sertifikatai.pdf, 1-14 psl.</i>
5.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 12 mėnesių	12 mėnesių. <i>Failas: 5-Technine dokumentacija.pdf, 11, 12 psl.</i>
6.	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

Papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.