

**RINKINIAMS VIENALYČIŲ INSTRUMENTŲ PLOVIMO - DEZINFEKCIJOS  
KOKYBĖS NUSTATYMAI AUTOMATINĖSE PLOVIMO MAŠINOSE ĮSIGYTI  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

(Pirkimas vykdomas pagal VPP-4753)

**1. Rinkinys vienalychių instrumentų plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose:**

- testo sudėtis – standartizuotas kraujo fibrinas ir polisacharidai arba lygiavertės medžiagos;
- atitinka LST EN ISO 15883 standartą arba lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- pavidalas – metalinė arba lygiavertės medžiagos plokštelė;
- testas integruotas arba dedamas į laikiklį, turintį mechanizmą, kuriuo tvirtinamas prie metalinio arba lygiavertės medžiagos plovimo mašinos krepšelio;
- tarp metalinės arba lygiavertės medžiagos plokštelės su testu ir dangtelio yra plyšys, imituojantis chirurginio instrumento jungtį;
- jei testo plokštelė neintegruota į laikiklį, kartu pateikiami 25 indikatorių laikikliai, įskaičiuoti į indikatorių kainą.

*Orientacinis poreikis: 2500 vnt.*

*Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.*

Komisijos pirmininkės pavaduotoja  
Komisijos nariai:

Regina Cenenkienė  
Odeta Jankauskienė  
Samanta Tamulevičienė  
Deimantė Valavičiūtė

Pardavimų vadybininkė- administratorė  
Elžbieta Korotajevaitė

