

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą – 2022 03 21, Nr. VPP – 1710; 2022 03 22, Nr. VPP-1706; 2022 03 18, Nr. VPP-1653; 2022 03 18, Nr. VPP-1529; 2022 03 18, Nr. VPP-1652; 2022 03 18, Nr. VPP-1304; 2021 11 30, Nr. VPP-7516; 2021 12 06, Nr. VPP-7505; 2021 12 07, Nr. VPP-7524; 2022 03 23, Nr. VPP-1768. Posėdžio protokolas 2022 03 25 Nr. 12. Viešojo pirkimo komisija Nr. 6.

### 11. Irigacijos sistema

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija)                                                                                         | Siūlomos parametrų reikšmės                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.      | Irigacijos sistema                                                                                                 | <b>Kodas: Y900113</b><br><b>Gamintojas:</b> „NSK-Nakaishi Inc.“, Japonija<br><i>Failas: 6-Technine dokumentacija.pdf, 8 psl.</i> |
|          | - irigacinės sistemos- vamzdeliai, skirti darbui su Straumann NSK implantologinėmis konsolėmis                     | Irigacinės sistemos-vamzdeliai, skirti darbui su Straumann NSK implantologinėmis konsolėmis.                                     |
|          | - supakuoti atskiruose įpakavimuose;                                                                               | Supakuoti atskiruose įpakavimuose (kodas Z263001);                                                                               |
|          | - sterilūs (simbolis ant pakuotės, su numatyta pakuotės atidarymo vieta, ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas); | Sterilūs (simbolis ant pakuotės, su numatyta pakuotės atidarymo vieta, ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas);                 |
|          | - vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);                                                                           | Vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);                                                                                           |
|          | - neautoklavuojami.                                                                                                | Neautoklavuojami.                                                                                                                |
|          | - Ant pakuotės pagaminimo ir galiojimo data;                                                                       | Ant pakuotės partijos numerio ir galiojimo data;                                                                                 |
|          | - Įvairių dydžių pasirinkimas;                                                                                     | Įvairių dydžių pasirinkimas;                                                                                                     |
|          | - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta;                                                                            | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta;                                                                                            |
|          | - <i>Orientacinis poreikis: 100 vnt.</i>                                                                           | <i>Orientacinis poreikis: 100 vnt.</i>                                                                                           |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklavinimą. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.