

TECHNINĖ PASIŪLYMO SPECIFIKACIJA

3 Pirkimo dalis. Traukos spinta - 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti visus sistemą sudarančius elementus	TFW 120 (LabAirTec S1), Renggli, Lenkija. „1 psl. Brošiūra TFW 120“ ir „1 psl Gamintojo raštas“
2.	Paskirtis	Saugiam darbui su lakiomis cheminėmis medžiagomis	Saugiam darbui su lakiomis cheminėmis medžiagomis
3.	Reikalavimai traukos spintai		
3.1	Darbo zonos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažesni kaip 1050 x 700 x 1450 mm	1112x752x1504 mm „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.2	Išoriniai traukos spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne didesni kaip 1300 x 1000 x 2650 mm	1200x960x2600 mm „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.3	Ištraukiamo oro tūris su atidarytu langu	ne mažiau nei 450 m ³ /val.	480 m ³ /val „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.4	Ištraukiamo oro tūris su uždarytu langu	ne mažiau nei 200 m ³ /val.	200 m ³ /val „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.5	Ištraukimo angos skersmuo	200 mm +/- 50 mm	250 mm „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.6	Keramikinis arba fenolinės dervos (arba lygiavertės medžiagos) darbinis paviršius su kriaukle pagaminta iš polipropileno arba keramikos arba dirbtinio (lieto) akmens (arba lygiaverčių medžiagų) ir šalto vandens čiaupu	Būtina	Fenolinės dervos darbinis paviršius su kriaukle pagaminta iš polipropileno. „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.7	Kriauklės matmenys	260 x 90 x 100 mm ± 50 mm	265x90x100 mm „1 psl Brošiūra Nr.2 TFW 120“
3.8	Šalto vandens įvadas	ne mažiau nei 1vnt.	1 vnt „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.9	Elektros įvadai	ne mažiau nei 2 vnt.	2 vnt „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.10	Po traukos spinta sumontuotos ne mažiau nei 2 spintelės, kurių viduje yra ne mažiau kaip 1 lentyna	Būtina	Po traukos spinta sumontuotos 2 spintelės, kurių viduje yra 1 lentyna „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.11	Turi būti įrengtas vidinis LED (arba lygiavertis) apšvietimas	Būtina	Yra įrengtas vidinis LED apšvietimas „1 psl Brošiūra Nr.2 TFW 120“
3.12	Traukos spintos konstrukcija turi būti pagaminta iš aliuminio arba plieno profilio (arba lygiavertės medžiagos), kurio storis ne mažesnis nei 2 mm, padengtas chemiškai atspariais epoksidiniais dažais	Būtina	Traukos spintos konstrukcija pagaminta iš aliuminio profilio, kurio storis 2 mm, padengtas chemiškai atspariais epoksidiniais dažais. „1 psl Brošiūra TFW 120“

3.13	Priekinis stiklas su aliuminio (arba lygiavertės medžiagos) rėmu, sudarytas iš dviejų stiklų	Būtina	Priekinis stiklas su aliuminio rėmu, sudarytas iš dviejų stiklų „1 psl Brošiūra TFW 120“
3.14	Traukos spinta turi turėti valdymo bloką atitinkantį EN 14175 arba lygiavertčio standarto reikalavimus	Būtina	Traukos spinta turi valdymo bloką atitinkantį EN 14175 standarto reikalavimus „1 psl Brošiūra Nr.2 TFW 120“
3.15	Turi būti saugaus oro srauto užtikrinimo monitoringas	Būtina	Yra saugaus oro srauto užtikrinimo monitoringas „1 psl Brošiūra Nr.2 TFW 120“
3.16	Traukos spinta turi būti gaminama vadovaujantis EN 14727, EN 13150 arba lygiavertčiais standartais	Būtina	Traukos spinta pagaminta vadovaujantis EN 14175 reikalavimais, kurie yra lygiavertčiai reikalaujantiems. „1 psl EN 14175 sertifikatas“

Įgaliotas asmuo, koordinatorė
(Įgaliojimas Nr. 3662-1222, 2022 12 30)

Regina Žilionienė