

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės ortopedijai (9843)

Pirkimo dalies Nr	BVPŽ kodas	Priemonės pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vienetas	Preliminarus kiekis (36 mėn poreikis)	Pirmosios priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Tiekėjo pasiūlymas:				Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapis Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantis dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda	MAKSIMALI PIRKIMO SUMA		
							Mato vnt. Jaisio EUR be PVM	PVM nulinis %	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM		PVM nulinis %	Eur be PVM	Eur su PVM
3	331411104	Peties apvario rotacinis mechanizmas prietaisui naudojami lateralinės ašies inkariniai užtaisai	Šerilijoje paklotėje. Cheminė medžiaga - polimeras PEEK. Įvadinio būklės - įstatomos ar įjunkamas. Susidėda iš pagrindinio korpuso ir viduje esančios užrakintos užtaisų fiksuojančios dalies arba kilpos. Su viskartinis pravediklis, turintis vidinės implantu fiksuojančios dalies užrakinto mechanizmo ir 4 užtaisų laikiklius bei užtaisų pravedimo per inkarą visą su plastikine rankena. Inkaro diametras - nuo 4,5 iki 6,5 mm ±0,1 mm.	vnt.	500	Artrex, Strykerlock AR-2323PSLC; AR-2324PSLC;	165,00	5	82 500,00	86 625,00	Šerilijoje paklotėje. Cheminė medžiaga - polimeras PEEK. Įvadinio būklės - įjunkamas. Susidėda iš pagrindinio korpuso ir viduje esančios užrakintos užtaisų fiksuojančios kilpos. Su viskartinis pravediklis, turintis vidinės implantu fiksuojančios dalies užrakinto mechanizmo ir 4 užtaisų laikiklius bei užtaisų pravedimo per inkarą visą su plastikine rankena. Inkaro diametras - 4,75 ir 5,5 mm. Katalogas: 1, psl 4; Katalogas: 3, psl 1-2; Katalogas: 5, psl 9;	5	91 000,00	95 550,00