

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių hemodializės procedūroms pirkimas (kateteriai, rinkiniai, tvarsčiai)

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklিনimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.

2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai **su pasiūlymu** privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkanciosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebūs laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

6. Prekės nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokių atveju ne trumpesnis kaip Prekės galiojimo laikas pristatymo metu, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 70 proc. viso Prekės galiojimo termino Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vienetai	Preliminarus kiekis 24 mėn.	Mato vnt. įkainis Eur be PVM	PVM tarifas %	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM	Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės kodas*	Gamintojas	Pastabos
3	Peritoninės dializės kateterio adapteris	Fiksuojantis titininis sterilus adapteris peritoninės dializės kateterio prailgintojui prijungti.	vnt	30	75,00	5,00	2250,00	2362,50	Fiksuojantis titininis sterilus adapteris peritoninės dializės kateterio prailgintojui prijungti.	BEPC4129	Baxter	
4	Peritoninės dializės kateteris	Vienkartinis sterilus apirogeniškas elastingas. Medžiaga – silikonas arba jai lygiavertė. 62 cm ilgio, spiralinės formos, su 2 movom po 1 cm ilgio. Atstumas tarp movų 6 cm, atstumas iki pirmos movos 20 cm, atstumas tarp movų 6 cm, atstumas nuo antros movos iki kateterio dializės angų 13,5 cm, kateterio dalies su dializės angomis ilgis 20,5 cm. Skirtas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei.	vnt	70	190,00	5,00	13300,00	13965,00	Vienkartinis sterilus apirogeniškas elastingas. Medžiaga – silikonas arba jai lygiavertė. 62 cm ilgio, spiralinės formos, su 2 movom po 1 cm ilgio. Atstumas tarp movų 6 cm, atstumas iki pirmos movos 20 cm, atstumas tarp movų 6 cm, atstumas nuo antros movos iki kateterio dializės angų 13,5 cm, kateterio dalies su dializės angomis ilgis 20,5 cm. Skirtas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei.	8811313010	Medtronic/Covidien	