

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ Nr.01.1.1-CPVA-V-701-12-0001, numato pirkti medicinos įrangą.

II pirkimo dalis: Stalinis precizinis atpjovimo įrenginys

Stalinio precizinio atpjovimo įrenginio paskirtis		Stalinis precizinis atpjovimo įrenginys įvairių medžiagų atpjovimui.	
Eil. Nr.	Parametras	Minimalios reikalaujamos charakteristikos	Pardavėjo (UAB „Vildoma“) siūlomos tikslios charakteristikos
Įrangos gamintojas, modelis: Minitom, gamintojas – Struers ApS (Danija)			
1. <i>Techninės savybės, brošiūra „Minitom“</i>			
1.1	Maitinimas	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
1.2	Variklio galingumas, kW	Ne mažiau 38	38
1.3	Pjovimo apimtis, mm	Ne mažiau 30 mm skersmens, 30 x 40 mm dydžio	30 mm skersmens, 30 x 40 mm dydžio
2. <i>Atpjovimo diskas*, brošiūra „Minitom“</i>			
2.1	Skersmuo, mm	Nuo ne daugiau nei 75 iki ne mažiau 125, t.y. naudojamų atpjovimo diskų skersmenų diapazonas ne mažesnis kaip 75-125 mm	Nuo 75 iki 125, t.y. naudojamų atpjovimo diskų skersmenų diapazonas 75-125 mm
2.2	Disko sukimosi greitis, aps./min	Turi būti keičiamas, nuo ne daugiau kaip 100 iki ne mažiau kaip 420. Žingsnis ne daugiau kaip 50 aps./min	Keičiamas nuo 100 iki 420. Žingsnis 50 aps./min
3. <i>Bandinio laikiklis, brošiūra „Minitom“</i>			
3.1	Bandinio laikiklis su atsvara detalei, g	Turi būti ne mažiau nei 200 g	200 g
3.2	Ašinis judesys, mm	Pjūvio ilgį turi būti galima reguliuoti nuo 0 iki ne mažiau kaip 25 mm, ne didesniais kaip 0,01 mm žingsniais	Pjūvio ilgį galima reguliuoti nuo 0 iki 25 mm, 0,01 mm žingsniais
3.3	Greičio valdymas	Pasirinktas greitis turi išlikti prie bet kokios apkrovos	Pasirinktas greitis išlieka prie bet kokios apkrovos
3.4	Prispaudimo svoris, g	Keičiama, nuo 0 iki ne mažiau nei 350 g	Keičiama, nuo 0 iki 350 g
4. <i>Recirkuliacinis aušinimo blokas*, brošiūra „Minitom“</i>			
4.1	Recirkuliacinis aušinimo blokas	Komplekte turi būti pateikiamas recirkuliacinis aušinimo įrenginys	Komplekte pateikiamas recirkuliacinis aušinimo įrenginys
4.2	Talpa, ml	Ne mažiau kaip 250 ml	250 ml
5. <i>Matmenys, brošiūra „Minitom“</i>			
5.1	Matmenys, mm	Ne daugiau nei 280 mm pločio ir 400 mm ilgio	280 mm pločio ir 400 mm ilgio
5.2	Svoris, kg	Ne daugiau nei 8 kg	8 kg
6. <i>Bandinių laikiklis*, brošiūra „Minitom“</i>			
6.1	Universalus spaustuvo tipo laikiklis	Universalus spaustuvo tipo laikiklis, kurio tarpas bandiniui ne mažesnis nei 25 mm	Universalus spaustuvo tipo laikiklis ISONI , kurio tarpas bandiniui 25 mm
6.2	Laikiklis netaisyklingos formos mėginiams	Ne mažiau 5 varžtai fiksavimui, tarpas bandiniui ne mažesnis nei 30 mm	ISOSK , 5 varžtai fiksavimui, tarpas bandiniui 30 mm

7. Pjovimo diskai*, brošiūra „Pjovimo diskai“			
7.1	Deimantinis pjovimo diskas – 2 vnt	Skirtas keramikai ir titanui. Metalo matricioje, mažos koncentracijos. Ne mažiau nei 125 mm skersmens, plotis 0,4-0,5 mm ribose.	M1D13 , skirtas keramikai ir titanui. Metalo matricioje, mažos koncentracijos. 125 mm skersmens, plotis 0,4mm.
7.2	Deimantinis pjovimo diskas – 1 vnt	Skirtas ypatingai kietai keramikai.	B0D13 , skirtas ypatingai kietai keramikai.
8. Medžiagos*			
8.1	Skystis mašinos apsaugai nuo korozijos	Medžiaga mašinos apsaugai nuo korozijos, taip pat pjovimo ir aušinimo kokybės pagerinimui.. Skirtas recirkuliaciniam blokui. Ne mažiau nei 1 l.	Medžiaga mašinos apsaugai nuo korozijos, taip pat pjovimo ir aušinimo kokybės pagerinimui. Skirtas recirkuliaciniam blokui. 1 l.
9. Garantija*			
9.1	Terminas ir garantinis aptarnavimas	Tiekėjas įsipareigoja suteikti ne trumpesnę kaip 12 mėnesių garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įrangos sumontavimo datos. Šiuo periodu tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti numatytus įrangos atnaujinimus, o sugedus įrangai – atlikti remonto darbus, įskaitant atsargines dalis, specialisto kelionę ir darbą, nenumatant reagentų kompensacijos įvykus gedimui, bei teikti konsultacijas ir techninių klausimų sprendimus įvairiomis ryšio priemonėmis.	12 mėnesių garantija. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įrangos sumontavimo datos. Šiuo periodu UAB „Vildoma“ įsipareigoja savo sąskaita atlikti numatytus įrangos atnaujinimus, o sugedus įrangai – atlikti remonto darbus, įskaitant atsargines dalis, specialisto kelionę ir darbą, nenumatant reagentų kompensacijos įvykus gedimui, bei teikti konsultacijas ir techninių klausimų sprendimus įvairiomis ryšio priemonėmis.
10. Komplektacija*			
10.1	Komplektuojami priedai	Komplektacijoje turi būti visi gamintojo komplektuojami priedai.	Komplektacijoje yra visi gamintojo komplektuojami priedai.
11. Aplinkosauginis reikalavimas*			
11.1	Prekės ilgaamžiškumas	Prekė yra tvirta, ilgaamžė – tinkama naudoti ilgiau nei 3 metus, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų.	Prekė yra tvirta, ilgaamžė – tinkama naudoti ilgiau nei 3 metus, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų.

Perkančioji organizacija nereikalauja, jog simboliu * pažymėti rodikliai turi būti įrodyti gamintojo prekių aprašymu (-ais) ar lygiaverčiu dokumentu (-ais).

Patikimais įrodymais bus laikomi: gamintojo prekės aprašymas (pvz. brošiūra/bukletas/katalogas), ar kitas gamintojo, arba jo atstovo išduotas dokumentas, kur būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti techniniai reikalavimai, išskyrus * pažymėtus techninės specifikacijos punktus. Patikimai patvirtinančiais dokumentais nebus laikoma bet kokia tiekėjo, jei jis nėra gamintojas arba jo atstovas, išduota dokumentacija.

Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytąjam.