



UAB „Apiterapija“, į.k. 222222030, PVM mokėtojo kodas LT222220314, Daugėlišio g. 32-301, LT-09300, Vilnius
tel. +370 5 2450 415, faks. +370 5 2706 201, el. p. info@apiterapija.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO

2021-10-19 Nr. _____
Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Apiterapija“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Daugėlišio g. 32-301, LT-09300, Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	į.k. 222222030, PVM mokėtojo kodas LT222220314
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A. s. LT04 7044 0600 0481 8307 AB SEB bankas b. k. 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Mindaugas Danilevičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Karolina Majauskaitė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Karolina Majauskaitė
Telefono numeris	+370 5 2450 415
Fakso numeris	+370 5 2706 201
El. pašto adresas	info@apiterapija.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad pasiūlyme pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

***Pastaba:** Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekieją.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
Indikatorius siūlėtuvo kontrolei	Famos testas užlydymo siūlės kontrolei (250 vnt.) (FAM15.300.043) - skirtas siūlėtuvo užlydymo kokybės kontrolei; - ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti; - atitinka LST EN ISO 11607-2 standarto reikalavimus.
Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 250mm±10mm	VeriSteril juosta sterilizuojamų gaminių pakavimui be klostės 250 mm x 200 m (3 ind.) (V3RP250200) - skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 – 134° C, etileno oksido dujomis ir formaldehidu; - ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido ir formaldehido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 13,5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą/spalvos pasikeitimo etalonu; - trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis 11 mm; - atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868 - ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - forma – rulonas 200 m
Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 210mm±10mm	VeriSteril juosta sterilizuojamų gaminių pakavimui be klostės 200 mm x 200 m (3 ind.) (V3RP200200) - skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121 – 134° C, etileno oksido dujomis ir formaldehidu; - ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido ir formaldehido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 13,5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą/spalvos pasikeitimo etalonu; - trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis 11 mm; - atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868 - ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - forma – rulonas 200 m

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	5 Priedas. Kainų pasiūlymų lentelė	Excel
2	EBVPD	13
3	Igaliojimas KONFIDENCIALU	1
4	3 p.d. SEAL Test dokumentai	2
5	3 p.d. SEAL Test atitiktis KONFIDENCIALU	2
6	4 ir 5 p.d. juostos dokumentai	21
7	4 ir 5 p.d. juostos atitiktis KONFIDENCIALU	2
8	Gamintoju igaliojimai KONFIDENCIALU	6

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*:

Igaliojimas KONFIDENCIALU

3 p.d. SEAL Test atitiktis KONFIDENCIALU

4 ir 5 p.d. juostos atitiktis KONFIDENCIALU

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiečiai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Karolina Majauskaitė

(Vardas ir pavardė)