



UAB ANMEDA TECHNA

Baltupio g. 91-1,LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, tel./faksas 8 5 2796055. el. paštas info@anmeda.lt, www.anmeda.lt

Kam: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

PASIŪLYMAS
DĖL DEZINFEKINIŲ MEDŽIAGŲ, SKYSTO MUILO IR PRIEMONIŲ STERILIZACIJAI
PIRKIMO

2018 m. Spalio mėn. 09 d. Nr. 01

Vilniaus m.

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB ANMEDA TECHNA
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Baltupio g. 91-1, LT-08308, Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	301232595, LT100003608316
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A.s. LT577300010109259733 AB bankas SWEDBANKAS B.k. 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinė direktorė, Neringa Korotajevienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Elžbieta Korotajevaitė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinė direktorė, Neringa Korotajevienė
Telefono numeris	85 279 6055
Fakso numeris	85 279 6055
El. pašto adresas	info@anmeda.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo, nr.: 397917 sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Vykdanč sutartį subtiekejais nebus pasitelkiama

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymas užpildytas pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

4. Indikatoriai imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas garo sterilizatoriams:

11.-19 Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos:

Juostos be klostės:

- skirta pakuočių formavimui vakuuminei garo sterilizacijai 121-134°C ir etileno oksido dujomis; - **TAIP**
- ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15±5 cm, su užrašais apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu; - **TAIP**
- trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10mm; - **TAIP**
- atplėšimo metu plastiko ir popieriaus juostos išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos; - **TAIP**
- ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris; - **TAIP**
- forma- rulonas. - **TAIP**

Poz.Nr.	Išmatavimai (mm)	Orientacinis poreikis (m)
13.	Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 120mm±5mm	23 000
19.	Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 400mm±10mm	2 100

-
-
-
-
-
-
-

32. Rinkinys vienalyčių instrumentų plovimo – dezinfekavimo kokybės nustatymui
automatinėse plovimo mašinose:

- Testo sudėtis – standartizuotas kraujo fibrinas ir polisacharidai arba lygiavertės medžiagos
- Atitinka LS EN ISO 15883 standartą arba lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)
- Pavidalas – metalinė arba lygiavertės medžiagos plokštelė su permatomu dangteliu, leidžiančiu vizualiai įvertinti testo rezultatą.
- Testas, turintis mechanizmą, kuriuo tvirtinamas prie metalinio ar lygiavertės medžiagos plovimo mašinos krepšelio
- Tarp metalinės ar lygiavertės medžiagos plokštelės su testu ir dangtelio yra plyšys imituojantis chirurginio instrumento jungtį.

- TAIP, Pilnai atitinka sudėtį, nurodytą LST EN ISO 15883 standarte.
- TAIP, Žiūr. Laikmeną „prs477_01_en_getinge-assured-wash-monitor-product-specification“ ir „Švaros indikatoriaus spec“
- TAIP, Žiūr. Laikmeną „Švaros indikatoriaus spec“
- TAIP, Žiūr. Laikmeną „Švaros indikatoriaus laikiklis“
- TAIP, Žiūr. Laikmeną „Švaros indikatoriaus spec“ ir

- jei testo plokštelė neintegruota į laikiklį, kartu pateikiami 25 indikatorių laikikliai, įskaičiuoti į indikatorių kainą
- Atitinka LST EN ISO 11140-1
Orientacinis poreikis: 2500 vnt.

TAIP (pastaba: laikikliai šiuo metu naudojami lignoninėje)

TAIP

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Kartu su pasiūlymu pateikiami visi pirkimo nr.: 397917 sąlygose reikalaujami dokumentai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (paslaugų teikėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Visa konkursui pateikta informacija, išskyrus gaminių bukletus, ir bendrą pasiūlymo kainą yra konfidenciali, nes jos gamintojas neviešina bendram naudojimui. Pateikti dokumentai, tokie, kaip įgaliojimas su specialiosiomis sąlygomis, atitikties deklaracijos, techniniai siūlomų gaminių aprašai yra intelektualinė gamintojo nuosavybė ir jos naudojimas ir skleidimas viešai yra baudžiamas įstatymų numatytu būdu.

Pastaba. Paslaugų teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pardavimų Vadybininkė

(paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)¹



(Parašas)²

Elžbieta Korotajevaitė

Vardas, pavardė



¹ Jei pasiūlymą pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas.

² Pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu arba įprastu paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens parašu.