

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiškos atlikti viešąjį pirkimą –2022 11 22, Nr. VPP-7122; 2022 11 17, Nr. VPP-6921; 2022 11 15, Nr. VPP-6975; 2022 11 17, Nr. VPP-7076.

Posėdžio protokolas 2022 11 25 Nr.48 Viešojo pirkimo komisija Nr.6

Techniniai reikalavimai	Atitikimas
<u>17. Termometrai kūno temperatūrai matuoti elektroniniai:</u> - plastmasiniai ar lygiavertės medžiagos; - hermetiški; - atsparūs dezinfekcijai (pateikti tai įrodančius dokumentus); - matavimo diapazonas: · apatinė riba ne daugiau 32°C; · viršutinė riba ne mažiau 42°C; - matavimo padala – 0,1°C; - tikslumas: · $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ tarp 35-40°C temperatūros; · $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ žemiau 35°C ir aukščiau 40°C temperatūros; - baterija – ne mažiau nei 1,5 V; - baterijos naudojimo trukmė – ne mažiau nei 100 val.; - skystų kristalų ekranas (3-4 vietos skaičiams); - aliarmo signalas temperatūros piko metu. <i>Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.</i>	<u>17. Termometrai kūno temperatūrai matuoti elektroniniai - A&D Company, Limited, Japonija, Skaitmeninis termometras UT-103:</u> - plastmasiniai; - hermetiški- Nepralaidus vandeniui; - atsparūs dezinfekcijai (žiūr.: Brosiura 1psl); - matavimo diapazonas: · apatinė riba 32,0°C; · viršutinė riba 42,9°C; - matavimo padala – 0,1°C; - tikslumas: · $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ tarp 35-42°C temperatūros; · $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ žemiau 35°C ir aukščiau 42°C temperatūros; - baterija –1,5V (LR41 arba SR41 tipo); - baterijos naudojimo trukmė – apie 200 val.; - skystų kristalų ekranas (4 vietos skaičiams); - aliarmo signalas $>37,5^{\circ}\text{C}$ temperatūros piko metu. <i>Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.</i> <i>žiūr.: Brosiura 1psl., CE sertifikatas 1psl.</i>

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklavinimą. **(Prisegame CE atitikties medicinos direktyvos 93/42/EEB reikalavimams sertifikatą)**

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.