

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galima nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkreta tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo **pristatyti kartu su prekėmis**. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir/ ar periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir pan.) jei perkama, t. y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir/ar periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir/ar periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
4. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. **Kartu su prekėmis pateikiami** CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).
5. Prekėms turi būti taikomas ne mažiau nei **24 mėn.** garantija. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas (remonto laikotarpiu suteikiamas pakaitinis aparatas), įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, prospektus ar kitą gamintojo dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų (katalogų, prospektų ir kitos gamintojo dokumentacijos) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrai patvirtina nurodytas parametras. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikos patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksplotacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Tiekėjų, kurie nėra gamintojai, savideklaracijos kaip įrodymas dėl pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms bei techninės specifikacijos reikalavimams, nebus laikytina tinkamu ir patikimu įrodymu. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
7. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ≥ 4 darbuotojai, mokymų trukmė ≥ 2 akademinės valandos). Reikalavimas pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ nuostatomis (žr. aktuali redakcija)).

Pastabos: 1. Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

2. Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokią kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

2 PIRKIMO DALIS „Prietaisas kompresinei terapijai 3 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomi techniniai parametrai	Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.	Prietaisas kompresinei terapijai	<i>Modelis, gamintojas</i>	Gamintojas BOSL (Vokietija) Modelis: Lympha-Mat Digital Gradient Prietaisas kompresinei terapijai	Katalogas Kompresine terapija_EN 3 puslapis ir Katalogas Kompresine terapija_LT 3 puslapis
2.	Kanalų skaičius	Ne mažiau 12	Kanalų skaičius 12	Katalogas Kompresine terapija_EN 1 puslapis ir Katalogas Kompresine terapija_LT 1 puslapis
3.	Skaitmeninis ekranas	Būtina	Skaitmeninis ekranas	Katalogas Kompresine terapija_EN 1 puslapis ir Katalogas Kompresine terapija_LT 1 puslapis
4.	Slėgio reguliavimas	Ne blogiau 20-120 mmHg	Slėgio reguliavimas 20-120 mmHg	Katalogas Kompresine terapija_EN 4 puslapis ir Katalogas Kompresine terapija_LT 4 puslapis
5.	Pauzės laiko reguliavimas	Ne blogiau 5-90 s	Pauzės laiko reguliavimas 5-90 s	Katalogas Kompresine terapija_EN 4 puslapis ir Katalogas Kompresine terapija_LT 4 puslapis
6.	Kompresijos greičiai	Ne mažiau 2	Kompresijos greičiai 2	Katalogas Kompresine terapija_EN 4 puslapis ir Katalogas Kompresine terapija_LT 4 puslapis
7.	Gradiento sistema	Būtina	Gradiento sistema	Katalogas Kompresine terapija_EN 1 puslapis ir Katalogas Kompresine terapija_LT 1 puslapis
8.	Galimybė prijungti aplikatorius	Ne mažiau 3 aplikatorių vienu metu	Galimybė prijungti aplikatorius 3 aplikatorius vienu metu	Katalogas Kompresine terapija_EN 4 puslapis ir Katalogas Kompresine terapija_LT 4 puslapis
9.	Komplekte:	1.aplikatorius kojai 12 kamerų – ≥ 2 vnt. 2.aplkatorius rankai 12 kamerų – ≥ 1 vnt.	1.aplikatorius kojai 12 kamerų – 2 vnt. 2.aplkatorius rankai 12 kamerų – 1 vnt.	Katalogas Kompresine terapija_EN 2 puslapis ir Katalogas Kompresine terapija_LT 2 puslapis

Administratorė / Buhalterė

Giedrė Valienė