

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vienartinės medicinos pagalbos priemonės oftalmologijai

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklavimas.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretius teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

SIŪLOMA											PLANUOJAMA			
Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*	Vnt. įkainis Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	PVM tarifas, %	PVM suma, Eur	Kaina Eur su PVM	Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinančius dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksliai konkrečią prekę)	Planuojama maksimali suma Eur be PVM po RK	Planuojama maksimali suma Eur su PVM po RK	BVPŽ kodas
4	Širmerio testų juostelės	Testų juostelės skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Juostelės gradacija nuo 0 iki 35mm. Rezultatas gaunamas ne ilgiau kaip per 5 min.	Vnt.	4 000	Gamintojas Tarun Enterprises, Indija. Katalogo Nr. SCH-100	0,1400	560,00	5	28,00	588,00	Testų juostelės skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Juostelės gradacija nuo 0 iki 35mm. Rezultatas gaunamas per 1 min. Žr. Bukletas.pdf 3-4 psl.	800,00	840,00	33124130-5