

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Medicininis popierius, kandikliai (Nr. 9837)

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Prieimono pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Preliminari kėikis	Mato vnt.	PLANUOJAMA			PASIŪLYMAS						Sistemos parametrai reikišmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra suiklomas techninis parametras patvirtintu dokumentu, sukurda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tikslė į konkrečią prekę)
						PVM dydis %	Maksimali suma Eur be PVM	Maksimali suma Eur su PVM	Firminis prekės pavadinimas, gamintojas	Prekės kodas gamintojo kataloge (jei toks yra)	Vnt. įkaitis, Eur be PVM	PVM dydis %	Pasiūlymo suma Eur be PVM	Pasiūlymo suma Eur su PVM	
23	22993000-7	EKG popierius aparatui iMAC120	Suderinamas su gamintojo Zoncare kardiografo modeliu iMAC120. Bendras plotis – 210mm ±0.5mm. Tinklėlio zonos plotis – 200mm ±0.5mm. Lanksto ilgis – 140mm ±0.5mm. Bendras ilgis 19.5-20.05m. Lankstų skaičius 140-145 vnt. Puslapius fiksuojačio juodo stačiakampio dydis 6x7mm ±0.5mm.	40	Knygė	5	280,00	294,00	EKG popierius aparatui iMAC120, gamintojas Zoncare		5,50	5	220,00	231,00	Suderinamas su gamintojo Zoncare kardiografo modeliu iMAC120. Bendras plotis – 210mm ±0.5mm. Tinklėlio zonos plotis – 200mm ±0.5mm. Lanksto ilgis – 140mm ±0.5mm. Bendras ilgis 20m. Lankstų skaičius 143 vnt. Puslapius fiksuojačio juodo stačiakampio dydis 6x7mm ±0.5mm. Gamintojo dokumentai.pdf 1.3 psi.
Maksimali pirkimo suma, Eur							280,00	294,00							