

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA DARBO PRIEMONĖS PATOLOGINIAMS TYRIMAMS

Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus medicinines darbo priemones, skirtas patologijos tyrimams.

Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:

1. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal technines specifikacijas reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomus prekes pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkantoji organizacija raštu gali prašyti galingo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateikė pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmesamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybine patologijos centine, VSI VUL. SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrazinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių pardavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateikė visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmesamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos pirkimo dalims, bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą perkamo maksimalaus kiekio sumą Eur su PVM visi pirkimo daliai. Pirkimo dalys, susidedančios iš kelių pirkimo objekto dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų su PVM.

***Pastaba.** Pirkimo organizacijos (toliau - PO) kaina pirkimo dalims nuo 1 iki 35 suplanuota taikant 21 % PVM tarifą, o pirkimo dalims nuo 36 iki 46 suplanuota su 5% PVM tarifais. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei PO suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastį, dėl kurių taikoma jo pasirinktas PVM tarifas.

3. Pirkimo dalies objektai neskaidomi į dalis, todėl pasiūlymai teikiami visai pirkimo daliai.

4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkamosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.

Sutarties vykdydmo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsiskaityti nebūtinio dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktais (jei tokie yra būtini), Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas fakturas / PVM sąskaitas fakturas už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašoma informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojama perkeltas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymu Nr. D1-401-1-ame skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“. Siekiant mažinti popieriaus panaudojimą, sudaryta elektroninis sutartis, kuri abiėjus šalį pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.

7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

8. Būtinieji reikalavimai: 8 stulpelyje 1 mato vnt. įkainis, Eur be pvm pateikiamas ne daugiau kaip 4 skaičiai po kablelio.

9. Būtinieji reikalavimai: 13 stulpelyje perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su pvm pateikiama ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies objekto Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai/paskirtis	Pageidaujama pakuotė	Mato vienetas	Perkamų prekių mato vnt. kiekis	1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM	PVM dydis %	Tiekėjo siūloma pakuotė	Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM	Perkamo maksimalus kiekio suma, Eur be PVM	Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr., prekės kodas, nsl	BVPŽ kodų grupė /BVPŽ kodas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Darbo priemonės su 21 % PVM														
2		Krio mėgintuvėlis biologinių mėginių šaldymui	Krio mėgintuvėlis pagamintas iš PP 2 ml talpos, su išviršiniu užsakmu dangteliu, atsparus šaldymui iki -196 °C, plokščiu (neužapvalintu) dugnu. Sterilus, saviję neturintis Dnasės, Rnazės.		vnt	25 000			1000				Nalgene [®] General Long-Term Storage Cryogenic Tubes 2.0 ML. Thermo Fisher Scientific. 5012-0020	
	2.1						0,39	21		390,00	9750,00	11797,50		33140000-3
		Dėžutė užšaldytų biologinių mėginių archyvimui	Plastikinė, skirta užšaldytų mėginių saugojimui žemoje iki -196 °C temperatūroje. Su permatomu dangteliu, kuriame tamsia spalva įspausos saugojamų mėginių pozicijų vietos/numeriai. Dėžutės talpa nuo 80 iki 100 šaldymui pritaikytų 2 ml talpos butelių/kių siūlomų pozicijose aukščiau.		vnt	600			24				CRYOBBOX 1,2/2ML PC:9X9 ARRAY. Thermo Fisher Scientific. 5026-0909	
	2.2						11,67	21		280,00	7000,00	8470,00		33140000-3
												2 pirkmio dalies suma be pvm	16750	
												PVM suma	3517,5	
												2 pirkmio dalies suma su pvm	20267,5	
5		Užšaldytų mėginių dėžučių stovai	Nerūdijančio plieno stovas tinkantis šaldymui žemose temperatūrose (-80° temp.). Pritaikytas Forma 8600 Series šaldikliai, 481 L. Stovo aukštis 67,3cm ± 0,5 cm, plotis 14cm ±0,5cm. Į stovą telpa 12 dėžučių (dėžutės plotis 13cm, ilgis 13cm). Stovas pateikiamas su kriodėžučių tvirtinimo elementu – spygliu.		vnt	1	135,00	21	1	135,00	135,00	163,35	VERTICAL RACK 12-2"BX CHEST Thermo Fisher Scientific. 398186	33140000-3
13		Dėžutės parafininių blokų archyvimui	Kartoninė dėžutė parafininiams blokams archyvuoti. Kartono storis ne mažesnis nei 1mm; kartono gramatūra 329g/m2; dėžutė susideda iš trijų dalių: dugnas, sulankstomi įstripai, dangtis. Dangtis turi būti pateikiamas su dviem iškirptėmis skirtingose pusėse; dėžutės turi būti pateikiamos išklotinėmis, talpinti ne mažiau 200 standartinių blokų; ilgis x plotis x aukštis: 345 x 230 x 50±2mm.		vnt	5000	1,20	21	1000	1 200,00	6 000,00	7 260,00	Kartoninė dėžutė 13E. 13E-1000	33140000-3

