

TECNINĖ SPECIFIKACIJA
„Priedai operaciniam stalui ir operacinės kėdės (11353)“

PRIEDAI OPERACINIAM STALUI – 1 KOMPL., 1 PIRKIMO DALIS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5. Garantinis laikotarpis:
 - 5.1. Ne mažiau nei 6 mėn.
 - 5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninės būklės tikrinimas, techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas (jeigu taikoma). Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

- 6.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
- 6.2. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
7. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 1 akademinės valandos.
8. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
9. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t.).
10. PO paprašius tiekėjas privalės pristatyti įrangos pavyzdžius. Nepateikus pavyzdžių per nustatytą laiką pasiūlymas bus atmestas.
11. Tiekėjas turi įrodyti suderinamumą su Maquet/Getinge gamintojo operaciniais stalais.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu yra)	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1.	Galvai padėti skirtas gelinis paminkštinimas Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: aukštis 50 mm, skersmuo $\varnothing$ 200 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 1 vnt. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.02A0 arba lygiavertis);	Gamintojas -,Getinge“ kataloginis kodas 4006.02A0	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: aukštis 50 mm, skersmuo $\varnothing$ 200 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis 4. Kiekis: 1 vnt. Dokumėte „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 110 psl Dokumėte „Real Fusion deklaracija“
2.	Galvai padėti skirtas gelinis paminkštinimas Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: aukštis 34 mm, skersmuo $\varnothing$ 140 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 1 vnt.	Gamintojas -,Getinge“ kataloginis kodas 4006.03A0	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: aukštis 34 mm, skersmuo $\varnothing$ 140 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis 4. Kiekis: 1 vnt. Dokumėte „Maquet-ortables-accessories-

		(gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.04A0 arba lygiavertis);		catalog“ Dokumente „Real Fusion deklaracija“
3.	Galvai padėti skirtas gelinis paminkštini mas (didelis) Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 240 mm x aukštis 140 mm x ilgis 280 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 1 vnt. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.19A0 arba lygiavertis);	Gamintojas „Getinge“ kataloginis kodas 4006.19A0	1.Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2.Matmenys: plotis 240 mm x aukštis 140 mm x ilgis 280 mm. 3.Medžiaga: silikoninis gelis medžiaga 4.Kiekis: 1 vnt. Dokumente „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 111 psl Dokumente „Real Fusion deklaracija“
4.	Galvai padėti skirtas gelinis paminkštini mas, (vidutinio dydžio) Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 273 mm x aukštis 135 mm x ilgis 220 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 1 vnt. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.20A0 arba lygiavertis);	Gamintojas „Getinge“ kataloginis kodas 4006.20A0	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 273 mm x aukštis 135 mm x ilgis 220 mm. 3.Medžiaga: silikoninis gelis 4. Kiekis: 1 vnt. Dokumente „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 111 psl Dokumente „Real Fusion deklaracija“
5.	Universalus operacinio stalo gelinis paminkštini mas Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 520 mm x aukštis 10 mm x ilgis 520 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 3 vnt. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.05A0 arba lygiavertis);	Gamintojas „Getinge“ kataloginis kodas 4006.05A0	1 Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 520 mm x aukštis 10 mm x ilgis 520 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis 4. Kiekis: 3 vnt. Dokumente „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 113 psl

				Dokumente „Real Fusion deklaracija“
6.	Oasis 3/4 ilgio universalus operacinio stalo gelinis paminkštinaimas Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 520 mm x aukštis 10 mm x ilgis 1150 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 3 vnt. Gamintojas - „Getinge“ (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.06A0 arba lygiavertis);	Gamintojas - „Getinge“ kataloginis kodas 4006.06A0	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 520 mm x aukštis 10 mm x ilgis 1150 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis 4. Kiekis: 3 vnt. Dokumente „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 113 psl Dokumente „Real Fusion deklaracija“
7.	Kulnams skirtas gelinis paminkštinaimas Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 100 mm x aukštis 70 mm x ilgis 180 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 2 kompl. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.16A0 arba lygiavertis);	Gamintojas - „Getinge“ kataloginis kodas 4006.16A0	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 100 mm x aukštis 70 mm x ilgis 180 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis 4. Kiekis: 2 kompl. Dokumente „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 117 psl Dokumente „Real Fusion deklaracija“
8.	Universalus paciento pozicionavimui skirtas gelinis paminkštinaimas (vidutinio dydžio) Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 100 mm x aukštis 60 mm x ilgis 290 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 4 vnt. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.10A0 arba lygiavertis);	Gamintojas - „Getinge“ kataloginis kodas 4006.10A0	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 100 mm x aukštis 60 mm x ilgis 290 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis 4. Kiekis: 4 vnt. Dokumente „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 118 psl

				Dokumente „Real Fusion deklaracija“
9.	Universalus paciento pozicionavimui skirtas gelinis paminkštinas, (didelio dydžio) Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 120 mm x aukštis 70 mm x ilgis 345 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 4 vnt. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.11A0 arba lygiavertis);	Gamintojas „Getinge“ kataloginis kodas 4006.11A0	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 120 mm x aukštis 70 mm x ilgis 345 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis 4. Kiekis: 4 vnt. Dokumente „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 118 psl Dokumente „Real Fusion deklaracija“
10.	Krūtinės palaikymui skirtas gelinis paminkštinas Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 140 mm x aukštis 110 mm x ilgis 505 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 1 vnt. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.25A0 arba lygiavertis);	Gamintojas „Getinge“ kataloginis kodas 4006.25A0	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 140 mm x aukštis 110 mm x ilgis 505 mm. 3. Medžiaga: silikoninis gelis 4. Kiekis: 1 vnt. Dokumente „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 118 psl Dokumente „Real Fusion deklaracija“
11.	Pusapvalis paciento paminkštinas: Paklaida matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 190 mm x aukštis 115 mm x ilgis 478 mm. 3. Medžiaga: PUR (poliuretano putos) ar lygiavertė medžiaga 4. Kiekis: 1 vnt. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 1003.7400 arba lygiavertis);	Gamintojas „Getinge“ kataloginis kodas 1003.7400	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Matmenys: plotis 190 mm x aukštis 115 mm x ilgis 478 mm. 3. Medžiaga: PUR (poliuretano putos) 4. Kiekis: 1 vnt. Dokumente „Maquet-ortables-accessories-catalog“ 118 psl

				Dokumente „Real Fusion deklaracija“
12.	Paciento paminkštinių gulėjimo padėčiai: Paklaidos matmenims ± 2 mm	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Išoriniai matmenys: plotis 480 mm x ilgis 1014 mm x aukštis 140 mm. 3. Priedo matmenys: krūtinės plotis 250 mm, dubens plotis 190 mm, ilgis 580 mm 4. Medžiaga: specialios putos (special foam) arba lygiavertė 5. Kiekis: 1 vnt. (gamintojo „Getinge“ kataloginis kodas 4006.3100 arba lygiavertis);	Gamintojas „Getinge“ kataloginis kodas 4006.3100	1. Suderinamas su (Maquet/Getinge) operaciniais stalais 2. Išoriniai matmenys: plotis 480 mm x ilgis 1014 mm x aukštis 140 mm. 3. Priedo matmenys: krūtinės plotis 250 mm, dubens plotis 190 mm, ilgis 580 mm 4. Medžiaga: specialios putos (special foam) 5. Kiekis: 1 vnt. Dokumente „Maquet-orthables-accessories-catalog“ 120 psl Dokumente „Real Fusion deklaracija“