

KARDIOLOGIJOS INTERVENČINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: Pirkimo dalių **atskirų pozicijų kaina** gali būti išreikšta po kablelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma be PVM ir su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 7 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kiekį vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vieneto kainos eurai, be PVM (6 stulpelis). 8 stulpelyje nurodomas taikomo PVM dydis procentais. 9 stulpelio bendra kaina skaičiuojama prie 7 stulpelio kainos pridedant PVM.

Užpildyta(-os) techninės specifikacijos lentelė(-ės) pateikiamos kartu su užpildyta Pasiūlymo forma.

Pirkimo dalis, kurioms neteikiate pasiūlymo, prašome ištrinti.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Everolimus vaistus išskiriantys kobalto chromo lydinio stentai: Stento medžiaga Cobalt Cromium L-605 Sienelės storis 0,0032” Stento dizainas:vamzdinis, pjautas lazeriu. Stento segmentai jungiami ne linijiškom 3-3-3 tipo jungtimis. Stentą dengia fluoropolimeras, nesukeliantis uždegimų (naudojamas implantuose), polimero storis 7,8 μm Vaistai citostatiniai, everolimus, vaistų dozavimas: 100μm/cm ² Išskyrimo laikas: 4 mėnesiai, optimalus laikas, reikalingas normaliai endotelizacijai įvykti. Stento diametrai: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0mm Stento ilgiai: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48mm	200	Everolimus vaistus išskiriantys kobalto chromo lydinio stentai - Xience ProS, Xience Pro48 Stento medžiaga Cobalt Cromium L-605 Sienelės storis 0,0032” Stento dizainas:vamzdinis, pjautas lazeriu. Stento segmentai jungiami ne linijiškom 3-3-3 tipo jungtimis. Stentą dengia fluoropolimeras, nesukeliantis uždegimų (naudojamas implantuose), polimero storis 7,8 μm Vaistai citostatiniai, everolimus, vaistų dozavimas: 100μm/cm ² Išskyrimo laikas: 4 mėnesiai, optimalus laikas, reikalingas normaliai endotelizacijai įvykti.	Abbott Vascular, 1508200-08-38; 1508225-08-38; 1508250-08-38; 1508275-08-38; 1508300-08-38; 1508325-08-38; 1508350-08-38; 1508375-08-38; 1508400-08-38; 1017250-48; 1017275-48; 1017300-48; 1017350-48.	263,00	52600,00	5%	55230,00

	Įvedimo sistemos ilgis 145 cm, galiuko profilis mažiau ni 0,017” Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 0,056" (5F) tinkantis visiems dydžiams ir ilgiams Slėgis: NPB: 11 atm, RBP 18 atm. Pripūtus balionėlį, stentas tik 1mm už jį trumpesnis, tai leidžia iki minimumo sumažinti kraujagyslių sienelių pažeidimo galimybę. Žymekliai aiškiai nurodo išplėsto stento ilgį. CE sertifikuota indikacija ŪMI, diabetu sergantiems žmonėms, esant ūminiam vainikinių arterijų sindromui; 1 DAPT indikacija (dviguba antiagregacinė terapija)		Stento diametrai: 2.0,2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0mm Stento ilgiai: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48mm Įvedimo sistemos ilgis 145 cm, galiuko profilis - 0,017” Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 0,056" (5F) tinkantis visiems dydžiams ir ilgiams Slėgis: NPB: 11 atm, RBP 18 atm. Žymekliai aiškiai nurodo išplėsto stento ilgį. Pripūtus balionėlį, stentas tik 1mm už jį trumpesnis, tai leidžia iki minimumo sumažinti kraujagyslių sienelių pažeidimo galimybę CE sertifikuota indikacija ŪMI, diabetu sergantiems žmonėms, esant ūminiam vainikinių arterijų sindromui; 1mėn. DAPT (dviguba antiagregacinė terapija) indikacija Xience ProS katalogas, psl.1-2, Xience Pro48 katalogas, psl.1-2					
Bendra 5 pirkimo dalies kaina eurais su PVM, žodžiais: penkiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai trisdešimt Eur 00 ct								
20	PTKA balionas rutininėms procedūroms - Lankstūs volframo kontrastiniai žymekliai; - Užtikrina praeinamumą vingiuotomis kraujagyslėmis; - Praėjimo profilis 0,021" 3,0x20mm balionams; - Baliono sienelė trisluoksnė. Danga dviguba hidrofilinė, ilgos procedūros metu balionas išlaiko visas savo savybes; - Tinka naudoti 2 balionus (kissing technique) su 6F kateteriu; - Baliono ilgis: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30mm; - Diametrai: 1.20,1.50, 2.00, 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.00mm;	200	PTKA balionas rutininėms procedūroms - Trek, MiniTrek -Lankstūs volframo kontrastiniai žymekliai; -Praėjimo profilis 0,021" 3,0x20mm balionams; -Baliono sienelė trisluoksnė. Danga dviguba hidrofilinė, ilgos procedūros metu balionas išlaiko visas savo savybes; -Tinka naudoti 2 balionus (kissing technique) su 6F kateteriu; -Baliono ilgis: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30mm; -Diametrai: 1.20,1.50, 2.00, 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.00mm; -Slėgis: Nominalus: 8bar , (RBP) 14bar; -Naudojamo kateterio ilgis 145cm;	Abbott Vascular, 1012268-06-20; 1012269-06-20; 1012270-06-30; 1012271-06-30; 1012272-06-30; 1012273-06-30; 1012274-06-30; 1012275-06-30; 1012276-06-30; 1012277-06-30; 1012278-06-30; 1012279-12-15; 1012280-12-15	59,00	11800,00	5%	12390,00

	- Slėgis: Nominalus: 8bar , (RBP) 14bar; - Naudojamo kateterio ilgis 145cm; - Baliono kateteris: 2.1F proksimalinis diametras, 2.3F/2.4F distalinis diametras.		-Baliono kateteris: 2.1F proksimalinis diametras, 2.3F/2.4F distalinis diametras. Abbott Vascular katalogas Trek/MiniTrek, psl.1-6					
Bendra 20 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: dvylika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt Eur 00 ct								
23	NC tipo PTKA balioninis kateteris, OTW ir RX tipo - OTW ir RX tipo; - Baliono sienelė dvisluoksnė. Greitas baliono subliūškimas(išsipūtimas), lankstumas, itin gerai priglunda prie kraujagyslės sienelės. Dviguba hidrofilinė danga, ilgos procedūros metu balionas išlaiko visas savo savybes; - 2 Lankstūs kontrastiniai volframo žymekliai. Užtikrina praeinamumą vingiuotomis kraujagyslėmis; - Praeinamumas: 3,0mmx 20mm balionui 0,027"; - Baliono ilgis: 6, 8, 12, 15, 20, 25mm; - Diametrai: 1.5, 2.00, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.00mm; - Slėgis: Nominalus: 12atm , (RBP) 18 atm.; - Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 0,056" (5F) tinkantis visiems dydžiams ir ilgiams; - Distalinio galo diametras: 2.5 F, galiukas užapvalintas, glotnus- žymiai palengvina nukreipimą bei pravedimą per užkalkėjusias, pažeistas kraujagysles - Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 5F, 2.2F proksimalinis, 2.5F distalinis; - Naudojamos įvedimo sistemos ilgis: 143cm.	400	NC tipo PTKA balioninis kateteris, OTW ir RX tipo - NC Trek RX/OTW - Baliono sienelė dvisluoksnė. Greitas baliono subliūškimas(išsipūtimas), lankstumas, itin gerai priglunda prie kraujagyslės sienelės. Dviguba hidrofilinė danga, ilgos procedūros metu balionas išlaiko visas savo savybes -2 Lankstūs kontrastiniai volframo žymekliai Užtikrina praeinamumą vingiuotomis kraujagyslėmis; -Praeinamumas: 3,0mmx 20mm balionui 0,027"; -Baliono ilgis: 6, 8, 12, 15, 20, 25mm; -Diametrai: 1.5, 2.00, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.00mm; -Slėgis: Nominalus: 12atm , (RBP) 18 atm.; -Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 0,056" (5F) tinkantis visiems dydžiams ir ilgiams; -Distalinio galo diametras: 2.5 F, galiukas užapvalintas, glotnus- žymiai palengvina nukreipimą bei pravedimą per užkalkėjusias, pažeistas kraujagysles -Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 5F, 2.2F proksimalinis, 2.5F distalinis; -Naudojamos įvedimo sistemos ilgis: 143cm. Abbott Vascular NC Trek	Abbott Vascular, 1012444-06-20; 1012445-06-20; 1012446-06-20; 1012447-06-25; 1012448-06-20; 1012449-06-25; 1012450-06-20; 1012451-06-25; 1012452-08-20; 1012453-08-20; 1012454-08-20; 1012455-08-20; 1012432-06 - 1012443-20	59,00	23600,00	5%	24780,00

			katalogas 1,2, psl. 1-2.					
Bendra 23 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt Eur 00 ct								
34	PTKA vielos, skirtos specialiai chroninėms okliuzijoms - Skirtos specialiai lėtinėms steno- zėms. Standžios. Vientisa vienos dalies tolygiai smailejanti šerdies konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis dista- liniame gale Vielos šerdis pagaminta iš plieno lyd- inio, tvirtesnio nei plienas. 30cm hidrofilinė danga distalinėje dalyje užtikrina optimalų vielos slidumą, hidrofobinė danga proksi- malinėje vielos dalyje užtikrina vielos tikslų pasukimą, kontaktuodama su skysčiais viela nekeičia diametro (no swelling) Dengtos polimeru. Diametras: 0.014". Ilgis: 190 cm, 300 cm. 3cm rentgenokontrastinis galiukas. Galiukas tiesus arba smailejantis, jo diametras priklausomai nuo vielos tvirtumo taikant „step up“ metodiką 0,009 -0,0105- 0,012", didžiausias standumas galiuke, mažėjantis tolyn nuo jo. Vielos galiuko veikimo jėga (support) 4,8-5,9- 6,0g-8,7g-9,7-12,5-13,0- 13,9g Vielos galiuko tvirtumas (tip load) 0,8-1,5-4,1g Vielos galiuko prasiskverbimo jėga (penetration power) 10-17-26 - 200kg/in² Papildomi 1,5mm aukso markeriai pažeidimams matuoti	200	PTKA vielos, skirtos specialiai chroninėms okliuzijoms - HT Pi- lot 50, 150, 200, HT Progress 40, 80, 120, 140T, 200T, HT Turntrac, HT Infiltrac/Plus - Skirtos specialiai lėtinėms steno- zėms. Standžios. Vientisa vienos dalies tolygiai smailejanti šerdies konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis distaliniam gale Vielos šerdis pagaminta iš plieno lydinio, tvirtesnio nei plienas. 30cm hidrofilinė danga distalinėje dalyje, užtikrina optimalų vielos slidumą, hidrofobinė danga proksi- malinėje vielos dalyje, užtikrina vielos tikslų pasukimą, kon- taktuodama su skysčiais viela nekeičia diametro (no swelling) Dengtos polimeru. Diametras: 0.014". Ilgis: 190 cm, 300 cm. 3cm rentgenokontrastinis galiukas. Galiukas tiesus arba smailejantis, jo diametras priklausomai nuo vie- los tvirtumo taikant „step up“ metodiką 0,009 -0,0105- 0,012", didžiausias standumas gali- uke, mažėjantis tolyn nuo jo. Vielos galiuko veikimo jėga (sup- port) 4,8-5,9- 6,0g-8,7g-9,7-12,5- 13,0-13,9g Vielos galiuko tvirtumas (tip load) 0,8-1,5-4,1g Vielos galiuko prasiskverbimo jėga (penetration power) 10-17-26 -200kg/in ² Papildomi 1,5mm aukso markeriai pažeidimams matuoti	Abbott Vascular 1011836 – 45; 1010481-H – 1010485-HJ; 1020009 – 1020016; 1030001J – 1030008J	64,00	12800,00	5%	13440,00

			Abbott Vascular Hi-Torque katalogai 1-4, psl.1-2					
Bendra 34 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: trylika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt Eur 00 ct								
65	Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos prietaisas - Su analoginiu manometru - Specialus rėmas, juosta, aukšto slėgio balionas.	50	Šlaunies arterijos užspaudimo po punkcijos prietaisas. Femostop II Plus & gold -Su analoginiu manometru -Specialus rėmas, juosta, aukšto slėgio balionas. 65 p.d Prietaisas šlaunies arterijos užspaudimui po punkcijos 1-2 psl	Abbott Vascular, kodas C11165	95,60	4780,00	5%	5019,00
Bendra 65 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: penki tūkstančiai devyniolika Eur 00 ct								
67	Kraujagyslių uždarymo po kateterizacijos sistema; - Kraujagyslė užspaudžiama metaliniu žiedu - Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo - Tinka 5F, 6F, 7F, 8F, 9F.	100	Kraujagyslių uždarymo po kateterizacijos sistema. StarClose. - Kraujagyslė užspaudžiama metaliniu žiedu. - Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo. - Tinka 5F, 6F, 7F, 8F, 9F. Katalogas - "67.StarClose, Psl.2-4	Abbott Vascular, 14679-02	90,00	9000,00	5%	9450,00
Bendra 67 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct								
72	Vainikinių kraujagyslių tėkmės funkcinio rezervo tyrimo vielos - Tinka aparatui Quantien TM - Ilgis 175 cm; - 0.014" diametro;	50	Vainikinių kraujagyslių tėkmės funkcinio rezervo tyrimo vielos - PressureWireX -Tinka aparatui Quantien TM - Ilgis 175; 300 cm; - 0.014" diametro Abbott PressureWire X katalogas, psl.1-2	Abbott Vascular, C12009 C12059 C12359	550,00	27500,00	5%	28875,00
Bendra 72 pirkimo dalies kaina eurai su PVM, žodžiais: dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki Eur 00 ct								

PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS
 Taikomos 2, 3, 4, 5 ir 6 pirkimo dalims.

1. Pirkėjui pateikus paraišką Prekėms, nurodant, kad už Prekes bus atsiskaitoma po realizacijos, Pardavėjas, Sutartyje numatytais terminais (per 3 darbo dienas), įsipareigoja atgabenti Pirkėjui atitinkamą Prekių kiekį, Pirkėjas be apribojimų galės naudoti šias Prekes atsižvelgdamas į savo poreikius.
2. Pardavėjas, atgabenęs Prekes pagal 1 punkte numatytas sąlygas, iš karto nuosavybės teisių Pirkėjui į Prekes neperduoda. Prekių pristatymas įforminamas važtaraščiu ar priėmimo perdavimo aktu. Pardavėjas garantuoja Prekių pasibaigus galiojimo terminui pakeitimą ir/ar išgabenimą.
3. Pirkėjo apskaitoje šios Prekės, gautos Sutarties 1 punkte nurodytomis sąlygomis, nėra laikomos jo turtu ir užfiksuojamos nebalansinėje sąskaitoje. Pirkėjas, realizavęs šias Prekes, per kiekvieno mėnesio pirmas 3 darbo dienas, pateikia ataskaitą Pardavėjui, nurodydamas prekių kiekį ir sumą, pagal kurią Pardavėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas šią sąskaitą faktūrą apmoka per 30 kalendorinių dienų..
4. Siekiant nustatyti kokią Prekių dalį, gautų Sutarties 1 punkte numatytomis sąlygomis, panaudojo Pirkėjas, kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną, dalyvaujant Šalių įgaliotiems atstovams, šios Prekės inventorizuojamas surašant Inventorizacijos aktą. Inventorizacijos aktas surašomas 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Nutraukus sutartį Pirkėjas Prekes, gautas Sutarties 1 punkte numatytomis sąlygomis, ir už kurias nėra atsiskaityta Sutartyje numatytomis sąlygomis, privalo grąžinti Pardavėjui.