

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Apsaugos priemonės (apklotų rinkiniai chirurgijai ir kitos pr.) I operacinio bloko poreikiams (9905)

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriose perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
6. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
7. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% viso prekių galiojimo termino.
8. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (nurodytos CVP IS) turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (nurodyta stulpelyje "Charakteristikos, parametrai") (žr. SPS 1 priedą „Techninė specifikacija“) adresu nurodytu SPS 14 punkte. Prekių pavyzdžiai bus vertinami/išbandomi ekspertų, todėl nebus grąžinami ir turi būti nemokami bei pateikti kartu su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Pavyzdžius tiekėjas turi pristatyti adresu nurodytu SPS 14 punkte. Jei dalvis nematė pirkimo objekto pavyzdžių nei nustatytu terminu, io pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentu reikalavimų
- *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristikos, parametrai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 36 mėn.	Vnt. įkainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Pasiūlymo kaina EUR be PVM	PVM suma, EUR	Pasiūlymo kaina EUR su PVM	Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksliai konkrečią prekę)"
1	Dvipusis skysčių sugėrimo kilimėlis	Vienkartinio naudojimo, nesterilus. Turi sugerti išsiliejusius skysčius iš abiejų pusių. Skirtas naudoti operacinėse, rankų dezinfekavimo vietose, sterilizacinėse saugiam ir efektyviam skysčių surinkimui, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo. Neskirtas ant jo stovėti. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, celiuliozės ir skysčius sugeriančio polimero. Sudėtyje nėra latekso Kilimėlis 75 x 40 cm ± 3 cm. Sugeria ne mažiau 7,0 litrų skysčio. Įvertinimui turi būti pristatyti pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt.	vnt.	2800	2,00	21	5 600,00	1 176,00	6 776,00	Vienkartinio naudojimo, nesterilus.Sugeria išsiliejusius skysčius iš abiejų pusių. Skirtas naudoti operacinėse, rankų dezinfekavimo vietose, sterilizacinėse saugiam ir efektyviam skysčių surinkimui, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo. Neskirtas ant jo stovėti. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, celiuliozės ir skysčius sugeriančio polimero. Sudėtyje nėra latekso Kilimėlis 72 x 37 cm . Sugeria 9,0 litrų skysčio. Absorbest, Švedija, DryMax Floor mat 2.4 ref.F20241 Katalogas p.d.1

PASTABOS: 1) Pasiūlymo kaina bus naudojama pasiūlymų vertinimui, pasiūlymų eilės sudarymui ir laimėjusio tiekėjo nustatymui. Sutartis su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma maksimaliai pirkimo vertei nurodytai SPS 18 punkte (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis). Komisija, tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus SPS 18 punkte nurodytą kainą (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis), tiekėjo pasiūlymo kainą laikys per didele, nepriimtina Perkančiajai organizacijai. 2) Prekių vieneto įkainis iki 1,00 Eur gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki keturių