

CHIRURGO KĖDĖ – 2 VNT.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas **turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka**. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitikimą reikiams standartams bei reglamentams.
4. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. Garantinis laikotarpis:
 - 6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.
 - 6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
 - 7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
 - 7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

8. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 1 akademinės valandos.
9. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
10. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomas parametras
1.	Konstrukcija	1. Pagrindas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos; 2. Ant ratukų; 3. Sėdima dalis ir atrama nugarai anatomicinės formos; 4. Turi reguliuojamus porankius, užtikrinančius optimalų komfortą ir higieną; 5. Porankių aukštis ir ilgis pritaikomi, kad nepavargtų rankos.	1. Pagrindas pagamintas iš aliuminio medžiagos; Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 2. Ant ratukų; Žr. Bukletas.pdf 5 psl. 3. Sėdima dalis ir atrama nugarai anatomicinės formos; Žr. Bukletas.pdf 5 psl. 4. Turi reguliuojamus porankius, užtikrinančius optimalų komfortą ir higieną; Žr. Bukletas.pdf 5 psl. 5. Porankių aukštis ir ilgis pritaikomi, kad nepavargtų rankos. Žr. Bukletas.pdf 5 psl. Gamintojas Brumaba GmbH & Co.KG, Vokietija, katalogo Nr. S3.11.13.511.0, modelis Balance Plus F&B.
2.	Ratukai	1. Ne mažiau kaip 5 vnt.; 2. Dvigubi, antistatiniai.	1. 5 vnt.; Žr. Bukletas.pdf 5 psl. 2. Dvigubi, antistatiniai. Žr. Bukletas.pdf 5, 10 psl.
3.	Stabdis	1. Centrinis, valdomas koja; 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; 3. Ne mažiau 20 cm diametro.	1. Centrinis, valdomas koja; Žr. Bukletas.pdf 5, 7, 10 psl. 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno; Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 3. 20 cm diametro. Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
4.	Kėdės aukščio reguliavimas	1. Centrinis, valdomas koja; 2. Plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; 3. Ne mažiau 27 cm diametro; 4. Ne mažiau kaip nuo 50 - 67 cm	1. Centrinis, valdomas koja; Žr. Bukletas.pdf 7 psl. 2. Plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno medžiagos; Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 3. 27,5 cm diametro; Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 4. nuo 50 – 69,5 cm. Žr. Bukletas.pdf 7 psl.

5.	Nugaros atrama	1. Reguluojama; 2. Palinkimas ne mažiau kaip nuo -16° iki +6° ; 3. Pasvirimo kampas 40° ± 2° , 4. Aukštis ne mažiau kaip 10 cm.	1. Reguluojama; Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 2. Palinkimas nuo -16° iki +6° ; Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 3. Pasvirimo kampas 40° , Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 4. Aukštis 10 cm. Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
6.	Atramos rankoms	1. Pagamintos iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos; 2. Išmatavimai ne mažiau (9 x 2,5 x 23) cm 3.Reguluojamos: 1. Aukštis ne mažiau kaip 10 cm 2. Plotis ne mažiau kaip 3,5 cm 3. Ilgis ne mažiau kaip ± 3 cm	1. Pagamintos iš aliuminio medžiagos; Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 2. Išmatavimai (9 x 2,5 x 23) cm. Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 3.Reguluojamos: 1. Aukštis 10 cm. Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 2. Plotis 3,5 cm. Žr. Bukletas.pdf 10 psl. 3. Ilgis ± 3 cm. Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
7.	Sėdimos dalies išmatavimai	Ne mažiau kaip (46 x 6 x 42) cm	(46 x 6 x 42) cm. Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
8.	Kėdės svoris	Ne mažiau kaip 18 kg	18 kg. Žr. Bukletas.pdf 10 psl.
9.	Saugi apkrova	Ne mažiau kaip 120 kg	120 kg. Žr. Bukletas.pdf 10 psl.