

SPS 1 priedas. Pirkimo dalis Nr. 4

Gilaus šaldymo šaldiklis, 1 vnt.

	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Talpa	Ne mažiau kaip 800 litrų	836 litrai
2.	Orientacija	Vertikali	Vertikali
3.	Temperatūros nustatymo ribos	Ne siauresnės kaip nuo -40°C iki -86°C.	Nuo -40°C iki -86°C.
4.	Išoriniai šaldiklio matmenys (PxGxA)	Ne didesni kaip 1400x1000x2000 mm	1376x953x1987 mm
5.	Vidiniai kameros matmenys (PxGxA)	Ne mažesni kaip 1000x620x1300 mm	1022x628x1302 mm
6.	Svoris	Ne daugiau kaip 350 kg	322 kg
7.	Kamera	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Būtinai vakuumo eliminavimo vožtuvas (portas).	1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno; 2. Vakuumo eliminavimo vožtuvas (portas).
8.	Lentynos kameroje	Ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos, atlaikančios ne mažiau kaip po 60 kg kiekviena.	3 reguliuojamo aukščio lentynos, atlaikančios po 65 kg kiekviena.
9.	Lentynų išmatavimai (PxG)	Ne mažiau kaip 990x590 mm	998x598 mm
10.	Termoizoliacija	Izoliacijos storis ne plonesnis kaip 120 mm;	Izoliacijos storis 120 mm
11.	Durys	1. Vientisos; 2. Su užraktu; su ne mažiau kaip dviguba magnetine tarpine 3. Durų perimetro apšildymo sistema, naudojanti šaldymo agregato šilumą. ne mažiau kaip 4 vidinės durelės.	1. Vientisos; 2. Su užraktu; su dviguba magnetine tarpine 3. Durų perimetro apšildymo sistema, naudojanti šaldymo agregato šilumą. 4 vidinės durelės.
12.	Valdymas	Lietimui jautrus ekranas, ne mažiau kaip 5“ (colių) dydžio.	Lietimui jautrus ekranas, 5“ (colių) dydžio.
13.	Integruotas duomenų kaupiklis	1. Būtinai. USB jungtis duomenų nuskaitymui; 2. Dokumentų laikiklis šaldiklio priekyje.	1. Integruotas duomenų kaupiklis. USB jungtis duomenų nuskaitymui; 2. Dokumentų laikiklis šaldiklio priekyje.
14.	Aplinkos temperatūra	1. Būtinai aplinkos (patalpos) temperatūros daviklis; 2. leistina aplinkos temperatūra ne mažiau kaip +30°C; 3. galimybė įdėti papildomus išorinius zondus / laidus per ne mažiau kaip 2 skyles (angl. <i>access port</i>).	1. Aplinkos (patalpos) temperatūros daviklis; 2. leistina aplinkos temperatūra +30°C; 3. galimybė įdėti papildomus išorinius zondus / laidus per 2 skyles (angl. <i>access port</i>).
15.	Apsauga	Galimybė užrakinti sistemos nustatymus slaptažodžiu.	Galimybė užrakinti sistemos nustatymus slaptažodžiu.
16.	Kompresorių sistema	1. Ne mažiau kaip 2 kompresoriai; 2. esant 1 kompresoriaus gedimui šaldiklis privalo išlaikyti temperatūrą ne aukštesnę kaip -75°C.	1. 2 kompresoriai; 2. Esant 1 kompresoriaus gedimui šaldiklis išlaiko temperatūrą -75°C.
17.	Kojelės	Reguliuojamo aukščio	Reguliuojamo aukščio
18.	Aliarmų sistema	Ne mažiau kaip šios: 1. Su autonominiu elektros maitinimu ne trumpiau kaip iki 48 val.; 2. aliarmai akustiniai ir vizualūs; 3. mažo akumuliatoriaus įkrovimo lygio aliarmas;	Ne mažiau kaip šios: 1. Su autonominiu elektros maitinimu iki 48 val.; 2. aliarmai akustiniai ir vizualūs; 3. mažo akumuliatoriaus įkrovimo lygio aliarmas;

		4. maitinimo nutrūkimo aliarmas; 5. pasiektų programuojamų temperatūrų ribų aliarmas; 6. atidarytų durų aliarmas; 7. aliarmo signalo distancinio perdavimo galimybė.	4. maitinimo nutrūkimo aliarmas; 5. pasiektų programuojamų temperatūrų ribų aliarmas; 6. atidarytų durų aliarmas; 7. aliarmo signalo distancinio perdavimo galimybė.
19.	Triukšmingumo lygis	Ne daugiau kaip 60 dB	60 dB
20	Priedai	1. Ne mažiau kaip 14 stovų, kurie bendrai talpina ne mažiau kaip 280 vnt. ne mažiau kaip 50 mm aukščio dėžučių. Stovai privalo būti išvažiuojančių stalčių formatu; 2. to paties gamintojo CO ₂ rezervinio šaldymo (angl. <i>back-up</i>) sistema, skirta išlaikyti žemą temperatūrą sutrikus elektros energijos tiekimui.	1. 14 stovų, kurie bendrai talpina 280 vnt. 50 mm aukščio dėžučių. Stovai yra išvažiuojančių stalčių formatu; 2. to paties gamintojo CO ₂ rezervinio šaldymo (angl. <i>back-up</i>) sistema, skirta išlaikyti žemą temperatūrą sutrikus elektros energijos tiekimui.
21	Maitinimas	1. El. tinklas, nominalios vertės 230V 50 Hz 2. Vidinis akumuliatorius galintis palaikyti valdiklio darbą sutrikus elektros energijos tiekimui.	1. El. tinklas, nominalios vertės 230V 50 Hz 2. Vidinis akumuliatorius galintis palaikyti valdiklio darbą sutrikus elektros energijos tiekimui.
22	Sertifikavimas	1. Šaldiklis turi turėti CE sertifikatą, arba EB deklaraciją, arba kitą lygiavertį dokumentą. Pateikti dokumentą. 2. Tiekėjas privalo būti akredituotas pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, arba lygiaverčius standartus. Pateikti sertifikatus.	1. Šaldiklis turi EB deklaraciją. Pateikiamas dokumentas. 2. Esame akredituoti pagal ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015. Pateikiami sertifikatai.
23	Garantija	Ne trumpesnė kaip 36 mėn.	36 mėn.

Igaliotas asmuo, koordinatore
(Įgaliojimas Nr. 3662-1222, 2022 12 30)

Regina Žilionienė