

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1

Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės intervencinei radiologijai (Nr.10133)

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus ir turi būti CE ženklintas, pateikti kartu su pasiūlymų šiuos reikalavimus įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertė“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami lietuvių ir/ar anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkanciosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parasytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkancioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikim – pasiūlymą atšesti.
5. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Firminis pretenzijų pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge (jei toks yra)	Vieno vieneto kainis EUR be PVM	PVM tarifas %	Siūlomos prekės charakteristikos, atitikimas techniniams reikalavimams (tiekėjas pateikia tikslius prekęs duomenis pagal techninius reikalavimus)	Planuojama pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama pirkimo suma Eur su PVM	Pirkimui skirtos lėšos, Eur su PVM
10	Kriobliacijos aplikatoriai- adatos	Vienkartinės kriobliacijos adatos. Leidžia panaudoti aukšto slėgio dujas užšaldymui/šildymui. Kriobliacijos adatos (pagamintos iš metalo). Dydis: 1.5 mm, 2.1 mm Tipai: tiesas (straight) ar 90°, turi būti aktyvios zonos indikatoriai, vizualiniai markeriai per visą adatos ilgį, spalvinis kodavimas pagal dydį. Adatos kotelis 175 mm iš nerūdijančio plieno, padengtas Teflon™ dangis Turi tikti ICE Fx aparatai	vnt	800	ICE Cx needles, Boston Scientific, Kodai: ICE Real™ - H7493961455330, ICE Sphere™ - H7493961525730, ICE Force™ - H7493961736020, H7493962136180, ICE Pearl™ - H74939616501010, H7493962036570	1316,00	5	Vienkartinės kriobliacijos adatos. Leidžia panaudoti aukšto slėgio dujas užšaldymui/šildymui. Kriobliacijos adatos (pagamintos iš metalo). Dydis: 1.5 mm, 2.1 mm Tipai: tiesas (straight) ar 90°, yra aktyvios zonos indikatoriai, vizualiniai markeriai per visą adatos ilgį, spalvinis kodavimas pagal dydį. Adatos kotelis 175 mm iš nerūdijančio plieno, padengtas Teflon™ dangis Tinka ICE Fx aparatai. Katalogas Nr. 1, psl. 1-34	1052800,00	1105440,00	1105440,00
14	Perkutaninis bilarinis stentas, nedengtas	Vienkart., steril. Uždaryg gardelių dizainas Galimi variantai: uncovered, partially covered, fully covered Stentas pintas, savaimė išsiplečiantis, iš platinium rentgenokontrastinės medžiagos Pritaikytas 0,035" vielai Inovatyvus dizainas: su į apačią išplatėjusiu kilpo formos stento galais Stentai nuo 8 iki 10 mm diametro Stento ilgis: 40,60,80,100,120 mm Introduoserio diametras turi būti ne daugiau 9 F Įvedimo sistemos darbinis ilgis 75 cm	vnt.	10	Wallflex, Boston Scientific, Kodai: nuo M00574620 iki M00576930	1155,00	5	Vienkart., steril. Uždaryg gardelių dizainas Galimi variantai: uncovered, partially covered, fully covered Stentas pintas, savaimė išsiplečiantis, iš platinium rentgenokontrastinės medžiagos Pritaikytas 0,035" vielai Inovatyvus dizainas: su į apačią išplatėjusiu kilpo formos stento galais Stentai nuo 8 iki 10 mm diametro Stento ilgis: 40,60,80,100,120 mm Introduoserio diametras turi būti ne daugiau 9 F Įvedimo sistemos darbinis ilgis 75 cm	11550,00	12127,50	12127,50
15	Perkutaninis bilarinis stentas, pusiau dengtas	Vienkart., steril. Uždaryg gardelių dizainas Galimi variantai: uncovered, partially covered, fully covered Stentas pintas, savaimė išsiplečiantis, iš platinium rentgenokontrastinės medžiagos Pritaikytas 0,035" vielai Inovatyvus dizainas: su į apačią išplatėjusiu kilpo formos stento galais Stentai nuo 8 iki 10 mm diametro Stento ilgis: 40,60,80,100,120 mm Introduoserio diametras turi būti ne daugiau 9 F Įvedimo sistemos darbinis ilgis 75 cm	vnt.	10	Wallflex, Boston Scientific, Kodai: nuo M00574700 iki M00576910	1270,00	5	Vienkart., steril. Uždaryg gardelių dizainas Galimi variantai: uncovered, partially covered, fully covered Stentas pintas, savaimė išsiplečiantis, iš platinium rentgenokontrastinės medžiagos Pritaikytas 0,035" vielai Inovatyvus dizainas: su į apačią išplatėjusiu kilpo formos stento galais Stentai nuo 8 iki 10 mm diametro Stento ilgis: 40,60,80,100,120 mm Introduoserio diametras turi būti ne daugiau 9 F Įvedimo sistemos darbinis ilgis 75 cm	12700,00	13335,00	13335,00
16	Perkutaninis bilarinis stentas, dengtas	Vienkart., steril. Uždaryg gardelių dizainas Galimi variantai: uncovered, partially covered, fully covered Stentas pintas, savaimė išsiplečiantis, iš platinium rentgenokontrastinės medžiagos Pritaikytas 0,035" vielai Inovatyvus dizainas: su į apačią išplatėjusiu kilpo formos stento galais Stentai nuo 8 iki 10 mm diametro Stento ilgis: 40,60,80,100,120 mm Introduoserio diametras turi būti ne daugiau 9 F Įvedimo sistemos darbinis ilgis 75 cm	vnt.	10	Wallflex, Boston Scientific, Kodai: nuo M00574800 iki M00576970	1508,00	5	Vienkart., steril. Uždaryg gardelių dizainas Galimi variantai: uncovered, partially covered, fully covered Stentas pintas, savaimė išsiplečiantis, iš platinium rentgenokontrastinės medžiagos Pritaikytas 0,035" vielai Inovatyvus dizainas: su į apačią išplatėjusiu kilpo formos stento galais Stentai nuo 8 iki 10 mm diametro Stento ilgis: 40,60,80,100,120 mm Introduoserio diametras turi būti ne daugiau 9 F Įvedimo sistemos darbinis ilgis 75 cm	15080,00	15834,00	15834,00
				830				V180	1092130,0000	1146736,5000	1146736,50