

UAB „FOX VISION“

Uždaroji akcinė bendrovė „Fox Vision“, buveinės adresas A. Mickevičiaus 9-3, Vilnius LT-08119, Lietuva.

Tel.: +370 698 29975; el. paštas: info@foxvisiongroup.com

Juridinio asmens kodas 303317197.

Juridinio asmens duomenys tvarkomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale,
PVM mokėtojo kodas LT100008636117

LSMUL Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL INTRAOKULINIAI LĖŠIAI PIRKIMO

2022-09-18

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Fox vision
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	A. Mickevičiaus 9-3, Vilnius LT-08119
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 303317197 PVM mokėtojo kodas LT100008636117
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT83 7044 0600 0815 0581 AB SEB bankas, kodas 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius, Aurimas Šumskis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aurimas Šumskis
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Aurimas Šumskis
Telefono numeris	8-698-29975
Fakso numeris	---
El. pašto adresas	asumskis@foxvisiongroup.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKA

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
3	Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai intraokuliniai lęšiai paruošti implantavimo kasetėje (preimplantuoti, angl. “preloaded”)		
			Lęšis Envista MX60PL
1	Medžiaga:	minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis, hidruotas iki pusiausvyros būsenos akrilatas arba lygiavertė medžiaga su UV spindulių apsauga	minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis, hidruotas iki pusiausvyros būsenos akrilatas, su UV spindulių apsauga. Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
2	Bendras ilgis:	12,5 mm	12,5 mm Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
3	Optinės dalies skersmuo:	6,0 mm	6,00 mm
4	Optinės dalies savybės:	asferinė, nesukelianti aberacijų, abipusiai išgaubta	asferinė, nesukelianti aberacijų, abipusiai išgaubta Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
5	Optinės dalies krašto forma:	užpakalinis kraštas stataus kampo 360°	užpakalinis kraštas stataus kampo 360°
6	Laužiamoji galia:	nuo 0,0 iki +34,0 dioptrijų.	nuo 0,0 iki +34,0 dioptrijų. Nuo 0,0 iki +10,0 D žingsnis 1,0 D Nuo +10,0 iki +30,0 D žingsnis 0,5 D Nuo +30,0 iki +34,0 D žingsnis 1,0 D Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
7	Refrakcinis indeksas:	1,53 – 1,54	1,53 Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
8	Konstrukcija:	vienos dalies	vienos dalies Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
9	Atraminių elementų forma:	modifikuota „C“, su angele (skyle) ties atraminio elemento optinės dalies jungtimi – tolygiai paskirstyti spaudimą optinės dalies užpakalinio paviršiaus ir optinės dalies krašto	modifikuota „C“, su angele (skyle) ties atraminio elemento optinės dalies jungtimi – tolygiai paskirstyti spaudimą optinės dalies užpakalinio paviršiaus ir optinės dalies krašto. Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 4, 16psl.
10	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas:	0 laipsnių	0 laipsnių Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl

11	Lęšio pateikimo sąlygos:	lęšis teikiamas hidruotas pakuotėje su fiziologiniu druskų tirpalu, kad būtų išvengta vakuolių formavimosi pooperaciniame laikotarpyje; lęšis preimplantuotas implantavimo kasetėje (angl. „preloaded“), sterilizuotas gama spinduliais. Implantuojama, sukant ar stumiant injekatoriaus rankenėlę.	lęšis teikiamas hidruotas pakuotėje su fiziologiniu druskų tirpalu, kad būtų išvengta vakuolių formavimosi pooperaciniame laikotarpyje; lęšis preimplantuotas implantavimo kasetėje (angl. „preloaded“), sterilizuotas gama spinduliais. Implantuojama, sukant injekatoriaus rankenėlę. Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 4, 15, 16psl. Failas: IFU MX60PL.pdf, 1 psl.
4	Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies asferiniai toriniai intraokuliniai lęšiai paruošti implantavimo kasetėje (preimplantuoti, angl. “preloaded”)		
			Lęšis Envista MX60PT
1	Medžiaga:	minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis, hidruotas iki pusiausvyros būsenos akrilatas arba lygiavertė medžiaga su UV spindulių apsauga.	minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis, hidruotas iki pusiausvyros būsenos akrilatas, su UV spindulių apsauga. Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
2	Bendras ilgis:	12,5 mm	12,5 mm Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
3	Optinės dalies skersmuo:	6,00 mm	6,00 mm Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
4	Optinės dalies savybės:	asferinė, nesukelianti aberacijų, abipusiai išgaubta	asferinė su toriniu elementu Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl.
5	Optinės dalies krašto forma:	užpakalinis kraštas stataus kampo 360°	užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl
6	Laužiamoji galia:	nuo +6 iki + 30 dioptrijų	nuo +6 D iki + 30 D, žingsnis kas 0,5 D Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl
7	Torinio elemento laužiamoji galia:	nuo 1,25 D iki 5,75 D	nuo 1,25 D iki 5,75 D. IOL plokštumoje: +1.25 D +1.50 D +2.00 D +2.50 D +3.00 D +3.50 D +4.25 D +5.00 D +5.75 D

			Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl
8	Refrakcinis indeksas	1,53 – 1,54	1,53 Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl
9	Konstrukcija:	vienos dalies	vienos dalies Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl
10	Atraminių elementų forma:	modifikuota „C“, su angele (skyle) ties atraminio elemento optinės dalies jungtimi – tolygiai paskirstyti spaudimą optinės dalies užpakalinio pavišiaus ir optinės dalies krašto	modifikuota C, su angele ties atraminio elemento ir optinės dalies jungtimi. Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 4, 16psl.
11	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas:	0°	0° Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 16psl
12	Lęšio pateikimo sąlygos:	lęšis teikiamas hidruotas pakuotėje su fiziologiniu druskų tirpalu, kad būtų išvengta vakuolių formavimosi pooperaciniame laikotarpyje; lęšis preimplantuotas implantavimo kasetėje (angl. „preloaded“), sterilizuotas gama spinduliais. Implantuojama, sukant ar stumiant injektoriaus rankenėlę.	lęšis teikiamas hidruotas pakuotėje su fiziologiniu druskų tirpalu, kad būtų išvengta vakuolių formavimosi pooperaciniame laikotarpyje; lęšis preimplantuotas implantavimo kasetėje (angl. „preloaded“), sterilizuotas gama spinduliais. Implantuojama, sukant injektoriaus rankenėlę. Failas: Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf, 4, 15, 16psl. Failas: IFU MX60PT .pdf, 1 psl.

**Pastabos: Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka, būtina išsamiai aprašyti siūlomos prekės visas savybes pagal visus techninės specifikacijos reikalavimų punktus, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar nukopijuoti ir įrašyti perkančiosios organizacijos konkursui parengtus specialiuosius reikalavimus neleidžiama.*

Pasiūlymo lentelės grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu¹, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Kainų pasiūlymas	1	5. Kainų pasiūlymo lentelė.xlsx
2	Brošiūra	16	Katalogas 1 Envista_Envista Toric.pdf
3	Naudojimo instrukcija	5	IFU MX60PL.pdf
4	Naudojimo instrukcija	7	IFU MX60PT .pdf
5	Publikacija	5	3 PD straipsnis ISI.pdf
6	Publikacija	9	4 PD straipsnis ISI.pdf

¹ http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596

7	CE sertifikatas	12	Konfidencialu CE.pdf
8	Tiekėjo deklaracija	1	6. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų.pdf
9	Tiekėjo deklaracija	1	7. Tiekėjo deklaracija.pdf
10	EBVPD	14	espd-response.pdf
11	EBVPD	14	espd-response.xml
12	Pasiūlymo lentelės	3	Pasiūlymo lenteles.xlsx

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*: **CE sertifikatas (failas: Konfidencialu CE.pdf)**

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas²)

(Parašas)

Aurimas Šumskis

(Vardas ir pavardė)

² Jei pasiūlymą pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas.