

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

PASTABA. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visoms pirkimo dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis, jei techninėje specifikacijoje nereikalaujama kitaip.
2. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti su konkurso medžiaga. Taip pat popierinį variantą teikiant prekes. [Prekių aprašymo psl. Nr. 19-20.](#)
3. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis.
4. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. [Gamintojo įgaliojimas psl. Nr. 1-2.](#)
5. Galimas laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę gaminti ir/ar parduoti siūlomą įrangą arba dokumentus, įrodančius, kad yra sudaręs sutartį (-is) su tokias teises turinčia įmone.
6. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. Šis reikalavimas netaikomas 2, 3, 5, 7 pirkimo dalims). [Gamintojo įgaliojimas psl. Nr. 1-2.](#)
7. Galimas laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę siūlomą įrangą montuoti, remontuoti, atlikti techninį aptarnavimą arba dokumentus, įrodančius, kad yra sudaręs sutartį (-is) su tokias teises turinčia įmone. [Gamintojo įgaliojimas psl. Nr. 1-2.](#)
8. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
9. Pristatant prekes reikia pateikti Techninės būklės tikrinimo, Techninės priežiūros ir Metrologinės patikros terminus (jeigu siūlomam aparatui tikrinimas, priežiūra ar patikra nereikalinga, reikia tai įvardinti).
10. Pristatant prekes reikia pateikti Techninės būklės tikrinimo ir Techninės priežiūros reglamentus (jei gamintojas ar LR įstatymai numato tikrinimą ar priežiūrą).

6 PIRKIMO DALIS. PRIEDAI PRIE OPERACINIO STALO SCANDIA (LOJER) - 1 VNT.

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės techninės specifikacijos lentelę, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujama parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atžymas tikrinti CVP IS dokumentuose pavadinimu:
„Prekių aprašymas KONF“

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomos prekės parametrai ir reikšmės bei juos patvirtinančio dokumento, pavadinimas, psl. ir prekės katalogo Nr.
1.	Įrenginio paskirtis	Užtikrina saugų pacientų pozicionavimą klubų ar apatinių galūnių operacijų metu	Užtikrina saugų pacientų pozicionavimą klubų ar apatinių galūnių operacijų metu. Prekės aprašymas 2, 6, 8, 11, 15, 17 psl.
2.	Įrenginio pritaikymas	Skirtas ligoninėje eksploatuojam operaciniam stalui Lojer SCANDIA	Skirtas ligoninėje eksploatuojam operaciniam stalui Lojer SCANDIA. Prekės aprašymas 1, 2, 10, 11 psl.
3.	Įrenginys komplektuojamas su priedais	1. Adapteris 2. Dubens atrama 3. Kontratrakcinis ramstis su paminkštinimu	Įrenginys TD1000 komplektuojamas su priedais: 1. Adapteris 2. Dubens atrama

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomos prekės parametrai ir reikšmės bei juos patvirtinančio dokumento, pavadinimas, psl. ir prekės katalogo Nr.
		4. Prailginimo sijos (2 vnt.); 5. Tempimo įtaisas (2 vnt.); 6. Trakcinės sijos (2 vnt.); 7. Adapteris pėdos fiksatoriui (2 vnt.); 8. Batų tipo pėdos fiksatorius (2 vnt.); 9. Atraminis strypas (2 vnt.); 10. Adapteris papildomų priedų tvirtinimui prie trakcinės sijos	3. Kontratrakcinis ramstis su paminkštinimu 4. Prailginimo sijos (2 vnt.); 5. Tempimo įtaisas (2 vnt.); 6. Trakcinės sijos (2 vnt.); 7. Adapteris pėdos fiksatoriui (2 vnt.); 8. Batų tipo pėdos fiksatorius (2 vnt.); 9. Atraminis strypas (2 vnt.); 10. Adapteris papildomų priedų tvirtinimui prie trakcinės sijos. Prekės aprašymas 2, 3, 8, 11, 12, 17 psl.
4.	Įrenginys komplektuojamas su papildomais priedais	1. Kojos atrama su čiužiniu ir fiksatoriumi tvirtinimui prie trakcinės sijos; 2. Blauzdikaulio tempimo įtaisas, reguliuojamo kampo, fiksuojamas prie trakcinės sijos; 3. Tvirtinimo bėgelis fiksuojamas prie trakcinės sijos; 4. Atraminis volelis kelio sąnariui;	Įrenginys komplektuojamas su papildomais priedais: 1. Kojos atrama TD1020 su čiužiniu ir fiksatoriumi TD1030 tvirtinimui prie trakcinės sijos; Prekės aprašymas 8, 9, 17, 18 psl. 2. Blauzdikaulio tempimo įtaisas TD1010 , reguliuojamo kampo, fiksuojamas prie trakcinės sijos; Prekės aprašymas 8, 17 psl. 3. Tvirtinimo bėgelis TD1040 fiksuojamas prie trakcinės sijos; Prekės aprašymas 9, 18 psl. 4. Atraminis volelis SS2040 kelio sąnariui; Prekės aprašymas 7, 16 psl.
5.	Galimi standartiniai atraminio bato dydžiai: M; S ir L dydžiai	Būtina	Galimi standartiniai atraminio bato dydžiai: M; S ir L dydžiai. Prekės aprašymas 8, 17 psl.
6.	Dubens atrama plokštelės plotis	525 mm ± 10 mm	Dubens atrama plokštelės plotis 525 mm. Prekės aprašymas 4, 13 psl.
7.	Įrenginio paviršiai atsparūs plovimui ir dezinfekcijai	Būtina	Įrenginio paviršiai atsparūs plovimui ir dezinfekcijai. Prekės aprašymas 4, 13 psl.
8.	Įrenginio saugi darbinė apkrova	Ne mažiau kaip 200 kg	Įrenginio saugi darbinė apkrova 200 kg. Prekės aprašymas 4, 13 psl.
9.	Garantija	Ne trumpiau nei 36 mėn.	Garantija 36 mėn.
10.	CE sertifikatas	Būtina	CE sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu. Prekės aprašymas 5, 6, 14, 15, 19, 20 psl.

Viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė