

**SLAUGOS PRIEMONĖS (NR. 2631, 2632, 2636)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Bendrieji reikalavimai pirkimo dalims:

Eil. Nr.	Reikalavimai	Pateikiamo kartu su pasiūlymu dokumento pavadinimas, lapų sk.
1	Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu.	Pateikiama
2	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, yra įgaliojtas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą. Šis reikalavimas taikomas 7, 8, 9 pirkimo dalims.	Pateikiama
3	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: <u>tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus</u> ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (<i>pdf</i> formatu) <u>su vertimu į lietuvių kalbą</u> . Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.	Pateikiama

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Pirkimas skaidomas į 17 pirkimo dalių:**1 pirkimo dalis. Slaugytojo vėžimėlis manipuliacijoms – 25 vnt.**

TS Lentelė Nr. 1

Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai
-----------------	-----------------------------------	---	--

			Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) https://rcn-medizin.de/en/products/in-house-logistics/mrsa-und-hygienewagen/detail/hgw-100-1.html
1	Rėmas ir korpusas	Plastikinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms	Plastikinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
2	Pagrindas ir stalviršis	Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms	Pagamintas iš plastiko, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
3	Stūmimo rankena ir stalčiai	Plastikiniai. Stalčiai ištraukiami, skaidrūs Stalčių kiekis ne mažiau 3vnt.	Plastikiniai. Stalčiai ištraukiami, skaidrūs Stalčių kiekis 3vnt.
4	Spalva	Balta, kreminė, pilka	Balta
5	Vėžimėlio išoriniai matmenys	Aukštis nuo grindų iki stalviršio nuo 120cm iki 130cm ± 5cm Plotis nuo 40cm iki 75 cm Gylis nuo 40cm iki 45cm ± 2cm Svoris iki 20kg	Aukštis nuo grindų iki stalviršio 123 cm Plotis 70 cm. Gylis 41cm Svoris iki 19 kg
6	Ratukai	Dvigubi plastikiniai, ne mažiau 75mm diametro su stabdžiais	Dvigubi plastikiniai, 75mm diametro su stabdžiais
7	Komplektacija	Vienkartinių pirštinių dozatorius	Vienkartinių pirštinių dozatorius
8	CE atitikties deklaracija	Būtina	yra
9	Garantija	Ne mažiau 2 metų	2 metų

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

5 pirkimo dalis. Teleskopinė širma su vėžimėliu – 15 vnt.

TS Lentelė Nr. 5

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr.,
----------	----------------------------	----------------------------------	---

			pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) https://www.juventas.pl/parawany-medyczne/parawany-medyczne-teleskopowe/parawany-teleskopowe-prt-1-1332/
1	Paskirtis	Skirta sveikatos priežiūros įstaigoms, didesniai paciento privatumui užtikrinti	Skirta sveikatos priežiūros įstaigoms, didesniai paciento privatumui užtikrinti
2	Rėmas	Iš milteliniu būdu dažyto metalo ar lygiavertės medžiagos	Iš milteliniu būdu dažyto metalo
3	Širmos laikiklis	Teleskopinis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atspariu dezinfekcinėms medžiagoms. Sustumiamas ir reguliuojamas aukščiau.	Teleskopinis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atspariu dezinfekcinėms medžiagoms. Sustumiamas ir reguliuojamas aukščiau.
4	Ilgis	Sustumta: ne mažiau 70 cm Išskleista: ne daugiau 200 cm	Sustumta: 70 cm Išskleista: 200 cm
5	Aukščio reguliavimo diapazonas	150 – 170 cm	150 – 170 cm
6	Gylis	51 ±3 cm	51 cm
7	Širmos vežimėlis	Su 4 netepančiais grindų ratukais. Ratukai su stabdžiais	Su 4 netepančiais grindų ratukais. Ratukai su stabdžiais
8	Širmos audinys	Iš medvilnės ir poliesterio ar lygiavertės medžiagos	Iš medvilnės ir poliesterio
9	Audinio spalva	Galima pasirinkti iš paletės	Galima pasirinkti iš paletės
10	Širmos svoris	Ne daugiau 13 kg	13 kg
11	Žymėjimas CE ženklu	Turi būti paženklinta CE ženklu ir atitikti visus keliamus medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus.	paženklinta CE ženklu ir atitikti visus keliamus medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus.
12	Garantija	24 mėn.	24 mėn.

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

9 pirkimo dalis. Infekuoto paciento izoliavimo/transportavimo kamera – 1 vnt.

TS Lentelė Nr. 9

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus)
----------	-----------------------	----------------------------------	---

			patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1.	Kameros paskirtis	Neigiamo slėgio izoliavimo kamera su oro filtravimo sistema, infekuotų pacientų izoliavimui ir pervežimui	Neigiamo slėgio izoliavimo kamera su oro filtravimo sistema, infekuotų pacientų izoliavimui ir pervežimui
2.	Konstrukcija	1. Lengvai ir greitai sulankstoma, tinkama naudojimui su daugeliu paciento pervežimo vežimėlių 2. Viršutinė dalis pagaminta iš skaidraus poliuretano ne mažiau 300 mikronų ir orui nelaidaus poliuretano pagrindo, sujungtų užtrauktuku dėl lengvo naudojimo. 3. Kamera sutvirtinta ABS arba kito lygiaverčio plastiko lankais ir įstrižainiais skersiniais 4. Su ne mažiau kaip 3 paciento tvirtinimo diržai	1. Lengvai ir greitai sulankstoma, tinkama naudojimui su daugeliu paciento pervežimo vežimėlių 2. Viršutinė dalis pagaminta iš skaidraus poliuretano 300 mikronų ir orui nelaidaus poliuretano pagrindo, sujungtų užtrauktuku dėl lengvo naudojimo. 3. Kamera sutvirtinta ABS plastiko lankais ir įstrižainiais skersiniais 4. Su 3 paciento tvirtinimo diržai
3.	Kameros išmatavimai, kai kamera paruošta naudojimui	Ilgis: 2050 mm±30mm Plotis: 750 mm±30mm Aukštis: 510 mm±30mm	Ilgis: 2060 mm Plotis: 750 mm Aukštis: 510 mm
4.	Kameros išmatavimai, kai kamera sulankstyta	Ilgis: 900 mm±30mm Plotis: 450 mm±30mm Aukštis: 100 mm±30mm	Ilgis: 900 mm Plotis: 450 mm Aukštis: 100 mm
5.	Kameros svoris pervežimui	Ne daugiau kaip 7,5 kg	7 kg
6.	Integruotos angos pirštinėms, apsaugotos nuo oro nutekėjimo	Būtina. Ne mažiau 2 vnt, ties paciento krūtine.	2 vnt, ties paciento krūtine.
7.	Integruotos angos kateteriams arba kitai medicininei įrangai prijungti	Būtina. Ne mažiau 2 vnt, ties paciento krūtine.	2 vnt, ties paciento krūtine.
8.	Neigiamo slėgio palaikymo sistema	Būtina. Kamera turi integruotą neigiamo oro slėgio palaikymo sistemą kameros viduje, apsaugančią nuo infekuoto oro nutekėjimo į išorę ir užtikrinančią švaraus oro srautą	Kamera turi integruotą neigiamo oro slėgio palaikymo sistemą kameros viduje, apsaugančią nuo infekuoto oro nutekėjimo į išorę ir užtikrinančią švaraus oro srautą
9.	Neigiamo slėgio palaikymo sistemos reikalavimai	1. Turi garsinį, vaizdinį ir vibracinį indikatorius, pranešančius apie filtro užsikimšimą ir išsikraunantį akumuliatorių	1. Turi garsinį, vaizdinį ir vibracinį indikatorius, pranešančius apie filtro užsikimšimą ir išsikraunantį akumuliatorių

		2. Kompresoriaus oro srautas: ne mažiau 150-200 l/min ribose 3. Svoris: ne daugiau 1,4 kg 4. Akumuliatorius: ne prasčiau 7,2V, 4300 mAh 5. Akumuliatoriaus veikimo laikas: ne trumpiau 7,5 val. 6. Ne mažiau 5 vnt, ne prastesnių nei P3 R tipo filtrų (dalelių sulaikymas ne mažiau 99,95%), integruotų paciento galvos dalyje ir kojų dalyje, oro patekimui ir išleidimui	2. Kompresoriaus oro srautas: 150-200 l/min ribose 3. Svoris: 1,35 kg 4. Akumuliatorius: 7,2V, 4300 mAh 5. Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val. 6. 6 vnt, P3 R tipo filtrų (dalelių sulaikymas 99,95%), integruotų paciento galvos dalyje ir kojų dalyje, oro patekimui ir išleidimui
10.	Priedai (komplektacijoje):		
10.1	Neopreno pirštinės, tinkančios darbui su izoliavimo kamera	1 kompl.	1 kompl.
10.2	HEPA filtrai, tinkantys darbui su izoliavimo kamera	Ne mažiau 6 vnt	6 vnt
10.3	Transportavimo krepšys	1vnt.	1vnt.
11.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	pateikiama
12.	Kartu su įranga pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis	Būtina	pateikiama
13.	Įrangos garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.

* Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.