

Vakuumo siurblio su separatoriumi techninė specifikacija (orientacinis kiekis 2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametro reikšmės
			Modelis: „Turbo-Smart“, versija „B“ Kodai: 035105 + 035500 Gamintojas: „Cattani S.p.A.“, Italija
1.	Siurblio tipas	Vakuuminis pusiau šlapio tipo siurblys	Vakuuminis pusiau šlapio tipo siurblys. <i>Failas: 4-Technine dokumentacija.pdf,</i> <i>Psl.: 2, 3.</i>
2.	Paskirtis	Žmogaus burnos ertmėje susidarančiam seilių, kraujo ir vandens mišiniui siurbti	Žmogaus burnos ertmėje susidarančiam seilių, kraujo ir vandens mišiniui siurbti. <i>Psl.: 7, 8.</i>
3.	Valdymas	Iš kiekvienos odontologo darbo vietos	Iš kiekvienos odontologo darbo vietos. <i>Psl.: 4, 5, 6.</i>
4.	Bendras aptarnaujamų odontologo darbo vietų kiekis	Ne mažiau kaip 6 vnt.	8 vnt. (vienas siurblys aptarnauja 4 darbo vietas x 2 = 8 darbo vietos). <i>Psl.: 10, 11.</i>
5.	Maksimalus vakuumo gylis	$\geq 2000 \text{ mm H}_2\text{O}$	2141,46 mmH ₂ O (=210 mbar) (1 Milibaras [mBar] = 10.197 442 889 221 Vandens stulpelio milimetras [mmH ₂ O]). <i>Psl.: 10, 11, 12.</i>
6.	Sukuriams oro srautas	$\geq 1400 \text{ l/min}$	1700 l/min. <i>Psl.: 10, 11, 12.</i>
7.	Naudojamas elektros galingumas	$\leq 4 \text{ kW-10A}$	1,8 kW-7,5 A. <i>Psl.: 10, 11, 12.</i>
8.	Garso lygis	$\leq 70 \text{ dB}$	68,4 dB (A). <i>Psl.: 10, 11, 12.</i>
9.	Maitinimas	Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo	230 V, 50 Hz elektros tinklas. <i>Psl.: 9, 11, 12.</i>
10.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcijos lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1. Naudojimo instrukcijos lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
11.	Odontologinės įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženkliu liudijančių dokumentų kopijas)	Kartu su pasiūlymu pateikiame žymėjimą CE ženkliu liudijančios Atitikties deklaracijos kopiją anglų ir lietuvių kalba. <i>Failas: 5-EB Atitikties deklaracija.pdf</i>
12.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai. <i>Psl.: 13.</i>