

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KVĖPUOJAMIESIEMS KONTŪRAMS DEGUONIES TERAPIJAI SU APSAUGINIU SLĖGIO VOŽTUVU NAUJAGIMIAMS WILAMED AR LYGIAVERČIAMS ĮSIGYTI

1. Kvėpuojamieji kontūrai deguonies terapijai su apsauginiu slėgio vožtuvu naujagimiams Wilamed ar lygiaverčiai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- kliniškai švarūs;
- gofruotas;
- šildomas kontūras;
- su apsauginiu vožtuvu naujagimiams Wilamed arba lygiaverčiu;
- tinkantis Aircon (Wilamed) drėkintuvui;
- pritaikytas mažos tėkmės (low-flow) ir didelės tėkmės (hi-flow) O₂ terapijai naujagimiams;
- jungiančioji žarna Ø10 mm, 120 cm. Jungiančioji žarna Ø10 mm, 60 cm;
- adapterių rinkinys kaniulių pajungimui;
- apsauginis slėgio vožtuvas;
- skaidrus vandens rezervuaras, be užrašų ir vandens lygio žymeklių, su automatine vandens paėmimo sistema (plūde);

Orientacinis poreikis: 240 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklina.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.