

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis. Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai
Preliminarūs kiekis – 800 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, pilnas matomos mėlynos šviesos pralaidumas. Vandens kiekis medžiagoje ne daugiau 1%.	
2.	Ilgis	Nuo 12,5 mm iki 13,0 mm	
3.	Optikos diametras	6,0 mm	
4.	Optikos kraštas	Stačiakampis	
5.	Optinės dalies išgaubtumas	Asferinis	
6.	Refrakcijos indeksas	Nuo 1,49 iki 1,56	
7.	Laužiamoji galia	Nuo 10 D iki +30 D, žingsnis kas 0,5 D	
8.	Atraminų elementų forma	„C“, „L“ ar jų modifikacijos	
9.	Konstrukcija	Monolitiniai	
10.	Infekcijų prevencija <i>Pastaba. Galimybė pasiūlyti intraokolinius lęšius preimplantuotus į inektorius bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymu vertinime suteiksiantis papildomų balų.</i>	Pageidautina. Preimplantuoti į inektorius	
11.	Aplinkosauginiai reikalavimai	Intraokuliniams lęšiams pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai	Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad intraokuliniams lęšiams pagaminti nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

2 pirkimo objekto dalis. Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai
Preliminarūs kiekis – 100 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, pilnas matomos mėlynos šviesos pralaidumas. Vandens kiekis medžiagoje ne daugiau 1%.	
2.	Ilgis	Nuo 12,5 mm iki 13,0 mm	
3.	Optikos diametras	6,0 mm	
4.	Optikos kraštas	Stačiakampis	
5.	Optinės dalies išgaubtumas	Asferinis	
6.	Refrakcijos indeksas	Nuo 1,49 iki 1,56	
7.	Laužiamoji galia	Nuo 0 D iki +10 D, žingsnis kas 1 D	
8.	Atraminų elementų forma	„C“, „L“ ar jų modifikacijos	
9.	Konstrukcija	Monolitiniai	
10.	Infekcijų prevencija <i>Pastaba. Galimybė pasiūlyti intraokolinius lęšius preimplantuotus į injektorių bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymu vertinime suteiksiantis papildomų balų.</i>	Pageidautina. Preimplantuoti į injektorių	
11.	Aplinkosauginiai reikalavimai	Intraokuliniams lęšiams pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai	<i>Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad intraokuliniams lęšiams pagaminti nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.</i>

3 pirkimo objekto dalis. Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai be filtro mėlynai šviesai.
Preliminarūs kiekis – 1000 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
1.	Medžiaga	Hidruotas iki pusiausvyros	Hidruotas iki pusiausvyros

		būsenos fiziologiniu druskų tirpalu hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, pilnas matomos mėlynos šviesos pralaidumas. Vandens kiekis medžiagoje ne daugiau 5%.	būsenos fiziologiniu druskų tirpalu hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, pilnas matomos mėlynos šviesos pralaidumas. Vandens kiekis medžiagoje 4%.
2.	Ilgis	Nuo 12,5 mm iki 13,0 mm	12,5 mm
3.	Optikos diametras	6,0 mm	6,0 mm
4.	Optikos kraštas	Užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru	Užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru
5.	Optikos išgaubtumas	Neutraliai asferinis, nesukeliantis papildomų aberacijų	Neutraliai asferinis, nesukeliantis papildomų aberacijų
6.	Laužiamoji galia	Nuo 0,0 iki +34,0 D: Nuo 0,0 iki +10,0 D, žingsnis kas 1 D, Nuo +10,0 D iki +30,0 D, žingsnis kas 0,5 D, Nuo +30,0 D iki +34,0 D, žingsnis kas 1 D	Nuo 0,0 iki +34,0 D: Nuo 0,0 iki +10,0 D, žingsnis kas 1 D, Nuo +10,0 D iki +30,0 D, žingsnis kas 0,5 D, Nuo +30,0 D iki +34,0 D, žingsnis kas 1 D
7.	Atraminų elementų forma	„C“, „L“, „J“ ar jų modifikacijos	„C“ modifikuota
8.	Konstrukcija	Vienos dalies	Vienos dalies
9.	Pateikimo sąlygos	Teikiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais	Teikiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais
10.	Infekcijų prevencija Pastaba. <u>Galimybė pasiūlyti intraokolinius lęšius preimplantuotus į injektorių bus vertinama kaip privalumas, pasiūlymų vertinime suteiksiantis papildomų balų.</u>	Pageidautina. Preimplantuoti į injektorių	Preimplantuotas į injektorių (preloaded)
11.	Aplinkosauginiai reikalavimai	Intraokuliniams lęšiams pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai	<i>Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, kad intraokuliniams lęšiams pagaminti nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.</i> Pateikta

PRIVALOMI REIKALAVIMAI:

1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylių optinėje dalyje.

2. Visi siūdomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. Tiekėjas privalo pateikti skaitmeninės galiojančių CE sertifikatų kopijas (CE sertifikatų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinai, jei CE sertifikatas pateikiamas anglų kalba).
3. Perkančioji organizacija intraokulinių lęšių užsakymus vykdo pagal poreikį. Intraokulinių lęšių dydžiai bei jų kiekiai nurodomi užsakyme. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, siūlomų intraokulinių lęšių 1 (vieno) vnt. įkainis turi būti vienodas.
4. Tiekėjas privalo savo sąskaita pristatyti perkančiajai organizacijai intraokulinius lęšius su kasetėmis implantavimui turimiems chirurginiams instrumentams arba su vienkartiniais injektoriais, arba intraokulinius lęšius preimplantuotus į inektorius.
5. Tiekėjas privalo savo sąskaita pristatyti perkančiajai organizacijai užsakytus intraokulinius lęšius per 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančios organizacijos užsakymo pateikimo.
6. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalo pateikti siūlomų intraokulinių lęšių 3 (tris) vnt. dažniausiai naudojamų intraokulinių (užpakalinės kameros sulankstomų) lęšių dydžių (nuo + 20,0 D iki +22,0 D) pavyzdžius – įvertinti. Prašydama pateikti pavyzdžius, perkančioji organizacija nurodys pavyzdžių laužiamąją galią.
7. Bus vertinami tik tiekėjo pasiūlyti ir intraokulinių lęšių gamintojų kataloguose (markeriu pažymėta) ir/ar intraokulinių lęšių gamintojų parengtuose bei tiekėjo patvirtintuose siūlomų intraokulinių lęšių aprašuose nurodyti bei objektyviai gaminami intraokuliniai lęšiai. Tiekėjo pasiūlymai su intraokulinių lęšių gamintojo išipareigojimu pagaminti intraokulinius lęšius pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.
8. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.
9. Tiekėjai turi turėti ir pateikti perkančiajai organizacijai dokumentus, įrodančius, kad tiekėjai yra parduodamų intraokulinių lęšių gamintojo oficialūs atstovai arba turi susitarimą/leidimą ar kitą dokumentą su intraokulinių lęšių gamintoju, leidžiančiu jam vykdyti intraokulinių lęšių prekybą/tekimą.