

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BIOPSINIŲ ADATŲ NUKREIPĖJŲ KOMPLEKTAMS ĮSIGYTI

1.-2. Vienkartiniai biopsijos adatų nukreipėjai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);
- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- skirtas naudoti su davikliu EV29L;
- komplekte: sterilus, smailėjantis daviklio apklotas, kurio išmatavimai: $2,5 \pm 0,5$ cm x $30,5 \pm 0,5$ cm);
- pakuotėje 24vnt.;
- ant pakuotės nurodyta galiojimo laikas ir pagaminimo data;
- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Pirkimo dalies Nr.	Pravedėjas	Orientacinis poreikis (vnt.)
1.	Transrektinėms biopsijoms	1 032
2.	Transperinealinėms biopsijoms	504

Priemonės (priešais) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinaimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

Consumables			
Transperineal			
251062	EV-29L-TPK-24		Complete Transperineal Needle Guide Kit for EV29L (24-Pack) - US & JAPAN ONLY Includes: 24 units of single-use sterile, transperineal needle guides, gel packets and latex-free sheaths For use with EV29L transducer
251067	EV-29L-TP-S-24		Sterile transperineal needle guide for use with Exact Imaging EV29L transducer, 24-pack (EV-29L-TP-24) and CIV-Flex™ sterile transducer cover (10.1 tapered to 2.5 x 30.5 cm), 24-pack (251068)

Sterilus transperinealinis adatos nukreipėjas, skirtas naudoti su davikliu EV29L, pakuotėje 24vnt. ir CIV-Flex sterilus daviklio apklotas (10.1 smailėjantis, išmatavimai 2,5 cm x 30,5 cm).

251065	EV-29L-TR-S-24		Sterile transrectal needle guide for use with Exact Imaging EV29L transducer, 24-pack (EV-BIOG-24) and CIV-Flex™ sterile transducer cover (10.1 tapered to 2.5 x 30.5 cm), 24-pack (251068)
Other consumables			

Sterilus transrektalinis adatos nukreipėjas, skirtas naudoti su davikliu EV29L, pakuotėje 24vnt. ir CIV-Flex sterilus daviklio apklotas (10.1 smailėjantis, išmatavimai 2,5 cm x 30,5 cm).

Pirkimo dalies Nr.	Pravedėjas	Kodas	Ant pakuotės bus nurodyta galiojimo laikas ir pagaminimo data	Su nurodyta pakuotės atidarymo vieta	Atitinka tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinaimą	Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, bus pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai
1.	Transrektinėms biopsijoms	251065	Taip	Taip	Taip	Taip
2.	Transperinealinėms biopsijoms	251067	Taip	Taip	Taip	Taip

Tvirtinu. Direktoriaus Gediminas Česnavičius

