

Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, faks. 8-41 200590, el. p.info@mprekyba.lt.
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

PASIŪLYMAS MEDICINOS ĮRANGAI IR MEDICININIAMS BALDAMS

2022-01-30

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas	UAB „M Prekyba“
Tiekėjo adresas	Metalistų g. 8, Lt-78136, Šiauliai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Marius Martinaitis, direktorius
Telefono numeris, Fakso numeris	869889208
Tiekėjo įmonės kodas	302575426
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	LT100005808814
El. pašto adresas	info@mprekyba.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - atviro konkurso pirkimo dokumentuose; kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Pasiūlymas galioja iki iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (<i>jungtinės veiklos partneris, subtiekejys ar trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi</i>)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %) (<i>ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas</i>)

Mes siūlome šias prekes: 2, išvardinti siūlomas pirkimo dalis

2 pirkimo dalis

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas, gamintojas, modelis, konkreti modifikacija	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM
2	Gulinčių pacientų transportavimo vežimėlis <i>Malvestio, INTHE 320832</i>	16	Vnt.	3129.00	3786.09	50064.00
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai EUR be PVM						50064.00
PVM (21%) suma						60577.44
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai EUR su PVM						10513.44

4 pirkimo dalis

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas, gamintojas, modelis, konkreti modifikacija	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM
4	Procedūrų staliukas <i>Karrel, K820200X</i>	10	vnt.	1323.00	1600.83	13230.00
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai EUR be PVM						13230.00
PVM (21%) suma						2778.30
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai EUR su PVM						16008.30

11 pirkimo dalis

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas, gamintojas, modelis, konkreti modifikacija	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM
11	Chirurginių priemonių vežimėlis <i>Karrel, K820200X</i>	4	Vnt.	1323.00	1600.83	5292.00
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai EUR be PVM						5292.00
PVM (21.%) suma						1111.32
Bendra pasiūlymo kaina pirkimo daliai EUR su PVM						6403.32

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas privalo užpildyti 1 SPS priedą „Techninė specifikacija“ siūlomoms prekėms.

Su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti pateikti dokumentus, nurodytus pirkimo dokumentų SPS 21 p., įrodančius parduodamos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Priešti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Visa informacija yra konfidenciali, išskyrus tą, kurią privaloma viešinti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.	

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Prekių garantinis aptarnavimo terminas yra toks:

Prekės pavadinimas	Garantinis aptarnavimo terminas (mėnesiais)
	24 mėn

Direktorius	XXXXX	Marius Martinaitis
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2 Pirkimo dalis. Gulinių pacientų transportavimo vežimėlis - 16 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Gulinių pacientų transportavimo vežimėliai		
2.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	Malvestio, INTHESES 320832, Italija, prašome žiūrėti pridedamą dokumentą „2 pirkimo dalis. Pervežimo vežimėlis“
3.	Transportinio vežimėlio paskirtis	Pritaikytas siauroms patalpoms, padidinto manevringumo, tinkantis pacientų apžiūrai, transportavimui ir procedūroms pusiau sėdimoje bei gulimoje padėtyje, o taip pat neilgalaikiam pacientų gulėjimui (atstotų funkcinę lovą)	Pritaikytas siauroms patalpoms, padidinto manevringumo, tinkantis pacientų apžiūrai, transportavimui ir procedūroms pusiau sėdimoje bei gulimoje padėtyje, o taip pat neilgalaikiam pacientų gulėjimui (atstotų funkcinę lovą)
4.	Apsauginiai bamperiai	Visuose keturiuose kampuose	Visuose keturiuose kampuose
5.	Rentgeno kasetės laikiklis	Būtina	Rentgeno kasetės laikiklis
6.	Važiuoklės paviršius	Turinti dvi ertmes: 1. Turi horizontalias nišas su tvirtinimo diržais 2 deguonies balionams, dešinėje ir kairėje pusėje 2. Stačiakampio formos nišą daiktams susidėti	Turinti dvi ertmes: 1. Turi horizontalias nišas su tvirtinimo diržais 2 deguonies balionams, dešinėje ir kairėje pusėje 2. Stačiakampio formos nišą daiktams susidėti
7.	Važiuoklė	1. Su keturiais pagrindiniais manevruojamais, 210 mm ± 10 mm skersmens ratukais, užtikrinančiais funkcinės lovos / vežimėlio manevringumą bei važiavimo tiesiai stabilumą. 2. Turi ne mažiau tris operatyviai perjungiamas centrinės stabdžių sistemos padėtis manevravimui bei stabdymui: a) visi ratukai laisvai sukasi apie savo ašį, nestabdomi. b) vienas ratukas fiksuotas važiavimui tiesiai.	1. Su keturiais pagrindiniais manevruojamais, 200 mm skersmens ratukais, užtikrinančiais funkcinės lovos / vežimėlio manevringumą bei važiavimo tiesiai stabilumą. 2. Turi tris operatyviai perjungiamas centrinės stabdžių sistemos padėtis manevravimui bei stabdymui: a) visi ratukai laisvai sukasi apie savo ašį, nestabdomi. b) vienas ratukas fiksuotas važiavimui tiesiai.

		c) įjungta centrinė stabdžių sistema (visi ratukai stabdomi). 3. Po dvi stabdžių valdymo svirtis vežimėlio galvūgalyje ir kojūgalyje.	c) įjungta centrinė stabdžių sistema (visi ratukai stabdomi). 3. Po dvi stabdžių valdymo svirtis vežimėlio galvūgalyje ir kojūgalyje.
8.	Valdymo būdas	1. Hidraulinis arba lygiavertis (pvz. hidro - pneumatinis arba pneumatinis). 2. Aukščio reguliavimo ribos: 610 - 890 mm (ne siauresniame diapazone už nurodytą). 3. Galimybė atlikti šias manipuliacijas: a) Čiužinio platformos aukščio reguliavimas, b) Galvūgalio pusės nuleidimas, c) Kojūgalio dalies nuleidimui.	1. Hidraulinis. 2. Aukščio reguliavimo ribos: 610 - 940 mm. 3. Galimybė atlikti šias manipuliacijas: a) Čiužinio platformos aukščio reguliavimas, b) Galvūgalio pusės nuleidimas, c) Kojūgalio dalies nuleidimui.
9.	Čiužinio platforma	1. Dviejų sekcijų – nugaros ir sėdmenų/kojų. 2. Pagamintas iš HPL plokštės ar lygiavertės medžiagos.	1. Dviejų sekcijų – nugaros ir sėdmenų/kojų. 2. Pagamintas iš HPL plokštės.
10.	Vežimėlio sekcijų pozicijos (pagal paciento padėti)	1. Horizontali (gulima) padėtis; 2. Pusiau sėdima padėtis; 3. Trendelenburgo ir Anti-Trendelenburgo padėtys.	1. Horizontali (gulima) padėtis; 2. Pusiau sėdima padėtis; 3. Trendelenburgo ir Anti-Trendelenburgo padėtys.
11.	Transportavimo rankenos	1. Sumontuotos kojūgalyje ir galvūgalyje; 2. Rankenos galvūgalio srityje nulenkiamos iš vertikalios padėties į horizontalią, 3. Keičiant galvūgalio dalies kampą rankenų padėtis nekinta. 4. Dvi atskiros rankenos kojūgalyje.	1. Sumontuotos kojūgalyje ir galvūgalyje; 2. Rankenos galvūgalio srityje nulenkiamos iš vertikalios padėties į horizontalią, 3. Keičiant galvūgalio dalies kampą rankenų padėtis nekinta. 4. Dvi atskiros rankenos kojūgalyje.
12.	Specialios vietos teleskopiniams infuziniams stovams. Vieno kabliuko apkrova ne mažiau nei 5 kg	Būtina	Specialios vietos teleskopiniams infuziniams stovams. Vieno kabliuko apkrova 5 kg
13.	Nugaros atlošas pakeliamas/nuleidžiamas dujinių spyruoklių arba lygiaverčių mechanizmų pagalba.	Būtina	Nugaros atlošas pakeliamas/nuleidžiamas dujinių spyruoklių pagalba.
14.	Apsauginiai šoniniai rėmai	1. Metaliniai arba lygiavertės medžiagos, 2. Nuleidžiami į galvūgalio arba kojūgalio pusę, 3. Fiksuojami viršutinėje padėtyje, 4. Nulenkimo mechanizmas su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo, 5. Nulenkimo mechanizmas sumontuotas kojūgalyje arba galvūgalyje,	1. Metaliniai, 2. Nuleidžiami į kojūgalio pusę, 3. Fiksuojami viršutinėje padėtyje, 4. Nulenkimo mechanizmas su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo, 5. Nulenkimo mechanizmas sumontuotas galvūgalyje, 6. Pakelto apsauginio rėmo išmatavimai:

		6. Pakelto apsauginio rėmo išmatavimai: a) Ilgis nemažesnis kaip 1250 mm, b) aukštis (matuojant nuo čiužinio pagrindo) ne mažesnis kaip 350 mm.	a) Ilgis nemažesnis 1300 mm, b) aukštis (matuojant nuo čiužinio pagrindo) 390 mm.
15.	Čiužinys	1. Čiužinio išmatavimai turi atitikti siūlomo vežimėlio čiužinio platformos išmatavimus, 2. Čiužinio pagrindas(vidus) pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, 3. Čiužinio užvalkalas: a) Plaunamas, b) Pralaidus orui, c) dezinfekuojamas, d) nepralaidus skysčiams. 4. Čiužinio storis 7 cm ± 3 cm, 5. Užtrauktukas apimantis ne mažiau 270° čiužinio perimetro, su apsauginiu krašteliu nuo skysčių patekimo į čiužinio vidų, 6. Čiužinio apkrova ne mažiau 150 kg	1. Čiužinio išmatavimai atitinka siūlomo vežimėlio čiužinio platformos išmatavimus, 2. Čiužinio pagrindas(vidus) pagamintas iš poliuretano, 3. Čiužinio užvalkalas: a) Plaunamas, b) Pralaidus orui, c) dezinfekuojamas, d) nepralaidus skysčiams. 4. Čiužinio storis 10 cm, 5. Užtrauktukas apimantis 270° čiužinio perimetro, su apsauginiu krašteliu nuo skysčių patekimo į čiužinio vidų, 6. Čiužinio apkrova 200 kg
16.	Saugi darbinė vežimėlio apkrova	Ne mažiau 240 kg	240 kg
17.	Išoriniai matmenys (ilgis x plotis)	≤ (2110 x 790) mm	2110 x 790 mm
18.	Čiužinio platformos išmatavimai (ilgis x plotis)	≥ (1900 x 650) mm	2000 x 650 mm
19.	Nugaros sekcijos pavertimo kampas	Ne mažiau 90°	90°
20.	Trendelenburgo/anti-Trendelenburgo reguliavimo kampai	Ne siauresnis kaip +16°/-16°	+16°/-16°
21.	Vežimėlio svoris (be priedų)	Ne daugiau nei 130 kg	121 kg
22.	Garantinis laikotarpis	1. Ne mažiau nei 24 mėn. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	1. 24 mėn. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
23.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

4 Pirkimo dalis. Procedūrų staliukas - 10 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Procedūrų staliukas		
2.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	Karrel, K820200X, prašome žiūrėti pridedamą dokumentą „4 ir 11 pirkimo dalis“
3.	Procedūrinis vežimėlis su keturiais stalčiais	3 stalčių aukštis ne mažiau 150 mm 1 stalčiaus aukštis ne mažiau 230 mm	3 stalčių aukštis 150 mm 1 stalčiaus aukštis 230 mm
4.	Rėmas ir šonų korpusai pagaminti iš nerūdijančio plieno (AISI304 arba lygiaverčio)	Būtina	Rėmas ir šonų korpusai pagaminti iš nerūdijančio plieno (AISI304)
5.	Rankena stūimui	Būtina	Rankena stūimui
6.	Darbastalis iš nerūdijančio plieno (AISI304 arba lygiaverčio) su borteliu nuo daiktų nuslydimo	Būtina	Darbastalis iš nerūdijančio plieno (AISI304) su borteliu nuo daiktų nuslydimo
7.	Stalčiai plieniniai; priekinė dalis iš kieto plastiko (ABS) su apvaliais kampais ir kraštais.	Būtina	Stalčiai plieniniai; priekinė dalis iš kieto plastiko (ABS) su apvaliais kampais ir kraštais.
8.	Stalčiai su centriniu užraktu	Būtina	Stalčiai su centriniu užraktu
9.	Ratukai	Ne mažiau 4, iš kurių bent du su stabdžiais. Ratukų diametras ne mažiau 125 mm	4, iš kurių du su stabdžiais. Ratukų diametras 125 mm
10.	Apsauginiai buferiai	Visuose vežimėlio kampuose	Visuose vežimėlio kampuose
11.	Komplektacija:	1. Laikiklis su dėžute (ne mažesne kaip 1 ltr.) adatoms, 2. Laikiklis su dėžute vienkartinėms pirštinėms, 3. Stovas su stalčiukais, ne mažiau 10 vnt., 4. Plastikinė atliekų dėžė (ne mažesne kaip 10 ltr.).	1. Laikiklis su dėžute (1 ltr.) adatoms, 2. Laikiklis su dėžute vienkartinėms pirštinėms, 3. Stovas su stalčiukais, 10 vnt., 4. Plastikinė atliekų dėžė (10 ltr.).
12.	Išoriniai išmatavimai (PxGxA), (be priedų)	(75 x 55 x 100) cm ± 10 cm	67x 64 x 100) cm
13.	Vežimėlio apkrova	Ne mažiau 150 kg	200 kg
14.	Garantinis laikotarpis	1. Ne mažiau nei 24 mėn. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama	1. 24 mėn. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei

		techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
15.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

11 Pirkimo dalis. Chirurginių priemonių vežimėlis - 4 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Chirurginių priemonių vežimėlis		
2.	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	Karrel, K820200X, prašome žiūrėti pridedamą dokumentą „4 ir 11 pirkimo dalis“
3.	Vežimėlis su keturiais stalčiais	Būtina	3 stalčių aukštis 150 mm 1 stalčiaus aukštis 230 mm
4.	Rėmas ir šonų korpusai pagaminti iš nerūdijančio plieno (AISI304 arba lygiaverčio)	Būtina	Rėmas ir šonų korpusai pagaminti iš nerūdijančio plieno (AISI304)
5.	Šone rankena stūmimui	Būtina	Rankena stūmimui
6.	Darbastalis iš nerūdijančio plieno (AISI304 arba lygiaverčio) su borteliu nuo daiktų nuslydimo	Būtina	Darbastalis iš nerūdijančio plieno (AISI304) su borteliu nuo daiktų nuslydimo
7.	Stalčiai plieniniai; priekinė dalis iš kieto plastiko (ABS) su apvaliais kampais ir kraštais	Būtina	Stalčiai plieniniai; priekinė dalis iš kieto plastiko (ABS) su apvaliais kampais ir kraštais.
8.	Stalčiai su centriniu užraktu	Būtina	Stalčiai su centriniu užraktu
9.	Ratukai	Ne mažiau 4, iš kurių bent du su stabdžiais. Ratukų diametras ne mažiau 125 mm	4, iš kurių du su stabdžiais. Ratukų diametras 125 mm
10.	Apsauginiai buferiai	Visuose vežimėlio kampuose	Visuose vežimėlio kampuose
11.	Komplektacija:	1. Laikiklis su dėžute (ne mažesne kaip 1 ltr.) adatoms,	1. Laikiklis su dėžute (1 ltr.) adatoms,

		2. Laikiklis su dėžute vienkartinėms pirštinėms, 3. Stovas su stalčiukais, ne mažiau 10 vnt., 4. Plastikinė atliekų dėžė (ne mažesne kaip 10 ltr.).	2. Laikiklis su dėžute vienkartinėms pirštinėms, 3. Stovas su stalčiukais, 10 vnt., 4. Plastikinė atliekų dėžė (10 ltr.).
12.	Išoriniai išmatavimai (PxGxA), (be priedų)	(75 x 55 x 100) cm ± 10 cm	67x 64 x 100) cm
13.	Vežimėlio apkrova	Ne mažiau 150 kg	200 kg
14.	Garantinis laikotarpis	1. Ne mažiau nei 24 mėn. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.	1. 24 mėn. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
15.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba