

Techninės priežiūros (TP) REGLAMENTAS

2020 m. balandžio 20 d.
Vilnius

PRIETAISAS	Pavadinimas: Magnetinio rezonanso tomografas Tipas: Philips „Achieva TX 3.0T“ Gamybos metai: 2013		
ATLIEKAMI DARBAI	Pavadinimas	Periodiškumas	Aprašymas
	1. Filtrų ir kompiuterių valymas/siurbimas	3 mėn.	31-42 psl.
	2. GA, GC aušinimo sistemų patikra, pildymas pagal poreikį	3 mėn.	83-168 psl.
	3. Helio aušinimo sistemos patikra, linijų pildymas heliu pagal poreikį	3 mėn.	174 psl.
	4. Gradientų sistemos patikra	6 mėn.	73-82 psl.
	5. Magneto sistemos patikra	3 mėn.	179-190 psl.
	5. Paciento stalo sistemos valymas ir funkcinis tikrinimas	3 mėn.	194 psl.
	6. Programiniai funkcijų patikros testai	3 mėn.	203-204 psl.
	7. Sistemos kokybės patikros testas (PIQT)	3 mėn.	214 psl.
NAUDOJAMI PRIETAISAI IR MEDŽIAGOS	Nemagnetinių įrankių komplektas Siurblys IST serviso raktas, analizės kompiuteris su programine įranga LHe talpa su manomantru ir pildymo linija Distiliuotas vanduo, glikolis		
DOKUMENTACIJA	Achieva Planned Maintenance		

Darbų atlikimo trukmė: ____ 5 ____ val.

TP reglamentas parengtas pagal ” Achieva Planned Maintenance“

Parengė

