

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu.

2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (toliau – Dokumentai). Šiuose Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Nepateikus Dokumentų kartu su pasiūlymu, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1 pirkimo dalis. Pulsoksimetras – 100 vnt.**TS Lentelė Nr. 1**

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) *
1.	Paskirtis	Skirtas arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimams	Skirtas arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir pulso matavimams
2.	Rezultatai pateikiami	LED ar lygiavėčiame ekrane. Pasirenkami 2 skirtingi ekrano režimai. Grafinė pulso skalė, elementų indikatorius.	OLED ekrane. Pasirenkami 2 skirtingi ekrano režimai. Grafinė pulso skalė, elementų indikatorius.
3.	Veikimo principas	Nereikalauja kalibravimo ir paciento pagalbos matavimo metu	Nereikalauja kalibravimo ir paciento pagalbos matavimo metu
4.	Maitinimo šaltinis	2 x AAA tipo elementai (apie 20 darbo valandų)	2 x AAA tipo elementai (apie 30 darbo valandų)
5.	Matavimo ribos	SpO2 70-99% pulsas 30-240 k/ min	SpO2 35-99% pulsas 30-250 k/ min
6.	Garantija	24 mėn.	24 mėn.

12 pirkimo dalis. Slaugytojo vežimėlis manipuliacijoms– 45 vnt.

TS Lentelė Nr. 12

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrus patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, <u>kuriuose aprašytas nurodytas parametras</u> (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) *
1.	Rėmas ir korpusas	Plastikinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms	Plastikinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
2.	Pagrindas ir stalviršis	Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms	Pagamintas iš plastiko atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
3.	Stūmimo rankena ir stalčiai	Plastikiniai. Stalčiai ištraukiami, skaidrūs Stalčių kiekis ne mažiau 3vnt.	Plastikiniai. Stalčiai ištraukiami, skaidrūs Stalčių kiekis 3vnt.
4.	Spalva	Balta, kreminė, pilka	Balta
5.	Vėžimėlio išoriniai matmenys	Aukštis nuo grindų iki stalviršio nuo 120cm iki 130cm ± 5cm Plotis nuo 70 cm iki 75 cm Gylis nuo 40cm iki 45cm ± 2cm Svoris iki 19kg	Aukštis nuo grindų iki stalviršio 123 cm Plotis 70 cm. Gylis 41cm Svoris iki 19 kg
6.	Ratukai	Dvigubi plastikiniai, ne mažiau 75mm diametro su stabdžiais	Dvigubi plastikiniai, 75 mm diametro su stabdžiais
7.	Komplektacija	Vienkartinių pirštinių dozatorius	Vienkartinių pirštinių dozatorius
8.	CE atitikties deklaracija	Būtina	CE atitikties deklaracija
9.	Garantija	Ne mažiau 2 metų	2 metų