

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės hemodializės procedūroms (7914)**

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų ar lygiavertčio dokumento reikalavimus. CE ženklintas, pateikti kartu su pasiūlymu įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
5. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vienetas	Maksimalus perkamas kiekis	vnt. įkainis Eur be PVM	PVM tarifas	vnt. įkainis Eur su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM	Firminis siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas, kodas gamintojo kataloge*
5	Dializatoriai su sintetine polinefrono membrana.	Su sintetine polinefrono/polietersulfono membrana; plotas - 1,5-2,1 m ² ; UF koef. 16-82; sterilizuotas gama spinduliais, korpuse ir membranoje nėra bisfenolio. Nepralaidi šviesai aliumininė pakuotė. Pakuotėje yra būtinas specialus paketas su medžiaga, kuri absorbuoja deguonį.	vnt	10000	8,10	5	8,51	81000,00	85050,00	Dialhemo, Hemotech/Farmasol/Pollet Medical Group
10	Dializatorius Nr.2	HD dializatorius ekvivalentiškas HDF procedūrai: šalina vidutinės ir didelės molekulinės masės molekules. Membrana pagaminta iš poliariltersulfono/polivinilpirolidono (3 sluoksnių struktūra, Medium Cut-Off). Vidinis diametras -180 µm, sienelės storis - 35 µm. Plotas 1,7 m²,UF ≥ 48. Kraujo tūris dializatoriuje 91 ml. Maksimalus TMP (Transmembraninis slėgis) 600 mmHg. Sterilizacija garais.	vnt	1000	16,50	5	17,33	16500,00	17325,00	Theranova 400, Baxter/Gambro
11	Dializatorius Nr.3	HD dializatorius ekvivalentiškas HDF procedūrai: šalina vidutinės ir didelės molekulinės masės molekules. Membrana pagaminta iš poliariltersulfono/polivinilpirolidono (3 sluoksnių struktūra, Medium Cut-Off). Vidinis diametras -180 µm, sienelės storis - 35 µm. Plotas 2,0 m²,UF ≥ 59. Kraujo tūris dializatoriuje 105 ml. Maksimalus TMP (Transmembraninis slėgis) 600 mmHg. Sterilizacija garais.	vnt	200	17,50	5	18,38	3500,00	3675,00	Theranova 500, Baxter/Gambro
12	Dializatorius Nr.4	Sintetinė didelio laidumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai. Plotas 2,2m²,UF ≥ 60; klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500 ml/min,(UF =0) turi būti didesnis arba lygus: urea - 260ml/min , kreatininas – 230 ml/min, fosfatai – 200 ml/min , vit. B12- 140ml/min Sterilizacija gama spinduliais. Plotas 1.6-2.2, UF 50.	vnt	200	17,50	5	18,38	3500,00	3675,00	Evodial 1.6/ Evodial 2.2, gamintojas Baxter/Gambro,
36	Sausos sodos talpa "Nikkiso", "Nipro" aparatams	Sausos sodos talpa 650-700 g, tinkanti "Nikkiso", "Nipro" aparatams.	vnt.	1000	1,90	5	2,00	1900,00	1995,00	Carthemo 650 g, Hemotech/Farmasol/Pollet Medical Group
38	Bikarbonatinis koncentratas Nr.2	Rūgštus; K-1,0-3,0 mmol/l, Ca-1,00-1,75 mmol/l; ne >10 litrų talpoje.	litrai	3000	4,40	5	4,62	13200,00	13860,00	Solhemo A, Hemotech/Farmasol/Pollet Medical Group

39	Koncentratas su kalciu	Citratinis koncentratas: Na - 138-140, K-1,0-4,0, Ca 0-1,75 mmol/l; citrato 0,8 mmol/l, acetato 0,3 mmol/l, 5-10 litrų talpos plastikiniuose bakeliuose. Skiedimo santykis 1+44.	litrai	48000	1,40	5	1,47	67200,00	70560,00	Solhemo C, Hemotech/Farmasol/Pollet Medical Group
40	Koncentratas be kalcio	Citratinis koncentratas be kalcio. Na 138-140, K 3-4 mmol/l, citrato 0,8 mmol/l, acetato 0,3 mmol/l. 5-10 litrų talpos plastikiniuose maišeliuose. Skiedimo santykis 1+44.	litrai	400	5,90	5	6,20	2360,00	2478,00	Solhemo C, Hemotech/Farmasol/Pollet Medical Group