

PIRKIMO SUTARTIS

2016 m. rugpjūtis 3 d. Nr. 49-1359
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB ANMEDA TECHNA (toliau – Pardavėjas), atstovaujama generalinės direktorės Neringos Korotajevienės, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas medicinines įrangos VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei, adresu: Liepojos g. 39 ir Liepojos g. 41, Klaipėda (toliau – prekės) pirkimo atviro konkurso būdu procedūros Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. liepos 19 d. protokolą Nr. ADM-478.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. **Sutarties objektas** – medicininių įrangos pirkimas VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei, adresu: Liepojos g. 39 ir Liepojos g. 41, Klaipėda. **I dalis - įranga dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimui (Liepojos g. 39, Klaipėda):**

1.1.1. Greitaeigė dvipusė automatinė 5 lygių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina su džioviniu ir priedais – 2 vnt.;

1.1.2. Dvipusis, montuojamas į vieną sieną, 8 STV (1 STV=300x300x600mm) frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius - 1 vnt.;

1.1.3. Dvipusis, montuojamas į vieną sieną, 8 STV (ISTV=300x300x600mm) frakcionuoto vakuumo garo ir žemos temperatūros sterilizatorius – 1 vnt.

Detalus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai pateikti techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. **Sutarties kaina** – 364 676,00 Eur (trys šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai 00 centų), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	1 mato vnt. kaina, Eur su PVM	Kiekis	Bendra kaina, Eur su PVM
1.	Greitaeigė dvipusė automatinė 5 lygių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina su džioviniu ir priedais	Kompl.			
2.	Dvipusis, montuojamas į vieną sieną, 8 STV (1 STV=300x300x600mm) frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius	Kompl.			
3.	Dvipusis, montuojamas į vieną sieną, 8 STV (ISTV=300x300x600mm) frakcionuoto vakuumo garo ir žemos temperatūros sterilizatorius	Kompl.			
Bendra kaina, Eur su PVM					364676,00

3. Sutartyje fiksuojama bendra prekių kaina, kuri galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, fiksuota kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma toms Prekėms, už kurių patiekimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. Pardavėjas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Prekių kainą, kurias jis dėl savo kaltės vėlavo patiekti Sutartyje numatytais terminais. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

II. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI

4. **Prievolių įvykdymo terminai:** Prievolių vykdymo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.

4.1. Pardavėjas Prekes turi pristatyti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti, suderinti/išbandyti ir paruošti darbui, personalą apmokyti dirbti su Prekėmis, perduoti Pirkėjui Prekių naudojimo instrukcijas lietuvių ir originalo kalba bei atlikti kitas prievoles, būtinas tinkamai įvykdyti Sutartį, per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, ne ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui. Pardavėjui gali būti suteikiama teisė į termino pratęsimą, jeigu:

4.2.1. Pirkėjas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jai nustatytus įsipareigojimus ir todėl Pardavėjas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba pilnai;

4.2.2. Pirkėjo Pardavėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Pardavėjo prievolių įvykdymo terminams;

4.2.3. Atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Pardavėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekėjai pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

4.2.4. Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai.

4.3. Jeigu Pardavėjas mano, kad pagal kurią nors 4.2 punkte nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta teisė gauti kokį nors terminų pratęsimą, tai Pardavėjas privalo raštu pranešti Pirkėjui, nurodydamas nuo Pardavėjo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Pardavėjas gali įgyti teisę į terminų pratęsimą atitinkamai atidedant prievolių įvykdymo pabaigos datą.

4.4. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių įvykdymo terminą, jokių būdu negali priklausyti nuo Pardavėjo.

4.5. Prievolių įvykdymo termino pratęsimas įforminamas Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. **Apmokėjimo šaltinis** – už faktiškai Sutarties 4.1 punkte įvykdytas prievoles apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo abipusiai pasirašytų Prekių priėmimo-perdavimo aktų ir pateiktų sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

6. **Finansavimo šaltinis:** Investicinės valstybės biudžeto lėšos skirtos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, pagal LR finansų ministro, laikinai einančio sveikatos apsaugos ministro pareigas 2016-03-04 įsakymus Nr. V-330 ir Nr. V-322.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. **Sutarties šalių teisės ir pareigos:**



7.1. Pirkėjas įsipareigoja:

7.1.1. sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarties 4.1 p. nurodytoms prievolėms tinkamai įvykdyti;

7.1.2. sumokėti už tinkamai įvykdytas Sutarties 4.1 p. nurodytas prievoles pagal Sutarties sąlygas.

7.2. Pirkėjas turi teisę:

7.2.1. reikalauti iš Pardavėjo atlyginti nuostolius, padarytus 4.1 p. nurodytų prievolių įvykdymo uždelsimu ar atsiradusius pateikus nekokybiškas Prekes.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja:

7.3.1. pristatyti Prekes Sutarties 11.1 punkte nurodytu adresu pagal konkurso sąlygų aprašo reikalavimus, savo rizika bei sąskaita, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai;

7.3.2. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Pardavėjui pristatyti Prekes nustatytais terminais;

7.3.3. kartu su Prekėmis pateikti Prekių naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalba bei konsultuoti Pirkėją kitais su Pardavėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;

7.3.4. atlyginti Pirkėjui nuostolius, atsiradusius dėl Pardavėjo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo;

7.3.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

8. Šalių atsakomybė:

8.1. Pardavėjas pristatęs nekokybiškas ir/ar pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančias Prekes privalo sumokėti Pirkėjui 10 % baudą nuo visos Sutarties sumos ir per 15 kalendorinių dienų pakeisti (pristatyti) Prekes tinkamomis.

8.2. Pardavėjas už pavėluotai pristatytas Prekes moka Pirkėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

8.3. Už kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą Pardavėjas moka 100 eurų baudą, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį, perspėjus Pardavėją faksu ar el. paštu. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Pardavėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

8.4. Pirkėjas, nesumokėjęs už pristatytas Prekes pagal Sutartyje nustatytus terminus, Pardavėjui raštiškai pareikalavus, moka Pardavėjui 0,02 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.5. Pardavėjui vėluojant atlikti 4.1 p. nurodytas prievoles ar jas atlikus nekokybiškai, taip pat vilkinant 4.1 p. numatytų prievolių įvykdymą ar piktnaudžiaujant, Pirkėjas, siekdama apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

8.6. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pardavėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Pirkėjui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

8.7. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

8.7.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

8.7.2. Pažeidimas, kai Pardavėjas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Prekių pristatymą, raštiškai įspėtas neužtikrina Prekių kokybės ar daugiau nei 2 kartus pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9. Užtikrinimai ir draudimai:

9.1. Pardavėjas ne vėliau kaip per **5 darbo dienas** nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti **Sutarties įvykdymo užtikrinimą** – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė - **5 (penki) procentai** nuo bendros Sutarties kainos (su PVM). Jeigu Pardavėjas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Pardavėjas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 4 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos, su teise jį pratęsti. Jei prievolių vykdymo terminas būtų pratęstas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas taip pat turi būti pratęstas tam pačiam laikotarpiui ir 30 kalendorinių dienų po jo pabaigos. Sutartis turi būti užtikrinama nenutrūkstamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, įmonės kodas 188710823. **Sutartis įsigalioja tik** Pardavėjui **pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.**

9.2. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Pardavėjo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Pardavėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskačiuoti iš galutinės pagal Sutartį Pardavėjui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį.

10. Prekių kokybė ir garantijos:

10.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus. Pardavėjas įsipareigoja pašalinti visus prekių pristatymo, sumontavimo/instaliavimo/įdiegimo, suderinimo/išbandymo ir/ar paruošimo darbui metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita.

10.2. Pirkėjas Prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu (el. paštu) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prekių gavimo.

10.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų ir/ar nekokybiškas Prekes;

10.4. Iki perkamų Prekių priėmimo visa rizika ir atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui;

10.5. Parduodamoms Prekėms yra suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija ir/ar ne mažesnė nei gamintojo suteikiama garantija nuo Prekių sumontavimo, pajungimo ir instaliavimo dienos. Garantija netaikoma, jei defektai atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

10.6. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad Prekės neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus Prekių defektams Pardavėjas turi juos pašalinti arba Prekes pakeisti naujomis savo lėšomis;

10.7. Garantiniu laikotarpiu įvykus Prekės gedimui ne dėl Pirkėjo kaltės Pirkėjas Pardavėjui apie gedimą praneša raštu (el. paštu). Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo atvykti ir pašalinti Prekės gedimą. Pardavėjui nepavykus pašalinti gedimo vietoje, Pardavėjas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų pakeisti sugedusias Prekes naujomis. Prekių taisymo ir/ar keitimo metu Pardavėjas savo lėšomis suteikia Pirkėjui lygiavertės prekes, kuriomis Pirkėjas naudojasi neatlygintinai. Sugedusių Prekių pakeitimas naujomis įforminamas Pardavėjo ir Pirkėjo pasirašomu pakeistų Prekių priėmimo-perdavimo aktu;

10.8. Jei Prekių trūkumų neįmanoma pašalinti, o Pardavėjas nesutinka ar negali Prekių pakeisti savo sąskaita naujomis per 10.7 punkte nustatytą terminą, arba paaiškėja, kad Prekės neatitinka Sutartyje nurodytų keliamų kokybės reikalavimų arba paaiškėja, kad Pardavėjas apie Prekės atitiktį Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę Prekes grąžinti ir Sutartį/Sutarties dalį dėl Prekės pirkimo nutraukti. Pardavėjas privalo atsiimti Parduotą Prekę, grąžinti Pirkėjui sumokėtą už Prekę pinigų sumą;

10.9. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Prekėmis, kurioms nustatytas garantijos terminas, dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskačiuojamas tol, kol Pardavėjas tas

kliūtis pašalina. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Pirkėjas negalėjo Prekių naudoti dėl trūkumų;

10.10. Jei dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių arba Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje nurodyto modelio prekės nebegaminamos ir Pardavėjas pateikia gamintojo raštišką patvirtinimą, kad Sutartyje nurodyto modelio prekės nebegaminamos ir Pardavėjas negali pristatyti nurodyto modelio prekės, kitoms Sutarties Šalims raštu išreiškus Sutikimą, Pardavėjas vietoje Sutartyje nurodyto modelio prekės turi teisę pateikti kito modelio, tačiau ne blogesnių charakteristikų prekes, nekeičiant Sutartyje užfiksuotos bendros pasiūlymo kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.

11. Prekių pristatymo ir priėmimo tvarka:

11.1. Pardavėjas pristato Prekes adresu:

11.1.1. I pirkimo dalis - įranga dezinfekcijos sterilizacijos proceso modernizavimui – Liepojos g. 39, Klaipėda;

11.1.2. Prekių priėmimo faktas patvirtinamas Sutarties Šalių pasirašomu Prekių priėmimo-perdavimo aktu.

11.2. Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą reikalingą Prekių dokumentaciją (sąskaitas, kokybę patvirtinančius CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas arba lygiaverčius dokumentus, garantijos dokumentus, naudojimosi ir priežiūros instrukcijas lietuvių ir originalo kalba ir pan.).

12. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

12.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Pardavėjo atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Pardavėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

12.1.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.1.3. Po raštiško Pirkėjo įspėjimo Pardavėjas neužtikrina Prekių kokybės ar nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

12.1.4. Pardavėjas nevykdo bent vieno Sutartimi priimto įsipareigojimo.

12.1.5. Įspėjus Pardavėją apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo dienų nuo įspėjimo Pardavėjui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu ar el. paštu.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais, kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas.

12.2.1. Pirkėjui arba Pardavėjui vienašališkai nutraukus Sutartį, Pardavėjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos patiektas Prekes, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Pirkėjas privalo apmokėti už patiektas Prekes, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Pardavėjo kaltės.

12.2.2. Pardavėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Pardavėjas privalo Pirkėjo reikalavimu sumokėti 2 (dviejų) procentų baudą nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.

840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

13.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.4. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Pirkėjas raštu nenurodo kitaip, Pardavėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.5. Pardavėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. **Ginčų sprendimas:** Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Pardavėjo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieškinį teismui pagal Pirkėjo buveinės vietą, nurodytą juridinių asmenų registre.

15. Kitos sutarties sąlygos:

15.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui Sutartyje numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

15.2. Sutartis galioja 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

15.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo Šalių įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo.

15.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygų apraše. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti

rengiant Konkurso sąlygų aprašą ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas (pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo šaltiniams, pasikeitus rekvizitams).

15.5. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

15.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Pardavėjas arba Pirkėjas šios sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Pardavėjas arba Pirkėjas.

15.7. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

15.8. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

15.9. Pirkėjas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbia CVP IS.

15.10. Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Pardavėją, kai pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo Sutarties pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Pirkėjo reikalavimai pripažinti pirkimo Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Paskelbusi tokią informaciją, Pirkėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Pardavėją.

16. **Baigiamosios nuostatos:** Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu arba el. paštu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

17. **Sutarties dokumentai:** prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriami Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:

17.1. Konkurso sąlygų aprašas patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-26 įsakymu Nr. AD1-1247; Konkurso sąlygų aprašo priedai; Pirkėjo iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai;

17.2. Pardavėjo užpildyta pasiūlymo forma ir Pirkėjo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Pardavėjo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus) (dokumentai saugomi pas Pirkėją);

17.3. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka.

18. **Pirkėjo atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir kontrolę** – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės laikinai einanti vyriausiosios slaugos administratoriaus pareigas **Rasa Zakarienė**, tel. (8 46) 39 65 55, el. paštas r.zakariene@kul.lt, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyriaus Projektų atrankos ir analizės poskyrio vyr. specialistė **Daiva Šakinienė**, tel. (8 46) 39 60 46, el. paštas daiva.sakinienė@klaipeda.lt, kurios koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, tikrina prekių kokybę ir atitiktį Sutarties sąlygų reikalavimams, bei jų priėmimą, organizuoja visą susirašinėjimą su Pardavėju, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratęsimą, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip Pardavėjas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingiems asmenims už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Pirkėjas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu.

VII. PRIEDAI

19. Priedas – Techninė specifikacija, 10 lapų.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

PIRKĖJAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 61 78, faks. (8 46) 41 0051

Kodas 188710823


Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
Saulius Budinas

(parašas)



A. V.

PARDAVĖJAS

UAB ANMEDA TECHNA

Kodas 301232595

PVM mok. kodas LT 100003608316

Baltupio g. 91-1, 08308 Vilnius

Tel./Faksas 8 5 2796055

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

A. s. LT57 7300 0101 0925 9733

Direktorė

Neringa Korotajevienė

(parašas)



Parengė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04
2016-07-18

Priedas: 2016m. rugpjūtis 3 d. Nr. 79-1359


MEDICININĖS ĮRANGOS VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINEI LIGONINEI,
ADRESU: LIEPOJOS G. 39 IR LIEPOJOS G. 41, KLAIPĖDA, TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS - ĮRANGA DEZINFEKCIJOS STERILIZACIJOS PROCESO
MODERNIZAVIMUI (Liepojos g. 39, Klaipėda)

1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GREITAEIGEI DVIPUSEI AUTOMATINEI 5 LYGIŲ
INSTRUMENTŲ PLOVIMO-DEZINFEKAVIMO MAŠINAI SU DŽIOVINIMU IR
PRIEDAIS

Eil. Nr.	Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Chirurginių instrumentų plovimo - dezinfekavimo greitaeigė mašina su džiovinimo funkcija	2 vnt.	
2.	Paskirtis - mašina turi būti pritaikyta įvairių chirurginių instrumentų plovimui bei termininei dezinfekcijai. Mašinos privalo turėti priedus skirtus universaliam užkrovimui, kad to paties užkrovimo metu būtų galima plauti vienalyčius chirurginius instrumentus ir operacines priemones rinkinius.	Būtina	
3.	Konstruktinis išpildymas	Dvipusis modelis	
4.	Durys - mechaninės, valdomos ergonomiška rankena, durų medžiaga - armuotas stiklas, naudojamos kaip pakrovimo/iškrovimo stalas	Būtina	
5.	Valdymas	Mikroprocesorinis	
6.	Gamintojo instaliuotos standartinės programos nemažiau 12 skirtingų, atitinkančių LST EN15883 reikalavimus, galimybė užprogramuoti ne mažiau 50 papildomų programų.	Būtina	
7.	Kameros talpa	Ne daugiau 225 litrų	
8.	Kameroje tarpiniai rotaciniai purkštukai nemažiau nei šešiuose lygiuose, purškia vandenį dviem kryptimis	Būtina	
9.	Krepšių su instrumentais išdėstymas	Būtina	

	kameroje ne mažiau 5 lygiuose, 10 vienetų DIN (480mm x 240mm x 50 mm) dydžio krepšių.		
10.	Plovimo kameros naudinga talpa ne mažiau 550 mm x 650 mm x 620 mm (plotis x aukštis x gylis). Medžiaga: nerūdijantis plienas 316 L arba geresnis	Būtina	
11.	Mašinos gabaritai ne daugiau 850 mm x 2000mm x 700 mm (plotis x aukštis x gylis)	Būtina	
12.	Vandens kaitinimas	Elektrinis	
13.	Plovimo bei neutralizavimo priemonių dozavimas automatinis, dozuojamų priemonių srauto kontrolė. Ne mažiau 2 dozavimo pompų su galimybe padidinti iki 4 vnt.	Būtina	
14.	Greitas kameros užpildymas vandeniu ir ištuštinimas	Ne daugiau 30sek.	
15.	Integruotas rezervuaras pirminiam vandens pašildymui iki 90°C	Būtina	
16.	Pilnas standartinio plovimo dezinfekavimo proceso laikas su džiovinimu ne daugiau 45min.	Būtina	
17.	Integruotas šilumos keitiklis džiovintuve	Būtina	
18.	Privalomi HEPA filtrai su filtrų blokavimo kontrole	Būtina	
19.	Plovimo metu cirkuliuojančio vandens slėgio kontrolė	Būtina	
20.	Cirkuliacinės pompų našumas	Ne mažiau 500l/min.	
21.	Galimybė pasirinkti dezinfekcijos kontrolę pagal A0	Būtina	
22.	Maksimalus vandens sunaudojimas vienai fazei standartinėje chirurginių instrumentų programoje esant pilnam užkrovimui	Ne daugiau 23 litrų.	
23.	Elektros maitinimas	Trifazis 3 x 400V / 50 Hz	
24.	Įrenginio galingumas	Ne daugiau 11 kW	
25.	Jungtys nepriklausomai validacijai pagal LST EN ISO 15883, nepriklausomas temperatūros	Būtina	
26.	matuoklis ir vandens pavyzdžių paėmimo jungtys.		
27.	Įmontuotas terminis spausdintuvas duomenų registravimui	Būtina	
28.	Išorinės duomenų perdavimo jungtys RS323 ir RS485 arba lygiavertės	Būtina	
	Komplektacija dviem įrenginiam		
29.	Priemonės instrumentų pakrovimui, montuojamos į vieną transformuojamą pakrovimo rėmą	Būtina	



30.1.	Universalus penkių lygių rėmas, komplektuojamas ne mažiau kaip su 10 vnt. instrumentų padėklų pilno 480x240x50mm	2 kompl.	
30.2.	Vamzdelinių instrumentų plovimo dezinfekavimo rėmas su ne mažiau, kaip 36 jungtimis, montuojamas į poz. 30.1, išmontavus bet kurį pasirinktą pakrovimo lygį	2 kompl.	
30.3	RO vandens paruošimo įranga, atitinkanti įrenginio pajėgumus	1vnt.	
30.	Įrangos instaliacija ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą	Būtina	
31.	Konkursui pateikti techninius reikalavimus patvirtinančią dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis.	Būtina	
32.	Įranga turi turėti CE ženklą su atpažinimo numeriu	Būtina	
33.	Įrenginys turi atitikti MDD 93/42/EEC, LST EN ISO 15883-1,2:2009, pateikti atitikties deklaraciją ir sertifikatus.	Būtina	
34.	Gamintojas turi turėti LST EN ISO 9001:2008/AC:2009, LST EN ISO 13485:2005 sertifikatus, pateikti nurodytus dokumentus.	Būtina	
35.	Garantinis aptarnavimas ne mažiau 12 mėn.	Būtina	
36.	Firminis pavadinimas, gamintojas		

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DVIPUSIAM MONTUOJAMAM Į VIENĄ SIENĄ FRAKCIONOTO VAKUUMO GARO STERILIZATORIUI

Eil. Nr.	Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	8 STV (1 STV=300x300x600mm) frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius	1 vnt.	
2.	Sterilizatoriaus išmatavimai ne daugiau:	aukštis 1980 mm plotis 1250 mm gylis 1650 mm	

3.	Sterilizatoriaus kamera stačiakampė, sterilizavimo kameros išmatavimai ne mažiau:	aukštis 700 mm plotis 660 mm gylis 1300 mm	
4.	Sterilizatoriaus sterilizavimo kameros tūris	Ne mažiau 600 litrų	
5.	Kameroje turi tilpti ne mažiau 8 vienetų STV (300x300x600mm), 9 ISO pilno dydžio sterilizacijos krepšių.	Būtina	
6.	Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, sienelės storis ne mažiau 6 mm ir kameros durys, pagaminta iš poliruoto nerūdijančio plieno (ne blogiau, kaip AISI 316 L markės plieno)	Būtina	
7.	Proceso vamzdynai ir komponentai pagaminti iš nerūdijančio plieno.	Būtina	
8.	Dvejos automatinės durys vertikaliai slankiojančios, valdomos pneumatiniu cilindru su kontroliuojama apsauga nuo atsidarymo, kai kameroje yra slėgis.	Būtina	
9.	Pakrovimo pusėje įrengti prietaisai rodantys tuo pačiu metu kameros ir apvalkalo slėgį.	Būtina	
10.	Durų tarpinės užsandinamos suspausto oro pagalba	Būtina	
11.	Sterilizatoriaus elektros energijos suvartojimas standartiniam sterilizacijos ciklui prie 134° C su pilna metalo įkrova, t. y. 15kg/ STV pagal LST EN 285-24.8	Ne daugiau 11 kW/h	
12.	Privalo būti įmontuotas pilnai automatinis, plieninis, elektrinis garų generatorius, su automatiniu ištuštinimu, valdomas mikroprocesoriumi ir slėgio keitikliu. Garo suvartojimas standartiniam sterilizacijos ciklui prie 134° C su pilna metalo įkrova, t. y. 15kg/ STV pagal LST EN 285-24.8	Ne daugiau 16 kg	
13.	Pilna sterilizacijos ciklo trukmė, esant 134°C temperatūrai su pilna supakuota metalinių medicinos prietaisų įkrova, t. y. 15kg/ STV (120kg/ciklui) pagal LST EN 285-24.8	30 min ± 2min.	
14.	Sterilizatoriaus vandens suvartojimas vienam ciklui 134°C temperatūroje.	Ne daugiau 230 litrų	
15.	Spalvotas lietimui jautrus ekranas, įmontuotas kameros šone, ne mažesnis kaip 10 colių, pakrovimo ir iškrovimo pusėse, su pagrindinių ciklo parametrų vaizdavimu diagrama, laiko likusio iki	Būtina	

	ciklo pabaigos, klaidos pranešimai, matomu iš ne mažiau, kaip 10 metrų atstumo.		
16.	Valdymo panelė turi atsarginį elektros elementą, palaikantį elektros tiekimą dingus maitinimo įtampai.	Ne mažiau 10 sekundžių	
17.	Garsinis ir vizualinis signalas, gedimų ir klaidų atveju, bei pasibaigus procesui, ne mažiau 80dB.	Būtina	
18.	Vandens, garo ir energijos suvartojimo matavimo funkcija ir ataskaitos spausdinimas po kiekvieno proceso.	Būtina	
19.	Integruotas ne mažiau 4“ terminis spausdintuvas su popieriaus surinkimo įrenginiu sterilizacijos ciklo parametrams spausdinti, sumontuotas sterilizatoriaus pakrovimo pusėje. Spausdina proceso ataskaitą ir proceso grafiką vienoje ataskaitoje.	Būtina	
20.	Elektroninė vartotojo atpažinimo sistema pakrovimo ir iškrovimo pusėse.	Būtina	
21.	Nuotolinė sterilizacijos proceso būklės ir gedimų stebėjimo sistema operatoriaus telefone ar kompiuteryje.	Būtina	
22.	Įrenginys paruoštas pajungimui į bendrą skaitmeninę medicininių instrumentų sekimo ir dokumentavimo sistemą.	Būtina	
23.	Sterilizatorius turi ne mažiau kaip 7 sterilizacijos ir patikros programas patvirtintas darbui pagal LST EN 285:2006 + A2:2009 reikalavimus: 1. supakuotų vienalyčių ir ertminių instrumentų, tekstilės, porėtos įkrovos validuota programa 134°C temperatūroje; 2. Karščiui jautrių vienalyčių ir ertminių medicinos prietaisų, gumos, plastiko, porėtos įkrovos sterilizacijos programa 121°C temperatūroje; 3. Greitas sterilizacijos procesas neįpakuotiems vienetiniams instrumentams 134°C temperatūroje; 4. Optikos instrumentų sterilizacijos programa su laipsnišku slėgio ir temperatūros kėlimus 134°C temperatūroje; 5. Sterilizatoriaus pašildymo programa, sterilizatoriaus paruošimui darbo dienai,	Būtina	

	su automatinio paleidimo programuojama funkcija. 6. Bowie Dick testas. 7. Nuotekio (sandarumo) testas.		
24.	Komplektuojama su 2vnt., ergonomiškų pakrovimo-iškrovimo vežimėlių, su prisitvirtinimo mechanizmu prie sterilizatoriaus kameros ir dviejų lygių pakrovimo rėmu, 1 vnt.	Būtina	
25.	Būtina vandens paruošimo sistema, atitinkanti dviejų sterilizatorių poreikius ir technines charakteristikas.	Būtina	
26.	Komplektuojama su 9 vienetais pilno dydžio sterilizacijos krepšių, atitinkančių kameros matmenis.	Būtina	
27.	Apsauginis slėgio mažinimo vožtuvas, avarinis išjungimas, apsauga nuo perkaitimo ir kitos.	Būtina	
28.	Sterilizatorius privalo atitikti LST EN 285:2006 + A2:2009, ir medicinos gaminių direktyvos 93/42/EEC reikalavimams (CE ženklas), atitikimas PED 97/23/EC arba lygiaverčius	Būtina	
29.	ISO 9001:2008; ISO13485:2003 arba lygiaverčius	Būtina	
30.	Įranga patvirtinta kasdieniam darbui pagal LST EN ISO 17665-1:2006.	Būtina	
31.	Įrangos instaliacija ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą	Būtina	
32.	Konkursui pateikti techninius reikalavimus patvirtinančią dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis.	Būtina	
33.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 12 mėn.	
34.	Perkamas kiekis	1 kompl.	
35.	Firminis pavadinimas, gamintojas		

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DVIPUSIAM MONTUOJAMAM Į VIENĄ SIENĄ FRAKCIONOTO VAKUUMO GARO IR ŽEMOS TEMPERATŪROS STERILIZATORIUI


Eil. Nr.	Privalomi techniniai parametrai ir komplektacija	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant
----------	--	-------------------	--



			kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	8 STV (ISTV=300x300x600mm) frakcionuoto vakuumo garo ir žemos temperatūros sterilizatorius	1 vnt.	
2.	Sterilizatoriaus išmatavimai ne daugiau:	aukštis 1980 mm plotis 1100 mm gylis 1650 mm	
3.	Sterilizatoriaus kamera stačiakampė, sterilizavimo kameros išmatavimai ne mažiau:	aukštis 700 mm plotis 660 mm gylis 1300 mm	
4.	Sterilizatoriaus sterilizavimo kameros tūris	Ne mažiau 600 litrų	
5.	Kameroje turi tilpti ne mažiau 8 vienetų STV (300x300x600mm), 9 ISO pilno dydžio sterilizacijos krepšių.	Būtina	
6.	Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, sienelės storis ne mažiau 6 mm ir kameros durys, pagaminta iš poliruoto nerūdijančio plieno (ne blogiau, kaip AISI 316 L markės plieno)	Būtina	
7.	Proceso vamzdynai ir komponentai pagaminti iš nerūdijančio plieno.	Būtina	
8.	Dvejos automatinės durys vertikalios slankiojančios, valdomos pneumatiniu cilindru su kontroliuojama apsauga nuo atsidarymo, kai kameroje yra slėgis.	Būtina	
9.	Pakrovimo pusėje įrengti prietaisai rodantys tuo pačiu metu kameros ir apvalkalo slėgį	Būtina	
10.	Durų tarpinės užsandarinamos suspausto oro pagalba	Būtina	
11.	Sterilizatoriaus elektros energijos suvaizojimas standartiniame sterilizacijos ciklui prie 134° C su pilna metalo įkrova, pagal LST EN 285-24.8 sterilizacijos ciklui	Ne daugiau 11 kW/h	
12.	Privalo būti įmontuotas pilnai automatinis, plieninis, elektrinis garų generatorius, su automatiniu ištuštinimu, valdomas mikroprocesoriumi ir slėgio keitikliu, garo suvaizojimas standartiniame sterilizacijos ciklui prie 134° C su pilna metalų įkrova, pagal LST EN 285-24.8	Ne daugiau 16 kg	

13.	Medicinių instrumentų sterilizavimo formaldehido garais programų laikas su maksimalia leistina įkrova -80 °C ciklo laikas - ne daugiau 110 min. -65 °C ciklo laikas- ne daugiau 160 min. -55 °C ciklo laikas- ne daugiau 250 min.	Būtina	
14.	Elektros energijos suvartojimas standartiniam sterilizacijos ciklui formaldehido garais su leistina instrumentų įkrova -80 °C - ne daugiau 12 kWh. -65 °C - ne daugiau 13 kWh. -55 °C - ne daugiau 19 kWh.	Būtina	
15.	Sterilizacijai naudojamas 35% formaldehido tirpalas išpilstytas į hermetiškai uždarytus buteliukus ne daugiau 400ml. Vienas buteliukas skirtas vienam procesui. Formaldehido tirpalo vienkartinio naudojimo buteliukai turi atitikti Medicinių įrenginių direktyvą MDD 93/42/EEB, buteliukas turi būti ženklintas CE.	Būtina	
16.	Spalvotas lietimui jautrus ekranas, įmontuotas kameros viršuje, ne mažesnis kaip 10 colių, pakrovimo ir iškrovimo pusėse, su pagrindinių ciklo parametrų vaizdavimu diagrama, laiko likusio iki ciklo pabaigos, klaidos pranešimai, matomu iš ne mažiau, kaip 10 metrų atstumo.	Būtina	
17.	Valdymo panelė turi atsarginį elektros elementą, palaikantį elektros tiekimą dingus maitinimo įtampai.	Ne mažiau 10 sekundžių	
18.	Garsinis ir vizualinis signalas, gedimų ir klaidų atveju, bei pasibaigus procesui, ne mažiau 80dB	Būtina	
19.	Vandens, garo ir energijos suvartojimo matavimo funkcija, ataskaitos spausdinimas po kiekvieno proceso	Būtina	
20.	Integruotas ne mažiau 4' terminis spausdintuvas su popieriaus surinkimo įrenginiu sterilizacijos ciklo parametrams spausdinti, sumontuotas sterilizatoriaus pakrovimo pusėje. Spausdina proceso ataskaitą ir proceso grafiką vienoje ataskaitoje.	Būtina	
21.	Elektroninė vartotojo atpažinimo sistema pakrovimo ir iškrovimo pusėse.	Būtina	
22.	Nuotolinė sterilizacijos proceso būklės ir gedimų stebėjimo sistema operatoriaus	Būtina	

	telefone ar kompiuteryje.		
23.	Įrenginys paruoštas pajungimui į bendrą skaitmeninę medicininių instrumentų sekimo ir dokumentavimo sistemą	Būtina	
24.	Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 10 sterilizacijos ir patikros programas patvirtintas darbui pagal LST EN 285:2006 + A2:2009 ir LST EN 14180:2004+A2:2009 reikalavimus: - Supakuoti instrumentai, mišri įkrova 134°C temperatūroje; - Supakuoti instrumentai, mišri įkrova 121°C temperatūroje; - Nesupakuoti instrumentai, greitas ciklas 134°C temperatūroje; - Karščiui jautriems instrumentams 80°C temperatūroje; - Karščiui jautriems instrumentams 65°C temperatūroje; - Karščiui jautriems instrumentams 55°C temperatūroje; - Kameros pašildymo programa; - Kameros atvėsimo programa; Testavimo ciklai: - Bowie Dick testas - Vakuumo testas	Būtina	
25.	Komplektuojama su 2vnt., ergonomiškų pakrovimo-iškrovimo vežimėlių, su prisitvirtinimo mechanizmu prie sterilizatoriaus kameros ir dviejų lygių pakrovimo rėmu, 1 vnt.	Būtina	
26.	Komplektuojama su 9 vienetais pilno dydžio sterilizacijos krepšių, atitinkančių kameros matmenis.	Būtina	
27.	Apsauginis slėgio mažinimo vožtuvas, avarinis išjungimas, apsauga nuo perkaitimo ir kitos.	Būtina	
28.	Sterilizatorius privalo atitikti LST EN 285:2006 + A2:2009, ir medicinos gaminių direktyvos 93/42/EEC reikalavimams (CE ženklas), atitikimas PED 97/23/EC arba lygiavertčius	Būtina	
29.	ISO 9001:2008; ISO 13485:2003, LST EN 14180:2004+A2:2009 arba lygiavertčius	Būtina	
30.	Įranga patvirtinta kasdieniam darbui pagal LST EN ISO 17665-1:2006.	Būtina	
31.	Įrangos instaliacija ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą	Būtina	



32.	Konkursui pateikti techninius reikalavimus dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis.	Būtina	
33.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 12 mėn.	
34.	Perkamas kiekis	1 kompl.	
35.	Firminis pavadinimas, gamintojas		

