

1 pirkimo objekto dalis. Sieninė konsolė I

Tiekėjo pasiūlymas:

Eil. nr.	Parametrai	Reikalaujamo parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis	Nurodyti	Sieninė konsolė RN07-DN3I, MZ Liberec, Čekija. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 1</i>
2	Konsolės matmenys	160 cm ≤ x ≤ 175 cm ilgio konsolė Tikslūs matmenys bus suderinami su tiekėju užsakymo metu	160 cm ≤ x ≤ 175 cm ilgio konsolė Tikslūs matmenys bus suderinami su tiekėju užsakymo metu. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 2</i>
3	Konsolės konstrukcijos tipas	Montuojama ant sienos, horizontali konstrukcija, kurioje sumontuoti: medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai, standartinis bėgelis	Montuojama ant sienos, horizontali konstrukcija, kurioje sumontuoti: medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai, standartinis bėgelis. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 3</i>
4	Medicininis bėgelis	1. Ne mažiau kaip vienas standartinis medicininis bėgelis priedams kabinti; 2. Bėgelio ilgis ne mažesnis nei 40 cm; 3. Bėgelis konsolės viršuje arba apačioje. Bėgelis turi netrukdyti įstatyti deguonies drėkintuvo ir vakuumo regulatoriaus. Tikslī vieta bus suderinama su tiekėju užsakymo metu. 4. Bėgelio vieta (pvz. centre, kairėje ar dešinėje pusėje) bus suderinta su tiekėju užsakymo metu	1. Vienas standartinis medicininis bėgelis priedams kabinti; <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 4.1</i> 2. Bėgelio ilgis 40 cm; <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 4.2</i> 3. Bėgelis konsolės viršuje arba apačioje. Bėgelis netrukdyt įstatyti deguonies drėkintuvo ir vakuumo regulatoriaus. Tikslī vieta bus suderinama su tiekėju užsakymo metu. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 4.3</i> 4. Bėgelio vieta (pvz. centre, kairėje ar dešinėje pusėje) bus suderinta su tiekėju užsakymo metu. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 4.4</i>
5	Konsolėje sumontuota	LED apšvietimas skaitymui ir naktinio apšvietimo LED lempa	LED apšvietimas skaitymui ir naktinio apšvietimo LED lempa. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 5</i>
6	Reikalavimai dujų tiekimui	Visos jungtys turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą, DIN	Visos jungtys užtikrins greitą prisijungimą ir atitiks mechaninį jungčių kodavimą, DIN. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 6</i>
7	Deguonies tiekimas 5 bar	≥1 jungtis	1 jungtis. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 7</i>
8	Oro tiekimas 5 bar	≥1 jungtis	1 jungtis. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 8</i>
9	Vakuomo tiekimas	≥1 jungtis	1 jungtis. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 9</i>
10	Vienfazės elektros rozetės su žeminiu	2 vnt. 220 V ± 10%, 50 Hz	2 vnt. 220 V ± 10%, 50 Hz. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 10</i>
11	Kompiuterinio tinklo RJ45 jungtis	≥2 vnt.	2 vnt. <i>Techninės specifikacijos patvirtinimas psl. 1, Eil Nr. 11</i>
12	Tiekėjas turės parengti vietą ASCOM iškviatimo sistemos moduliui (mygtukui) instaliuoti	Būtina, vieta mygtukui bus daroma vietoje, tik tose konsolėse, kuriose tuo momentu bus įrenginėjami iškviatimo sistemos moduliai (mygtukai). Tiekėjas turės prijungti pateiktą modulį (mygtuką) ir įstatyti jį į konsolę.	Vieta mygtukui bus daroma vietoje, tik tose konsolėse, kuriose tuo momentu bus įrenginėjami iškviatimo sistemos moduliai (mygtukai). Tiekėjas prijungs pateiktą modulį (mygtuką) ir įstatys jį į konsolę. <i>UAB Asanmeda patvirtinimas psl. 1</i>
		Kiekis	46
		Mato vienetas	vnt.
		Vieneto kaina be PVM, Eur	694,00
		Suma be PVM, Eur	31924,00
		PVM suma, Eur	6704,04
		Suma su PVM, Eur	38628,04