

Šlapimo indų ir basonų plovimo dezinfekavimo mašinos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūdomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Automatinė plovimo - dezinfekavimo mašina, pritaikyta basonų ir šlapimo indų (su visu turiniu) išplovimui bei termininei dezinfekcijai, pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos)	Automatinė plovimo - dezinfekavimo mašina, pritaikyta basonų ir šlapimo indų (su visu turiniu) išplovimui bei termininei dezinfekcijai, pagaminta iš nerūdijančio plieno <i>Žiūrėti 1 psl. „Gamintojo deklaracija.pdf“</i>
2.	Mašinos konstrukcija	1. Atskirai pastatoma; 2. Vienpusis modelis; 3. Pakraunama iš priekio.	1. Atskirai pastatoma; 2. Vienpusis modelis; 3. Pakraunama iš priekio. <i>Žiūrėti 2 psl. „Brošiūra.pdf“</i>
3.	Mašinos išoriniai matmenys	1. Plotis 400-600 mm; 2. Gylis 500-700 mm; 3. Aukštis ≤ 1500 mm.	1. Plotis 450 mm 2. Gylis 500 mm 3. Aukštis 1500 mm <i>Žiūrėti 2 psl. „Brošiūra.pdf“</i>
4.	Daugiafunkcinis plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje	Būtinai daugiafunkcinis plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje	Daugiafunkcinis plaunamų - dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje <i>Žiūrėti „PROHS 114_rev.02.pdf“</i>
5.	Kameroje plovimui - dezinfekavimui vienu metu talpinama (pasirinktinai):	1. Ne mažiau kaip vienas basonas ir vienas šlapimo indas; 2. Ne mažiau kaip trys šlapimo indai („antelės“).	1. Vienas basonas ir du šlapimo indai; 2. Trys šlapimo indai („antelės“) <i>Žiūrėti „PROHS 114_rev.02.pdf“</i>
6.	Garo tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus	Būtinai garo tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus.	Garo tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus. <i>Žiūrėti 2 psl. „Brošiūra.pdf“</i>
7.	Pilna mašinos vamzdyno dezinfekcija po kiekvieno plovimo – dezinfekavimo ciklo	Būtina pilna mašinos vamzdyno dezinfekcija po kiekvieno plovimo – dezinfekavimo ciklo.	Pilna mašinos vamzdyno dezinfekcija po kiekvieno plovimo – dezinfekavimo ciklo. <i>Žiūrėti 1 psl. „Gamintojo deklaracija.pdf“</i>
8.	Automatinis basonų ištuštinimas užsidarius mašinos durims	Būtinai automatinis basonų ištuštinimas užsidarius mašinos durims.	Automatinis basonų ištuštinimas užsidarius mašinos durims <i>Žiūrėti 1 psl. „Gamintojo deklaracija.pdf“</i>
9.	Purkštukai kameroje	Ne mažiau kaip 4 stacionarūs ir ne mažiau kaip 2 besisukantys	5 stacionarūs ir 5 besisukantys <i>Žiūrėti 2 psl. „Brošiūra.pdf“</i>

10.	Trumpiausios basonų plovimo – dezinfekavimo programos ciklo trukmė	Ne daugiau 10 min.	10 min <i>Žiūrėti 1 psl. „Gamintojo deklaracija.pdf“</i>
11.	Mašinos valdymas	Mikroprocesorinis arba lygiavertis	Mikroprocesorinis <i>Žiūrėti 2 psl. „Gamintojo deklaracija.pdf“</i>
12.	Ekranas įrenginio valdymui ir kontrolei	Būtinasis ekranas įrenginio valdymui ir kontrolei	Ekranas įrenginio valdymui ir kontrolei <i>Žiūrėti 2 psl. „Brošiūra.pdf“</i>
13.	Plovimo programos	Ne mažiau kaip 2 gamintojo instaliuotos programos	3 gamintojo instaliuotos programos <i>Žiūrėti 2 psl. „Brošiūra.pdf“</i>
14.	Mašinoje įmonuota spintelė	Būtina įmonuota spintelė cheminėms plovimo priemonėms laikyti.	Įmontuota spintelė cheminėms plovimo priemonėms laikyti <i>Žiūrėti 2 psl. „Brošiūra.pdf“</i>
15.	Plovimo dezinfekavimo mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiavertio) reikalavimus	Plovimo dezinfekavimo mašina turi atitikti LST EN ISO 15883 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus	LST EN ISO 15883 <i>Žiūrėti 2 psl. „Brošiūra.pdf“</i>
16.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinasis. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.	EB atitikties deklaracija <i>Žiūrėti „Direktyva 93.42.EEC (konfidencialu).pdf“</i>
17.	Įrangos garantinis laikotarpis	≥ 36 mėn.	36 mėnesiai
18.	Plovimo dezinfekavimo mašinos pristatymas į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, išskrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas	Plovimo dezinfekavimo mašinos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, išskrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Plovimo dezinfekavimo mašinos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, išskrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
19.	Kartu su plovimo dezinfekavimo mašina pristatoma dokumentacija	1. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba.
20.	Ekspluatacinės medžiagos instaliuotos plovimo dezinfekavimo mašinos išbandymui	Kartu su įranga pateikiamas startinis komplektas cheminių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese.	Kartu su įranga pateikiamas startinis komplektas cheminių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese.