

Techninė specifikacija
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai (Nr. 7918)

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklavimas.
 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
 3. Visoms nurodytoms konkrečioms modifigacijoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsipindinti siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiskai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markuoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkanciosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti paralytos pateikiamose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
- PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
- *Prekės kodas gamintojo kataloge, įeinu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki dešimt tūkstančių (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).

Prek. dalies Nr. / Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Techninė specifikacija	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 24 mėn.	Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo Nr., priemonės kodas gamintojo kataloge* Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo kataloge psl. Nr., kuriame yra siūlomos techninio parametras patvirtinantis duomenys, žr. 5 p.). BŪTINA NUBODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ	Vieneto įkainis EUR su PVM	PVM tarifas %	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM	Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM
16	Skysčių šildymo paklotas po tuno dykinių šildymo aparato Core Temp/Ecolab	Sterilus, vienkartinis, skirti naudoti su ligoninėje naudojamu " CoreTemp " skysčių šildymo sistema. Apllotų sterilizavimo būdas: ETO (etileno oksido sterilizavimas).Ilinavimai: 142cmx142cmx2cm	vnt.	1000	Gamintojas Microtek/Ecolab, prekė - CoreTemp Fluid Warming Drape, 142 x 142 cm, prekės kodas - CTD100, gamintojo dokumentai_16 dalis_konfidencialu.pdf 1-3 psl.	57,75	5	55000,00	57750,00	55000,00	57750,00
42	Fibros klijų aplikatorius su užraktu	Vienkartinis, sterilus, 10 cm ilgio, fibroso klijų aplikatorius su užraktu, skirtas naudoti kartu su ligoninėje turimais fibroso klijais Tisscel, Baxter.	vnt.	120	Gamintojas Micromedix/Baxter, prekė - Snap Lock DaploTip 20Gx10cm, gamintojo dokumentai_42 dalis_konfidencialu.pdf 1- 14 psl.	51,45	5	5880,00	6174,00	15600,00	16380,00